

Комплекс оборудования для определения массовой доли растворимых сухих веществ:



1) рефрактометр NAR – 3T «АТАГО»
пр.изм. $(0,1 \div 1,7)nd$, погр. $\pm 1 \times 10^{-4}$

2) термостат Julabo F12-ED
рабочий диапазон $-5,00 \div 40,00^{\circ}\text{C}$; ст. $\pm 0,03^{\circ}\text{C}$