



Белорусский  
государственный  
институт метрологии



e-mail: [filistovich@belgim.by](mailto:filistovich@belgim.by)



+375 17 348 68 20



Старовиленский тр., 93  
Минск 220053



[www.belgim.by](http://www.belgim.by)

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
СТАНДАРТНЫЙ  
ОБРАЗЕЦ  
СОДЕРЖАНИЯ  
МАССОВОЙ ДОЛИ  
ВЛАГИ В ЯЧМЕНЕ**

[www.belgim.by](http://www.belgim.by)

**ГСО РБ  
3273-2020**



**БелГИМ разработал и изготавливает государственный стандартный образец содержания массовой доли влаги в ячмене.**

### **ГСО представляет собой**

сыпучий материал зерна цельного (ячменя), расфасованного по 0,3 или 1,0 кг во влагонепроницаемые пакеты из полиэтилена.

### **ГСО может быть изготовлен**

в диапазоне значений массовой доли влаги от 9 % до 17 %. Границы допускаемой абсолютной погрешности сертифицированного значения  $\pm 0,2$  %.

**ГСО внесен в Государственный реестр средств измерений и стандартных образцов Республики Беларусь**  
[www.oei.by](http://www.oei.by)

**БелГИМ является ведущим производителем стандартных образцов в Беларуси**

## **Государственный стандартный образец**

**предназначен для выполнения работ по обеспечению единства измерений:**

- внутрилабораторного контроля качества измерений;
- установления и (или) подтверждения метрологических характеристик средств измерений;
- для определения соответствия средств измерений массовой доли влаги зерна метрологическим требованиям;
- определения соответствия методик (методов) измерений метрологическим требованиям, а также их назначению;
- построения градуировочных характеристик средств измерений.