



СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE
OF MEASURING INSTRUMENT

АННУЛИРОВАН



НОМЕР СЕРТИФИКАТА:
CERTIFICATE NUMBER:

4627

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО:
VALID TILL:

19 апреля 2010 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании решения Научно-технической комиссии по метрологии (№ 04-07 от 19.04.2007 г.) утвержден тип

Мультиметры цифровые специализированные 43313,

ОАО "Электроизмеритель", г. Житомир, Украина (UA),

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под номером РБ 03 13 1906 07 и допущен к применению в Республике Беларусь с 27 мая 2003 г.

Описание типа средства измерений приведено в приложении и является неотъемлемой частью настоящего сертификата.

Заместитель Председателя комитета

С.А. Ивлев

19 апреля 2007 г.



Продлен до "

" 20 г.

НТК по метрологии Госстандарта

№ 04-02

19 АПР 2007

секретарь НТК

Понедельник

ОПИСАНИЕ ТИПА
средств измерительной техники
для Государственного реестра

Подлежит публикации
в открытой печати

СОГЛАСОВАНО

Директор Хмельницкого ГПСМС
П.И. Куценко

2001 г.



Мультиметр цифровой
специализированный 43313

Внесены в Государственный реестр
средств измерительной техники, разрешенных к
применению в Украине
Регистрационный № У1402-01
Взамен №

Выпускается по ГОСТ 22261, ГОСТ 14014, ГОСТ 26104 и техническим условиям ТУ У 00226098.021-2000.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Мультиметр цифровой специализированный 43313, выпускаемый в модификациях 43313.1 и 43313.2, предназначенный для измерения напряжения и его составляющих на подземных металлических сооружениях относительно электрода сравнения (далее - потенциала сооружения), а также

- напряжения и силы постоянного тока,
- среднеквадратического значения напряжения и силы переменного тока синусоидальной формы,
- сопротивления постоянному току.

Кроме того, в приборе на диапазонах измерений потенциала сооружения предусмотрена возможность введения компенсирующего напряжения.

В модификации 43313.1 предусмотрена возможность поляризации вспомогательного электрода и измерения на нем напряжения относительно электрода сравнения, то есть напряжения на сооружении с источником омической составляющей (далее - поляризационного потенциала).

Основные области применения - оценка защищенности от коррозии локальных и протяженных металлических сооружений, эксплуатационное обслуживание устройств защиты и других электро- и радиоустройств в полевых и производственных условиях.

ОПИСАНИЕ

В приборе осуществляется преобразование измеряемых величин в пропорциональное им постоянное напряжение. Это напряжение измеряется аналого-цифровым преобразователем (АЦП), работающим по принципу двойного интегрирования с автоматическим определением полярности входного сигнала. Результаты измерений отображаются на цифровом индикаторе. Имеется возможность запоминания показаний.

При измерении напряжения постоянного тока входной сигнал (кроме диапазона =2 В) поступает на АЦП через входной делитель с сопротивлением $10\text{ M}\Omega$. В зависимости от значения входного напряжения с помощью переключателя диапазонов выбирается необходимый коэффициент деления. В модификации 43313.1 в диапазоне =2 В входной делитель отключается и входной сигнал поступает непосредственно на АЦП.

При измерении напряжения переменного тока используется часть входного делителя (входное сопротивление $1\text{ M}\Omega$) и однополупериодный преобразователь средневыпрямленных значений.

Измерение силы тока осуществляется по падению напряжения на шунте, коммутируемом переключателем диапазонов.

При измерении сопротивления через образцовое и измеряемое сопротивления протекает один и тот же ток, задаваемый источником опорного напряжения. Падение напряжения на измеряемом сопротивлении измеряется АЦП и отображается на цифровом индикаторе.

Измерение потенциала сооружения осуществляется аналогично измерению напряжения постоянного тока, но имеет две особенности:

- к измеряемой цепи через повторитель подключается аналоговый выход ($=200\text{ mV}$);
- контакт компенсационного напряжения разомкнут, а схема включения компенсирующего напряжения по сигналу от кнопки "K" подает на резистор R_K напряжение положительной полярности (одновременно включается символ "K" на цифровом индикаторе).

Элементы электрической схемы прибора расположены в брызгозащищенным корпусе с изолационного выбро- и ударопрочного материала. Корпус имеет крышку, которая защищает органы управления и цифровой индикатор, расположенные на передней панели, при переноске и хранении. В нижней части корпуса расположены: камера для источника питания, закрываемая крышкой; гнездо аналогового выхода, закрываемое заглушкой. Для удобства переноса и работы прибор имеет ремень.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Измеряемая величина	Диапазон измерений	Условное обозначение диапазона измерений	Модификация приборов	Значение пределов допускаемой основной относительной погрешности, %
Потенциал сооружения	-2... + 2 В	K2 В	Обе	±[0,5+0,25(X _k /X - 1)]
	-20... + 20 В	K20 В		±[0,5+0,25(X _k /X - 1)]
Поляризационный потенциал	-2... + 2 В	φ2 В	43313.1	±[1,0+0,5(X _k /X - 1)]
Напряжение постоянного тока	-200... + 200 мВ	200 мВ	Обе	±[0,4+0,2 (X _k /X - 1)]
	-2... + 2 В	2 В		±[0,4+0,2 (X _k /X - 1)]
	-20... + 20 В	20 В		±[0,4+0,2 (X _k /X - 1)]
	-200... + 200 В	200 В		±[0,5+0,25(X _k /X - 1)]
Сила постоянного тока	-200... + 200 мА	200 мА	Обе	±[1,5+0,5(X _k /X - 1)]
	-2... + 2 мА	2 мА		±[2,0+1,0(X _k /X - 1)]
	-20... + 20 мА	20 мА		±[2,0+1,0(X _k /X - 1)]
	-2...+2 А	2 А		±[5,0+2,5(X _k /X - 1)]
	-10... + 10 А	20 А		±[2,0+1,0(X _k /X - 1)]
	±(10 - 20) А	20 А		±[5,0+2,5(X _k /X - 1)]
Сопротивление постоянному току	0 - 20 Ом	20 Ом	43313.2	±[5,0+2,5(X _k /X - 1)]
	0 - 200 Ом	200 Ом	Обе	±[0,8+0,4(X _k /X - 1)]
	0 - 2 кОм	2 кОм		±[0,5+0,25(X _k /X - 1)]
	0 - 20 кОм	20 кОм		±[0,5+0,25(X _k /X - 1)]
	0 - 200 кОм	200 кОм		±[1,5+0,5 (X _k /X - 1)]
	0 - 2 МОм	2 МОм		±[1,0+0,5 (X _k /X - 1)]
	0 - 20 МОм	20 МОм		±[2,0+1,0 (X _k /X - 1)]
Напряжение переменного тока	20... 200 мВ	~200 мВ	Обе	±[1,5+0,5 (X _k /X - 1)]
	0,2... 2 В	~ 2 В		±[1,5+0,5 (X _k /X - 1)]
	2... 20 В	~20 В		±[1,5+0,5 (X _k /X - 1)]
	20... 600 В	~ 600 В		±[2,5+1,0(X _k /X - 1)]
Сила переменного тока	20... 200 мА	~ 200 мА	Обе	±[2,0+1,0(X _k /X - 1)]
	0,2... 2 мА	~ 2 мА		±[2,0+1,0(X _k /X - 1)]
	2... 20 мА	~ 20 мА	43313.2	±[2,0+1,0(X _k /X - 1)]
	0,2... 2 А	~ 2 А	Обе	±[4,0+2,0(X _k /X - 1)]
	2... 10 А	~ 20 А		±[2,5+1,0(X _k /X - 1)]
	10... 20 А	~ 20 А		±[5,0+2,5(X _k /X - 1)]

Примечание. В таблице: X_k-конечное значение диапазона измерений, соответствующее условному обозначению, за исключением диапазона "~ 600 В", где X_k = 2000 В, X-значение измеряемой величины.

Частотный диапазон: 45-1000-5000 Гц (подчеркнутое - нормальная область).

Габаритные размеры - не более 250x120x125 мм.

Масса - не более 1,7 кг.

Средняя наработка на отказ - не менее 12500 часов.

Полный средний срок службы - не менее 12 лет.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится фотохимическим способом на переднюю панель приборов и типографским способом на паспорт.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование и условное обозначение	Кол.	Примечание
Мультиметры цифровые специализированные 43313 (приборы 43313.1 или 43313.2)	1 шт.	
Паспорт	1 экз.	
Провод	2 шт.	0,35 mm ² разноцветные, измерительные
Провод	2 шт.	1,5 mm ² разноцветные
Вставка плавкая ВП1-1-0,25 А	2 шт.	
Кассета под элементы А316(Р06)	1 шт.	
Штеккер двухпроводный Ш2ПВ	1 шт.	Для подключения к аналоговому выходу
Зажим контактный	3 шт.	Типа "крокодил"
Наконечник	3 шт.	-
Вылка штепсельная	2 шт.	См. примечание
Футляр	1 шт.	Для хранения принадлежностей
Планка-упор	1 шт.	

Примечание. Приборы 43313.1 комплектуются 3-проводной и 2-проводной вилками, 43313.2 - двумя 2-проводными вилками.

ПОВЕРКА ИЛИ КАЛИБРОВКА

Проверка или калибровка приборов - по МИ 1202 "Методические указания. Государственная система обеспечения единства измерений. Приборы и преобразователи измерительные напряжения, тока, сопротивления цифровые. Общие требования к методике поверки" и разделу 11 паспорта.

Основные средства поверки или калибровки после ремонта и в эксплуатации - рабочие эталоны по МИ 1202.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 22261 "Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия".

ГОСТ 14014 "Приборы и преобразователи измерительные напряжения, тока, сопротивления цифровые. Общие технические условия".

ГОСТ 26104 "Средства измерений электронные. Технические требования в части безопасности. Методы испытаний".

ТУ У00226098.021-2000 "Мультиметры цифровые специализированные 43313. Технические условия".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мультиметры цифровые специализированные 43313 соответствуют ГОСТ 22261, ГОСТ 14014, ГОСТ 26104 и техническим условиям ТУ У00226098.021-2000.

Изготовитель: ОАО "Электроизмеритель"

Адрес: Украина, 10014, г. Житомир, ул. Победы, 10.

Председатель правления



Геннадий Котт
П.С.
Генеральный директор

Г. Г. Котт