



Подлежит публикации

в открытой печати

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора ВНИИМС

В.П. Кузнецов

25 августа 1995 г.

СОГЛАСОВАНО
Зам. директора "Молдовастандар"
И. Максиан
"26" Август 1995г.

Весы электронно-тензометрические
для статического взвешивания

ВВ
фирмы "ALEX S&E"
Молдова

Внесены в Государственный
реестр средств измерений
Регистрационный № 001495

№ I4822-95 РФ

Взамен №

Выпускаются по технической документации фирмы "ALEX S&E"
Молдова, г. Кишинев

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания ВВ фирмы "ALEX S&E" предназначены для взвешивания грузов, перевозимых автомобильным и железнодорожным транспортом, и могут быть использованы на предприятиях различных отраслей народного хозяйства.

ОПИСАНИЕ

Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания ВВ фирмы "ALEX S&E" представляют собой грузоприемную платформу с силоизмерительными тензорезисторными датчиками и электронным измерительным устройством типа MERAV фирмы "SHEKEL" Израиль. Аналоговый электрический сигнал датчика передается по кабелю на электронное измерительное устройство, в состав которого входит аналого-цифровой преобразователь, стабилизированный источник питания датчика, процессор и дисплей-индикатор. Датчик грузоприемной платформы может быть подключен к одному из электронных измеритель-

ных устройств – такая система включения образует весы. В дальнейшем термин "весы" применяется к такой системе и метрологические характеристики, приведенные в описании, относятся непосредственно к весам.

Программное обеспечение электронных измерительных устройств позволяет задавать различные режимы работы весов – подсчет количества однотипных изделий, управление различными технологическими процессами и т.п., где источником информации является значение массы. К электронному измерительному устройству через дискретный выход и интерфейс информация о работе весов может быть передана на устройства электронной обработки результатов взвешивания.

Датчики грузоприемной платформы могут быть подсоединенены к следующим модификациям электронных измерительных устройств:

-MERAV-2000 – базовое конструктивное пылеводонепроницаемое (IP-65) исполнение, включающее аналого-цифровой преобразователь, микропроцессор с расширенным программным обеспечением, например, запоминание и печать последних пятисот результатов взвешивания, вывод результатов взвешиваний при бестарном хранении грузов и др. Модификация имеет дисплей-индикатор, пленочную конструкцию клавиатуры с клавишами управления весами, дискретный выход для подключения через последовательный (232C) или параллельный интерфейс для подключения устройств электронной обработки данных (например, компьютер или принтер для печати информации о взвешенном грузе, печати этикеток). Число поверочных делений от 500 до 10000. Масса 1,6 кг; габаритные размеры 230x135x100 мм3;

-MERAV-3000 – базовое конструктивное пылеводонепроницаемое (IP-65) исполнение, включающее аналого-цифровой преобразователь , микропроцессор с расширенным программным обеспечением, например ,

обеспечение функции подсчета штучных изделий, запоминание и печать последних пятисот результатов взвешиваний, вывод результатов взвешиваний при бестарном хранении грузов и др. Модификация имеет дисплей-индикатор, пленочную конструкцию клавиатуры с функциональными и цифровыми клавишами для занесения кода груза, даты, времени, а также, клавишами управления весами, дискретный выход для подключения через последовательный (RS 232C) или параллельный интерфейс для подключения устройств электронной обработки данных (например, компьютер или принтер для печати информации о взвешенном грузе, печати этикеток, или выносное табло информации о взвешенном грузе). Число поверочных делений - от 500 до 10000. Масса 1,6 кг; габаритные размеры 230x135x100 мм3;

- *MERAV-200I* - базовое конструктивное пылеводонепроницаемое (IP-65) исполнение, включающее аналого-цифровой преобразователь, микропроцессор с расширенным программным обеспечением, например, обеспечение функции подсчета штучных изделий, запоминание и печать последних пятисот результатов взвешиваний, вывод результатов взвешиваний при бестарном хранении грузов и др. Модификация имеет дисплей-индикатор, пленочную конструкцию клавиатуры с функциональными и цифровыми клавишами для занесения кода груза, даты, времени, а также, клавишами управления весами, дискретный выход для подключения через последовательный (RS 232C) или параллельный интерфейс для подключения устройств электронной обработки данных (например, компьютер или принтер для печати информации о взвешенном грузе, печати этикеток, или выносное табло информации о взвешенном грузе). На лицевой панели размещено дополнительное индикаторное табло, используемое для фасовки, дозирования и разбраковки изделий. Число поверочных делений - от 500 до 10000. Масса 1,6 кг; габаритные размеры 230x135x100 мм3.

Автомобильные весы выпускаются в следующих модификациях:

ВВ-10ДІ.4А, ВВ-30ДІ.4А, ВВ-40ДІ.4А, ВВ-60ДІ.4А - одноплатформенные стационарные.

ВВ-30ДІ.4АД, ВВ-40ДІ.4АД, ВВ-60ДІ.4АД - двухплатформенные стационарные.

ВВ-10ДІ.4Ап, ВВ-30ДІ.4Ап, ВВ-40ДІ.4Ап, ВВ-60ДІ.4Ап - одноплатформенные передвижные.

ВВ-30ДІ.4АДп, ВВ-40ДІ.4АДп, ВВ-60ДІ.4АДп - двухплатформенные передвижные.

Вагонные весы выпускаются в следующих модификациях:

ВВ-100ДІ.4В, ВВ-150ДІ.4В, ВВ-200ДІ.4В - одноплатформенные.

ВВ-100ДІ.4ВД, ВВ-150ДІ.4ВД, ВВ-200ДІ.4ВД, ВВ-250ДІ.4ВД - двухплатформенные.

Габаритные размеры грузоприемной платформы и ее конфигурация без изменения метрологических характеристик весов могут быть изменены в соответствии с требованиями технологических процессов обработки грузов заказчика.

Каждая грузоприемная платформа в своем составе имеет четыре силоизмерительных тензорезисторных датчика.

Весы конструктивно выполнены в виде двух блоков: грузоприемной платформы (двух платформ), датчики которой соединены кабелем с электронным измерительным устройством.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автомобильные весы

	Модификации			
	ВВ-10ДІ.4А	ВВ-30ДІ.4А	ВВ-40ДІ.4А	ВВ-60ДІ.4А
	ВВ-10ДІ.4Ап	ВВ-30ДІ.4АД	ВВ-40ДІ.4Ап	ВВ-60ДІ.4АД
Наименьший предел взвешивания, кг	100	200	200	200
Наибольший предел взвешивания, т	10	30	40	60
Цена поверочного деления, кг	5	10	10	10
Дискретность отсчета, кг	5	10	10	10

	ВВ-ЮДІ.4А	ВВ-ЗОДІ.4А	ВВ-40ДІ.4А	ВВ-60ДІ.4А
	ВВ-ЮДІ.4Ап	ВВ-ЗОДІ.4АД	ВВ-40ДІ.4АД	ВВ-60ДІ.4АД
		ВВ-ЗОДІ.4АДп	ВВ-40ДІ.4АДп	ВВ-60ДІ.4АДп
Диапазон выборки массы тары, т	0-10	0-30	0-40	0-60
Масса платформы, т, не более	2,5	5,7	14,5	13,5
Габаритные размеры, м, не более 6x3		12x3 2 (6x3)		12x3 2 (6x3)

ВАГОННЫЕ ВЕСЫ

Модификации

ВВ-100ДІ.4В ВВ-150ДІ.4В ВВ-200ДІ.4В ВВ-250ДІ.4ВД
ВВ-100ДІ.4ВД ВВ-150ДІ.4ВД ВВ-200ДІ.4ВД

Наименьший предел взвешив., кг	400	400 1000	1000	1000
Наибольший предел взвешив., т	100	150	200	250
Цена поверочного деления, кг	20	20 50	50	50
Дискретность отсчета, кг	20	20 50	50	50
Диапазон выборки массы тары, т	0-100	0-150	0-200	0-250
Масса платформы, т, не более	15	18 30	25 50	53
Габаритные размеры, м, не более	3x1,9 2(2,5x1,9)	8x1,9 2(8x1,9)	15,5x1,8 2(8x1,9)	2(8x1,9)

Предел допускаемой погрешности в долях цены поверочного деления, е:

при первичной поверке и
после ремонта на специализированном предприятии

в эксплуатации и
после ремонта на

эксплуатирующем

предприятии

от НмПВ до 500е	$\pm 1e$	$\pm 1e$
св.500е до 2000е	$\pm 1e$	$\pm 2e$
св.2000е	$\pm 2e$	$\pm 3e$

Класс точности весов по ГОСТ 29329 - средний, III

Число разрядов индикации - 6

Время готовности весов к работе, с, не более - 45

Время взвешивания, сек, не более - 15
Длина кабеля, соединяющего датчик (датчики) - 300
с электронным измерительным устройством
(сечение жилы 0,35 мм²), м, не более

Параметры электрического питания весов:

- от сети переменного тока:

напряжение, В	220 +10% -15%
частота, Гц	50 +2% -2%
потребляемая мощность, В.А , не более	15

Диапазон рабочих температур, °С:

- грузоприемная платформа	- от -30 до +45
- электронное измерительное устройство	- от 0 до +40

Диапазон температур хранения, °С - от 0 до 40

Средняя наработка на отказ, ч - 25000

Полный средний срок службы, лет - 15

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак Государственного реестра Республики Молдова или знак утверждения типа Госстандарта Российской Федерации наносится на надписную табличку весов.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки:

- грузоприемная платформа с силоизмерительными тензорезисторными датчиками;
- электронное измерительное устройство;
- руководство по эксплуатации;
- методика поверки "Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания ВВ. Государственный реестр Республики Молдова №001495. Методика поверки".

П О В Е Р К А

Проверка проводится в соответствии с методикой поверки "Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания ВВ. Государственный реестр Республики Молдова № 001/495 Методика поверки".

Применяемые образцовые средства измерений: набор образцовых гирь 4-го разряда по ГОСТ 7328.

Межпроверочный интервал - один год.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация фирмы "ALEX S&E", Молдова, г.Кишинев.

Методика поверки "Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания ВВ. Государственный реестр Республики Молдова № 001/495. Методика поверки".

ГОСТ 29329.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания ВВ соответствуют требованиям технической документации фирмы "ALEX S&E", Молдова, г.Кишинев, ГОСТ 29329.

)

Изготовитель: фирма "ALEX S&E", Молдова, г.Кишинев

Директор "ALEX S&E"

А.Б.Цукерлат