



СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE
OF MEASURING INSTRUMENT

АННУЛИРОВАН



НОМЕР СЕРТИФИКАТА:
CERTIFICATE NUMBER:

5639

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО:
VALID TILL:

1 февраля 2011 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании решения Научно-технической комиссии по метрологии (№ 12-08 от 29.12.2008 г.) утвержден тип

Тахометры ВК-307,

ООО НПП "ВиКонт", г. Москва, Российская Федерация (RU),

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под номером РБ 03 06 3939 08 и допущен к применению в Республике Беларусь с 29 декабря 2008 г.

Описание типа средства измерений приведено в приложении и является неотъемлемой частью настоящего сертификата.

Заместитель Председателя комитета

С.А. Ивлев

29 декабря 2008 г.

Продлён до " _____ 20 ____ г.



НТК по метрологии Госстандарта

№ 12-08

29 ДЕК 2008

секретарь НТК

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ФЦИ СИ,
зам. Генерального директора
ФГУ «Ростест-Москва»



Тахометры ВК-307	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>30951-06</u> Взамен № _____
------------------	---

Выпускаются по техническим условиям ТУ 4278-035-00205435-05.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Тахометр ВК-307 (далее - тахометр) предназначен для измерения частоты вращения вала и применяется при испытаниях и эксплуатации машин и механизмов.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия тахометра основан на преобразовании угла поворота вала в последовательность импульсов и последующего подсчета количества импульсов в единицу времени.

Для измерения частоты вращения используется бесконтактный токовихревой датчик, который монтируется в непосредственной близости от торца вала контролируемого объекта.

Подсчет количества импульсов в единицу времени производится счетчиком импульсов. Вычисленное значение частоты вращения выводится на цифровой индикатор.

Тахометр также обеспечивает:

- сигнализацию в виде включения светодиодов о превышении установленного предупредительного и аварийного значений частоты вращения (установок);
- формирование сигнала типа «сухой контакт» для управления внешними устройствами;
- сигнализацию о коротком замыкании или обрыве линии связи с датчиком;
- формирование на выходе унифицированного токового сигнала 4-20 мА и импульсного сигнала TTL-уровня.

В тахометре могут использоваться два типа датчиков оборотов – ВК-317 и ВК-317-1. Датчики отличаются только по своему конструктивному исполнению.

В типовом комплекте поставки сигнал с датчика оборотов ВК-317 (ВК-317-1) поступает на вторичный блок ВК-371, имеющий встроенное табло для индикации значений измеренной частоты вращения вала и эта информация может передаваться на одно или два выносных табло ВК-371Т.

Кроме того, датчик оборотов ВК-317 (ВК-317-1) может быть подключен через TTL-выход непосредственно к любой электронно-счетной аппаратуре или системе АСУ, имеющей TTL-вход. Для использования датчика с аппаратурой, не имеющей TTL-входа, возможен вариант исполнения датчика с выходом «открытый коллектор».

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Диапазоны измеряемой частоты вращения: по токовому выходу, мин ⁻¹ по цифровому индикатору, мин ⁻¹	1 ÷ 4000; 1 ÷ 9999
Пределы допускаемой основной погрешности измерения частоты вращения по цифровому индикатору (в диапазоне нормальной температуры), мин ⁻¹	± 1
Пределы допускаемой основной погрешности измерения частоты вращения по токовому выходу (в диапазоне нормальной температуры), мин ⁻¹	$\pm 1,5$
Пределы дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры, за пределами диапазона нормальной температуры: - по цифровому индикатору, мин ⁻¹ - по токовому выходу, мин ⁻¹	$\pm 0,5$ $\pm 0,5$
Диапазон изменения выходного токового сигнала, мА	4 ÷ 20
Коэффициент преобразования по токовому выходу, $\frac{\text{мА}}{\text{мин}^{-1}}$	$(4 \pm 0,2) \cdot 10^{-3}$
Параметры коммутируемых цепей: - максимальный ток, А - максимальное напряжение, В	1 250
Напряжение питающей сети, В	220 ± 22
Частота питающей сети, Гц	50 ± 1
Потребляемая мощность, Вт, не более	30
Условия эксплуатации: - рабочая температура окружающего воздуха, °C - нормальная температура окружающего воздуха, °C - относительная влажность воздуха при температуре 30 °C, % - вибрация с амплитудой не более 0,1 мм и частотой, Гц, не более	5 ÷ 50 15 ÷ 25 30 ÷ 80 25
Условия транспортирования и хранения: - температура окружающего воздуха, °C - относительная влажность воздуха при температуре 35 °C, %, не более - транспортная тряска с ускорением, м/c ² , не более	-50 ÷ +50 95 30
Габаритные размеры, мм, не более: - датчик оборотов ВК-317 - датчик оборотов ВК-317-1 - вторичный блок ВК-371 - выносное табло ВК-371Т	$\varnothing 27; L=64$ $\varnothing 40; L=185/235$ 135x68x255 83,5x115,4x232

Масса блоков тахометра, кг, не более:	
- датчика оборотов ВК-317	0,1
- датчика оборотов ВК-317-1	0,3
- вторичного блока ВК-371	1,5
- выносного табло ВК-371Т	1,7
Средний срок службы, лет, не менее	8
Время непрерывной работы	В переделах среднего срока службы тахометра

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на лицевую панель вторичного блока методом наклейки и на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки тахометра входит:

- | | |
|--|-----------|
| - датчик оборотов ВК-317 (или ВК-317-1) | 1 шт.; |
| - вторичный блок тахометра ВК-371 | 1 шт.; |
| - выносное табло тахометра ВК-371Т* | 1 шт.; |
| - блок поверочный БП-307** | 1 шт.; |
| - комплект ответных частей разъемов | 1 компл.; |
| - комплект крепежных изделий | 1 компл.; |
| - руководство по эксплуатации
(с методикой поверки) ВК-307 РЭ | 1 шт.; |
| - паспорт ВК-307 ПС | 1 шт. |

* - поставляется по специальному заказу до 2 шт.;

** - поставляется по специальному заказу.

ПОВЕРКА

Проверка тахометра проводится по методике поверки, представленной в разделе 4 Руководства по эксплуатации ВК-307 РЭ и согласованной с ГЦИ СИ ФГУ «Ростест-Москва» в 2005 г.

Основное оборудование, необходимое для поверки:

Частотомер	Ч3-64	10... 10 $\times 10^6$ Гц $\delta = 0,006 \%$
Генератор низкочастотный	Г3-122	0,001...2 $\times 10^6$ Гц $\delta = \pm 5 \cdot 10^{-7}$ Гц
Вольтметр цифровой	GDM 8246	$\delta = 0,05\%$ (в режиме измерения постоянного тока), 4÷20mA
Блок поверочный	БП-307	Приложение 3 к 4278-035-00205435-05 ТУ

Межпроверочный интервал – 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 21339-82 «Тахометры. Общие технические условия.»
Технические условия 4278-035-00205435-05 ТУ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип тахометров ВК-307 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО НПП «ВиКонт»,
115563, Москва, Борисовский проезд, д. 17, корп.1, стр. 2, тел.(095)955-2527,
факс (095)955-2786,
E-mail: vicont@aha.ru

Директор ООО НПП «ВиКонт»



С.Токаев