



СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE
OF MEASURING INSTRUMENTS

АНИЛЛИРОВАН



НОМЕР СЕРТИФИКАТА:
CERTIFICATE NUMBER:

6499

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО:
VALID TILL:

1 декабря 2012 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании решения
Научно-технической комиссии по метрологии (№ 06-10 от 01.07.2010 г.)
утвержден тип средств измерений

"Хроматографы жидкостные "Стайер" и "Стайер-А",

изготовитель - ООО "НПО Аквилон", г. Подольск Московской обл.,
Российская Федерация (RU),

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений
под номером РБ 03 09 4415 10 и допущен к применению в Республике
Беларусь с 1 июля 2010 г.

Описание типа средств измерений приведено в приложении и
является неотъемлемой частью настоящего сертификата.

Заместитель Председателя комитета

С.А. Ивлев

1 июля 2010 г.



Продлён до " ___ " ____ 20__ г.

НТК по метрологии Госстандарта

№ 06-2010



секретарь НТК *Ильин*

Подлежит публикации
в открытой печати



Хроматографы жидкостные «Стайер» и «Стайер-А»	Внесены в Государственный реестр средств измерений. Регистрационный № Взамен №
--	---

Выпускаются по 4215-003-81696414-2007

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Хроматографы жидкостные «Стайер» и «Стайер-А» (далее - хроматографы) предназначены для качественного и количественного анализа содержания широкого спектра неорганических и органических веществ в различных объектах, в том числе для определения микроколичеств веществ.

Хроматографы предназначены для оснащения испытательных лабораторий, осуществляющих контроль безопасности и качества продукции и сырья, контроль и мониторинг объектов окружающей среды. Хроматографы могут использоваться на предприятиях различных отраслей промышленности, экспертных и научно-исследовательских лабораториях.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия хроматографов основан на разделении анализируемой пробы в изократическом или градиентном режимах в хроматографической колонке и последующем измерении содержания компонентов пробы спектрофотометрическим, кондуктометрическим, флуориметрическим, рефрактометрическим, амперометрическим детекторами, низкотемпературным испарительным детектором светорассеяния.

В состав хроматографов входят:

детектор (один и более) – в соответствии с назначением хроматографа: (кондуктометрический, спектрофотометрический, флуориметрический, рефрактометрический, низкотемпературный испарительный детектор светорассеяния, амперометрический);

насос высокого давления (один или два);

система ввода образца;

аналитические колонки.

В состав хроматографов могут входить дополнительные устройства (термостаты колонок, дегазаторы, системы экономии растворителя, системы постколоночной дериватизации и др.).

В состав хроматографов с кондуктометрическим детектором может входить система подавления фоновой электропроводности элюента.

Хроматографы имеют исполнение, исключающее влияние металлических материалов на результаты анализа и обеспечивающее высокую коррозионную стойкость оборудования.

Хроматографы жидкостные «Стайер» изготавливаются в модульном и моноблочном исполнениях..

Хроматографы имеют выход на внешнюю IBM-совместимую ПЭВМ по интерфейсу RS232. Управление режимами хроматографа и обработка данных осуществляется с персонального компьютера при помощи соответствующего программного обеспечения, например программно-аппаратного комплекса. Хроматографы имеют также аналоговый выход на самописец (или интегратор).

Для предприятий атомной и тепловой энергетики выпускаются хроматографы жидкостные «Стайер-А», предназначенные для определения микроколичеств ионов в растворах, позволяющие выполнять измерения как при прямом вводе образца, так и с предварительным on-line концентрированием.

Хроматографы жидкостные «Стайер-А» состоят из функциональных блоков (кондуктометрического детектора, насосов высокого давления (аналитического и концентрирующего), моторизованного инжектора для ввода образца; системы подавления фоновой электропроводности и встроенного персонального компьютера), заключенных в один кожух.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Тип детектора					
	кондуктометрический детектор	спектрофотометрический детектор	флуориметрический детектор	амперометрический детектор	рефрактометрический детектор	низкотемпературный испарительный светорассеяния
1	2	3	4	5	6	7
Уровень флюктуационных шумов нулевого сигнала	6×10^{-2} мСм/см	1×10^{-4} е.о.п.	4×10^{-2} отн. ед. флуор	0,6 нА	4×10^{-6} ед. рефр.	4×10^{-3} В
Дрейф нулевого сигнала	4 мСм /см/час	1×10^{-3} е.о.п./час	$1,5 \times 10^{-1}$ отн. ед. флуор./час	15 нА	5×10^{-4} ед. рефр./час	8×10^{-3} В/час
Предел детектирования, г/см ³	5×10^{-9} г хлорид-ионов	6×10^{-10} г фенола	1×10^{-7} г антрацена	1×10^{-9} г фенола	1×10^{-5} г глюкозы	2×10^{-8} г глюкозы
	2×10^{-8} г натрий-ионов					

1	2	3	4	5	6	7
Относительное среднее квадратическое отклонение выходного сигнала, %						
площади пиков	3	4	4	4	4	5
высоты пиков	3	4	4	5	4	6
времени удерживания	0,6	0,5	0,5	1,0	0,5	0,5
Относительное изменение выходного сигнала, %						
за 8 ч непрерывн. работы	3	4	4	12	4	5

Электропитание хроматографов жидкостных «Стайер» и «Стайер-А» осуществляется однофазным переменным током с напряжением $(220 \pm 10\%)$ В и частотой (50 ± 1) Гц, потребляемая мощность 150 ВА.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа средств измерений наносится на титульный лист паспорта типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки хроматографа жидкостного «Стайер»:

Детектор(ы)

- спектрофотометрический;
- кондуктометрический;
- флуориметрический;
- рефрактометрический;
- низкотемпературный испарительный светорассеяния;
- амперметрический;

Насос(ы) высокого давления;

Колонка(и) аналитическая; комплект предколонок и держателя предколонок;

Инжектор; микрошприц;

Органайзер разделения /концентрирования;

Система сбора, хранения и обработки данных;

Нормативные документы (паспорт; руководство по эксплуатации; методика поверки).

Комплект поставки хроматографа жидкостного «Стайер-А»:

Хроматограф «Стайер-А»;

Колонки аналитические;

Нормативные документы (паспорт; руководство по эксплуатации; методика поверки).

Примечание.

1. Комплектация хроматографов жидкостных «Стайер», включая дополнительные устройства производится по согласованию между потребителем и предприятием-изготовителем в соответствии с назначением прибора.

2. Персональный компьютер и лазерный принтер для хроматографов поставляются по отдельному заказу.

Комплектность каждого хроматографа (номенклатура и количество комплектующих) с указанием заводского номера должны быть приведены в паспорте.

ПОВЕРКА

Проверка хроматографов жидкостных «Стайер» и «Стайер-А» производится в соответствии с инструкцией «Хроматографы жидкостные «Стайер» и «Стайер-А». Методика поверки 4215-003-81696414 МП», разработанной и утвержденной ГЦИ СИ «ВНИИМС» в 2007 г. и входящей в комплект поставки.

При проведении поверки используют государственные стандартные образцы ГСО 7101-94 состава фенола; ГСО 7270-96 состава раствора фенола; ГСО 7813-2000 состава хлорид-ионов; ГСО 5229-90 состава натрий-ионов; ГСО 7484-97 глюкозы; аттестованный раствор антрацена.

Межповерочный интервал один год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Технические условия ТУ 4215-003-81696414-2007.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип хроматографов жидкостных «Стайер» и «Стайер-А» утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «НПО Аквилон» ИНН 5036084980

Россия, Московская обл.,

г. Подольск, Домодедовское ш., д. 1

