



СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE
OF MEASURING INSTRUMENTS

АННУЛИРОВАН



НОМЕР СЕРТИФИКАТА:
CERTIFICATE NUMBER:

7342

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО:
VALID TILL:

30 августа 2016 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании положительных результатов государственных испытаний утвержден тип средств измерений

"Измерители микропроцессорные напряженности
магнитного поля МИН-01",

изготовитель - УП "ЗАВОД ЭТАЛОН", г. Минск, Республика Беларусь (BY),

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под номером РБ 03 14 4721 11 и допущен к применению в Республике Беларусь с 30 августа 2011 г.

Описание типа средств измерений приведено в приложении и является неотъемлемой частью настоящего сертификата.

Заместитель Председателя комитета

С.А. Ивлев

30 августа 2011 г.

НТК по метрологии Госстандарта

№ 08-2011

30 АВГ 2011

секретарь НТК *Железец*



ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
для Государственного реестра средств измерений

УТВЕРЖДАЮ

Директор БелГИМ

Н.А. Жагора

2012



Измерители микропроцессорные
напряженности магнитного поля
МИН-01

Внесены в Государственный реестр средств
измерений
Регистрационный № РБ 03 14 4721 11

Выпускают по ТУ ВУ 100056443.056-2011

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Измерители микропроцессорные напряженности магнитного поля МИН-01 (далее - измерители) предназначены для измерения индукции (напряженности) постоянного и переменного магнитного поля промышленной частоты (50 ± 2) Гц и отображения результатов измерения в графической форме.

Область применения – метрологическое обеспечение в области охраны окружающей среды и классификации условий труда в различных областях хозяйственной деятельности.

ОПИСАНИЕ

Измерители состоят из вторичного электронного блока и первичного преобразователя магнитного поля.

Первичный преобразователь представляет собой комплект магниточувствительных элементов Холла, смонтированных в ортогональных плоскостях и закрепленных на штанге с рукояткой.

Первичный преобразователь выпускают в двух исполнениях: высокочувствительном, предназначенном для измерения индукции магнитного поля в диапазоне от 5 до 999 мкТл, и стандартном, предназначенном для измерения индукции магнитного поля в диапазоне от 1,0 до 99,9 мТл.

Первичный преобразователь подключаются к вторичному электронному блоку через разъём.

Вторичный электронный блок прибора имеет панель управления и индикаторное табло.

На индикаторном табло вторичного электронного блока отображаются графическая информация: изменение во времени выбранной ортогональной компоненты магнитного поля и цифровая информация: измеренные значения ортогональных компонент и модуля индукции магнитного поля в «мкТл» или «мТл» в зависимости от типа подключённого преобразователя, частота переменного магнитного поля в «Гц», длительность импульса и длительность паузы между импульсами в «мс».



Принцип действия состоит в следующем: при помещении первичного преобразователя в магнитное поле на выходе каждого из трёх элементов Холла возникает сигнал, пропорциональный соответствующей компоненте индукции этого поля. Далее сигнал усиливается и преобразуется в цифровой код. С помощью микропроцессора полученный код пересчитывается в значение соответствующей компоненты измеряемой индукции и вычисляется модуль индукции.

Место нанесения знака поверки (клейма-наклейки) указано в Приложении.

Внешний вид измерителей представлен на рисунке 1.



Рисунок 1 – Внешний вид измерителей микропроцессорных напряженности магнитного поля
МИН-01



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические и метрологические характеристики измерителей представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование характеристики	Значение
1 Диапазон измерений индукции постоянного магнитного поля, мТл	от 0,005 до 99,900
2 Диапазон измерений индукции переменного магнитного поля частотой (50 ± 2) Гц, мТл	от 0,005 до 99,900
3 Пределы допускаемой погрешности измерений индукции постоянного магнитного поля, %	± 10
4 Пределы допускаемой погрешности измерений индукции переменного магнитного поля частотой (50 ± 2) Гц, %	± 10
5 Время одного измерения, с, не более	1
6 Время установления рабочего режима, с, не более	60
7 Время непрерывной работы, ч, не менее	4
8 Условия эксплуатации:	
- температура окружающей среды, °C	от минус 10 до плюс 40
- относительная влажность	не более 90 % при температуре 30 °C и более низких температурах без конденсации влаги
- атмосферное давление, кПа	от 84,0 до 106,7
9 Условия транспортирования:	
- температура окружающей среды, °C	от минус 25 до плюс 55
- относительная влажность	до 95 % при температуре 30 °C
10 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254	IP 20
11 Номинальное напряжение питания постоянного тока, В	от 4,3 до 6,0
12 Потребляемый ток, мА, не более	200

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится типографским способом на лицевую панель магнитометров с последующим ламинированием согласно КД и на титульный лист руководства по эксплуатации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- измеритель микропроцессорный напряженности магнитного поля МИН-01
- преобразователь первичный МИН-01
- преобразователь первичный высокочувствительный МИН-01



- Адаптер сетевой 9В, 2А	1 шт.;
- упаковка	1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт)	1 экз.;
- методика поверки МРБ МП.2212-2012	1 экз.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Технические условия ТУ BY 100056443.056-2011;

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин»;

МРБ МП.2212-2012 «Измерители микропроцессорные напряженности магнитного поля МИН-01.

Методика поверки».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Измерители микропроцессорные напряженности магнитного поля МИН-01 соответствуют техническим условиям ТУ BY 100056443.056-2011, ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин».

Межповерочный интервал – не более 12 месяцев (для измерителей, предназначенных для применения, либо применяемых в сфере законодательной метрологии).

Научно-исследовательский испытательный центр БелГИМ
г.Минск, Старовиленский тракт, 93, тел. 334-98-13
Аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.0025

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Производственное республиканское унитарное предприятие «ЗАВОД ЭТАЛОН»
(УП «ЗАВОД ЭТАЛОН»)
Адрес: Республика Беларусь, 220053, г. Минск, ул. Новаторская, 2а, г.Минск,
тел./факс. (017) 233-27-88
E-mail: etalon-zavod@tut.by

Начальник научно-исследовательского
центра испытаний средств измерений и
техники БелГИМ

С.В. Курганский

Генеральный директор
УП «ЗАВОД ЭТАЛОН»



Н.И. Сидоренко



Б. Курганский

Приложение1
(обязательное)

Схема пломбировки магнитометров от несанкционированного доступа с указанием мест нанесения знака поверки в виде клейма-наклейки и оттиска знака поверки



Место нанесения знака поверки в виде клейма-наклейки



Оттиск знака поверки



Лист 5 Мистов 5