

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УТВЕРЖДАЮ

Директор БелГИМ

В.Л. Гуревич
12 2018

Датчики деформации с вибрирующей струной ExtensoVib E51.5

Внесены в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь
Регистрационный номер № РБ 03 27 6883 18

Выпускают по технической документации фирмы «Cementys» (Франция).

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Датчики деформации с вибрирующей струной ExtensoVib E51.5 (далее – датчики) предназначены для измерения относительных деформаций растяжения и сжатия (линейных перемещений) в бетонных конструкциях (зданиях, плотинах) или скальных массивах.

Область применения – только на Государственном предприятии «Белорусская АЭС».

ОПИСАНИЕ

Принцип работы датчиков основан на возбуждении струны импульсом электромагнитного поля и создания переменной ЭДС от ее собственных колебаний при помощи электромагнитной головки, установленной посредине струны. Деформация исследуемой среды через анкера передается струне, изменяя ее натяжение, и, следовательно, частоту собственных колебаний. Изменение частоты колебания струны, в свою очередь, ведет к изменению магнитных характеристик цепи со встроенной («сенсорной») катушкой. На выходе датчика контролируют переменный сигнал, пропорциональный частоте колебания струны, наведенный в «сенсорной» катушке. По измеренному периоду колебаний струны с помощью индивидуальной градуировочной зависимости удлинения струны датчика от частоты ее колебаний определяют относительные осевые деформации базы датчика.

Датчики состоят из сплошного цилиндрического корпуса и двух анкеров, между которыми смонтированы натянутая струна и электромагнитная головка.

Внешний вид датчика приведен на рисунке 1.




Рис. 1 – Датчик деформации с вибрирующей струной ExtensoVib E51.5



ОСНОВНЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные метрологические и технические характеристики датчиков приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерения относительной деформации на 1 м, мкм	± 3000
Рабочий диапазон частот, Гц	от 1500 до 2500
Пределы допускаемой относительной погрешности датчика при измерении относительной деформации, %	± 1
Длина струны, мм	51,5
Напряжение питания постоянного тока, В	12
Условия эксплуатации: - диапазон рабочих температур, °С	от минус 40 до плюс 105
Габаритные размеры (длина x высота), мм, не более	51,4x75
Масса, г, не более	100

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа Республики Беларусь наносится типографским способом на титульный лист эксплуатационной документации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки датчиков приведена в таблице 2.

Таблица 2

№ пп	Наименование изделия	Количество	Примечание
1	Датчик деформации с вибрирующей струной ExtensoVib E51.5	1 шт.	-
2	Паспорт	1 экз.	-
3	Методика поверки	1 экз.	-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Датчики деформации с вибрирующей струной ExtensoVib E51.5 соответствуют требованиям технической документации фирмы «Cementys» (Франция).

Поверку для Республики Беларусь проводить по документу МП 58955-14 «Датчики деформации с вибрирующей струной ExtensoVib E51.5. Методика поверки», утвержденному в 2014 году.

Подлежат только первичной поверке при выпуске из производства.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма «Cementys», Франция
Адрес: 27 Villa Daviel, 75013 Paris, France
Тел.: 01 48 52 21 68
Факс: 01 48 52 23 80
Email: info@cementys.com

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)
Адрес: Российская Федерация, 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46
Тел.: +7 (495) 437-55-77
Факс: +7 (495) 437-56-66
Email: office@vniims.ru
Веб-сайт: www.vniims.ru

Начальник научно-исследовательского отдела
законодательной и теоретической метрологии,
научно-технических программ

М.В.Шабанов

