

Государственный комитет по
стандартизации Республики
Беларусь (Госстандарт)

ПРОТОКОЛ

30.09-01.10.2019 №09-2019

г. Минск
заседания Научно-технической
комиссии по метрологии (НТК)

7.6. СЛУШАЛИ:

Толочко Т.К. (БелГИМ) – о признании результатов государственных испытаний и утверждения типа согласно ПМГ 06-2001 для **СИ, предназначенных для применения на Государственном предприятии "Белорусская АЭС"**: тип "Измерители виброперемещения вихретоковые серий DS, SD и ds", изготовитель – фирма "Brüel & Kjær Vibro GmbH", Германия.

Внесены в Госреестр средств измерений Российской Федерации под № 66847-17, срок действия свидетельства об утверждении типа РФ – до 01.03.2022.

РЕШИЛИ:

7.6.1 Признать результаты государственных испытаний и утверждения типа "Измерители виброперемещения вихретоковые серий DS, SD и ds", проведенных ФГУП "ВНИИМС", Российская Федерация.

7.6.2 Утвердить тип **"Измерители виброперемещения вихретоковые серий DS, SD и ds"** и зарегистрировать его в Государственном реестре средств измерений Республики Беларусь (раздел "Средства измерений, применяемые на БелАЭС", группа 27).

7.6.3 Допустить к применению в Республике Беларусь только на **Государственном предприятии "Белорусская АЭС"**.

7.6.4 Выдать Государственному предприятию "Белорусская АЭС" сертификат об утверждении типа (с указанием изготовителя – фирма "Brüel & Kjær Vibro GmbH", Германия) сроком на 5 лет от даты проведения НТК.

7.6.5 Метрологически не обеспечены в Республике Беларусь в связи с отсутствием тест-объекта из стали марки 40ХН2МА и возможности воспроизведения достаточного для поверки размаха виброперемещения на частотах более 500 Гц и менее 7 Гц.

7.6.6 Поверку для Республики Беларусь проводить по документу МП 204/3-13-2016 (26.10.2016).

7.6.7 Временно, до создания эталонной базы в Республике Беларусь, признавать результаты первичной поверки при выпуске из производства и периодической поверки, проведенной в аккредитованных поверочных лабораториях юридических лиц, подчиненных Росстандарту.

7.6.8 Межповерочный интервал в СЗМ – не более 36 месяцев.


Председатель

Д.П. Барташевич

Секретарь

Е.В. Нестерович

ВЕРНО

 Е.В. Нестерович

30.09-01.10.2019