

Государственный комитет по
стандартизации Республики
Беларусь (Госстандарт)

ПРОТОКОЛ

27.02.2019 №02-2019

г. Минск

заседания Научно-технической
комиссии по метрологии (НТК)

5.67. СЛУШАЛИ:

Червяковскую Н.Н. (БелГИМ) – о признании результатов поверки типа "Манометры цифровые ДМ5002М, ДМ5002Вн", изготовитель – ОАО "Манотомь", г. Томск, Российская Федерация согласно ПМГ 06-2001.

Ранее внесены в Реестр под номером РБ 03 04 5478 14.

РЕШИЛИ:

5.67.1. Метрологически не обеспечены в Республике Беларусь:

манометры цифровые избыточного давления кислородного исполнения в диапазоне от 0 до 0,016 МПа с допускаемой приведенной погрешностью $\pm 0,06\%$, $\pm 0,1\%$, $\pm 0,15\%$, $\pm 0,2\%$, $\pm 0,25\%$; в диапазоне от 0 до 0,025 МПа с допускаемой приведенной погрешностью $\pm 0,06\%$, $\pm 0,1\%$, $\pm 0,15\%$, $\pm 0,2\%$; в диапазоне от 0 до 0,04 МПа с допускаемой приведенной погрешностью $\pm 0,06\%$, $\pm 0,1\%$; в диапазоне от 0 до 0,06 МПа с допускаемой приведенной погрешностью $\pm 0,06\%$; в диапазоне от 0 до 0,063 МПа с допускаемой приведенной погрешностью $\pm 0,06\%$; в диапазоне от 0 до 0,16 МПа с допускаемой приведенной погрешностью $\pm 0,06\%$, $\pm 0,1\%$, $\pm 0,15\%$, $\pm 0,2\%$; в диапазоне от 0 до 0,25 МПа с допускаемой приведенной погрешностью $\pm 0,06\%$, $\pm 0,1\%$; в диапазоне от 0 до 0,4 МПа с допускаемой приведенной погрешностью $\pm 0,06\%$; в диапазоне от 0 до 1,6 МПа с допускаемой приведенной погрешностью $\pm 0,06\%$, $\pm 0,1\%$; в диапазоне от 0 до 2,5 МПа с допускаемой приведенной погрешностью $\pm 0,06\%$; в диапазоне от 0 до 10 МПа с допускаемой приведенной погрешностью $\pm 0,06\%$, $\pm 0,1\%$, $\pm 0,15\%$, $\pm 0,2\%$, $\pm 0,25\%$; в диапазоне от 0 до 16 МПа с допускаемой приведенной погрешностью $\pm 0,06\%$, $\pm 0,1\%$, $\pm 0,15\%$, $\pm 0,2\%$, $\pm 0,25\%$; в диапазоне от 0 до 25 МПа с допускаемой приведенной погрешностью $\pm 0,06\%$, $\pm 0,1\%$, $\pm 0,15\%$, $\pm 0,2\%$; в диапазоне от 0 до 40 МПа с допускаемой приведенной погрешностью $\pm 0,06\%$, $\pm 0,1\%$, $\pm 0,15\%$; в диапазоне от 0 до 60 МПа с допускаемой приведенной погрешностью $\pm 0,06\%$, $\pm 0,1\%$, $\pm 0,15\%$; в диапазоне от 0 до 63 МПа с допускаемой приведенной погрешностью $\pm 0,06\%$, $\pm 0,1\%$, $\pm 0,15\%$, $\pm 0,2\%$, $\pm 0,25\%$, $\pm 0,5\%$; в диапазоне от 0 до 160 МПа с допускаемой приведенной погрешностью $\pm 0,06\%$, $\pm 0,1\%$, $\pm 0,15\%$, $\pm 0,2\%$, $\pm 0,25\%$, $\pm 0,5\%$; в диапазоне от 0 до 250 МПа с допускаемой приведенной погрешностью $\pm 0,06\%$, $\pm 0,1\%$, $\pm 0,15\%$, $\pm 0,2\%$, $\pm 0,25\%$, $\pm 0,5\%$;

манометры цифровые избыточного давления-разряжения кислородного исполнения в диапазоне от -0,1 до 0,06 МПа с допускаемой приведенной погрешностью $\pm 0,06\%$, $\pm 0,1\%$, $\pm 0,15\%$, $\pm 0,2\%$; в диапазоне от -0,1 до 0,15 МПа с допускаемой приведенной погрешностью $\pm 0,06\%$, $\pm 0,1\%$; в диапазоне от -0,1 до 0,3 МПа с допускаемой приведенной погрешностью $\pm 0,06\%$; в диапазоне от -0,1 до 1,5 МПа с допускаемой приведенной погрешностью $\pm 0,06\%$, $\pm 0,1\%$; в диапазоне от -0,1 до 2,4 МПа с допускаемой приведенной погрешностью $\pm 0,06\%$ ввиду отсутствия необходимых эталонов.

5.67.2. Признавать результаты первичной поверки при выпуске из производства, проводимой ОАО "Манотомь" (аттестат аккредитации – № RA.RU.312608, шифр

поверительного клейма – БПМ).

5.67.3. Временно, до создания эталонной базы в Республике Беларусь, признавать результаты периодической поверки (для метрологически необеспеченных модификаций), проводимой ОАО "Манотомь" (аттестат аккредитации – №RA.RU.312608, шифр поверительного клейма – БПМ).

Председатель

Секретарь

Д.П. Барташевич

Е.В. Нестерович

ВЕРНО



Е.В. Нестерович

27.02.2019