

Государственный комитет по
стандартизации Республики
Беларусь (Госстандарт)

ПРОТОКОЛ

27.02.2020 №02-2020

г. Минск
заседания Научно-технической
комиссии по метрологии (НТК)

6.6. СЛУШАЛИ:

Шабанова М.В. (БелГИМ) – о признании результатов государственных испытаний и утверждения типа согласно ПМГ 06-2001 для **СИ, предназначенных для применения на Государственном предприятии "Белорусская АЭС"**: тип "Системы оптические измерительные ФТВ-2 (Pro)", изготовитель – фирма "EXFO Inc.", Канада.

Внесены в Госреестр средств измерений Российской Федерации под № 66486-17, срок действия свидетельства об утверждении типа РФ – до 26.01.2022.

РЕШИЛИ:

6.6.1 Признать результаты государственных испытаний и утверждения типа "Системы оптические измерительные ФТВ-2 (Pro)", проведенных ФГУП "ВНИИОФИ", Российская Федерация.

6.6.2 Утвердить тип **"Системы оптические измерительные ФТВ-2 (Pro)"** и зарегистрировать его в Государственном реестре средств измерений Республики Беларусь (раздел "Средства измерений, применяемые на БелАЭС", группа 27).

6.6.3 **Допустить к применению в Республике Беларусь только на Государственном предприятии "Белорусская АЭС".**

6.6.4 Выдать Государственному предприятию "Белорусская АЭС" сертификат об утверждении типа (с указанием изготовителя – фирма "EXFO Inc.", Канада) сроком на 5 лет от даты проведения НТК.

6.6.5 Метрологически НЕ обеспечены в Республике Беларусь в связи с отсутствием государственного рабочего эталона единицы поляризационной модовой дисперсии (п. 8.14 МП), установки для измерения спектральных характеристик приемников и источников оптического излучения в волоконно-оптических системах передачи в ВОСП (п. 8.21, п. 8.27, п. 8.28 МП), а также рабочего эталона обратных потерь в ВОСП.

6.6.6 Поверку для Республики Беларусь проводить по документу МП 049.ФЗ-16 (12.12.2016).

6.6.7 Временно, до создания эталонной базы в Республике Беларусь, признавать результаты первичной поверки при выпуске из производства и периодической поверки, проведенной в аккредитованных поверочных лабораториях юридических лиц, подчиненных Росстандарту.

6.6.8 Межповерочный интервал в СЗМ – не более 12 месяцев.


Председатель

Д.П. Барташевич

Секретарь

Е.В. Нестерович

ВЕРНО

 Е.В. Нестерович
27.02.2020