

Государственный комитет по
стандартизации Республики
Беларусь (Госстандарт)

ПРОТОКОЛ

27.02.2020 №02-2020

г. Минск
заседания Научно-технической
комиссии по метрологии (НТК)

6.4. СЛУШАЛИ:

Толочко Т.К. (БелГИМ) – о признании результатов государственных испытаний и утверждения типа согласно ПМГ 06-2001 для СИ, предназначенных для применения на Государственном предприятии "Белорусская АЭС": тип "Клеши токовые серии АСМ", изготовитель – фирма "SHENZHEN EVERBEST MACHINERY INDUSTRY CO., LTD", Китай.

Внесены в Госреестр средств измерений Российской Федерации под № 50590-12, срок действия свидетельства об утверждении типа РФ – до 20.07.2017.

РЕШИЛИ:

6.4.1 Признать результаты государственных испытаний и утверждения типа "Клеши токовые серии АСМ", проведенных ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИМС", Российская Федерация.

6.4.2 Утвердить тип "Клеши токовые серии АСМ" и зарегистрировать его в Государственном реестре средств измерений Республики Беларусь (раздел "Средства измерений, применяемые на БелАЭС", группа 27).

6.4.3 Допустить к применению в Республике Беларусь только на Государственном предприятии "Белорусская АЭС".

6.4.4 Выдать Государственному предприятию "Белорусская АЭС" сертификат об утверждении типа (с указанием изготовителя – фирма "SHENZHEN EVERBEST MACHINERY INDUSTRY CO., LTD", Китай) сроком на 5 лет от даты проведения НТК.

6.4.5 Метрологически НЕ обеспечены в Республике Беларусь при измерении силы постоянного тока свыше 50 А, мощности постоянного тока свыше 50 кВт, мощности переменного тока свыше 100 кВт.

6.4.6 Временно, до создания эталонной базы в Республике Беларусь, периодическую поверку для Республики Беларусь проводить по документу 002.001 РЭ (приложение А к РЭ) (07.01.2012) (НТК 06-19).

6.4.7 В случае создания эталонной базы для возможности проведения поверки на территории Республики Беларусь, Государственному предприятию "Белорусская АЭС" подготовить проект изменений №1-ВУ методики поверки и предоставить на согласование в БелГИМ в установленном порядке.

6.4.8 В случае создания эталонной базы для возможности проведения поверки на территории Республики Беларусь, первичную поверку при выпуске из производства и периодическую поверку проводить по документу 002.001 РЭ (приложение А к РЭ) (07.01.2012) (изменение №1-ВУ).

6.4.9 Временно, до создания эталонной базы в Республике Беларусь, признавать результаты периодической поверки, проведенной в аккредитованных поверочных лабораториях юридических лиц, подчиненных Росстандарту по документу 002.001 РЭ (приложение А к РЭ) (07.01.2012) (НТК 06-19).

6.4.10 Межповерочный интервал в СЗМ – не более 12 месяцев.

6.4.11 Экспертиза была проведена в отношении модификации АСМ-2056.

Председатель

Д.П. Барташевич

Секретарь

Е.В. Нестерович

ВЕРНО



Е.В. Нестерович

27.02.2020