

Государственный комитет по
стандартизации Республики
Беларусь (Госстандарт)

ПРОТОКОЛ

27.02.2020 №02-2020

г. Минск
заседания Научно-технической
комиссии по метрологии (НТК)

6.8. СЛУШАЛИ:

Толочко Т.К. (БелГИМ) – о признании результатов государственных испытаний и утверждения типа согласно ПМГ 06-2001 для **СИ, предназначенных для применения на Государственном предприятии "Белорусская АЭС"**: тип "Измерители RLC АКИП-6108, АКИП-6109", изготовитель – фирма "CHANGZHOU EUCOL ELECTRONIC TECHNOLOGY CO. LTD", Китай.

Внесены в Госреестр средств измерений Российской Федерации под № 56479-14, срок действия свидетельства об утверждении типа РФ – до 12.02.2019.

РЕШИЛИ:

6.8.1 Признать результаты государственных испытаний и утверждения типа "Измерители RLC АКИП-6108, АКИП-6109", проведенных ГЦИ СИ ФБУ "ЦСМ Московской области", Российская Федерация.

6.8.2 Утвердить тип **"Измерители RLC АКИП-6108, АКИП-6109"** и зарегистрировать его в Государственном реестре средств измерений Республики Беларусь (раздел "Средства измерений, применяемые на БелАЭС", группа 27).

6.8.3 **Допустить к применению в Республике Беларусь только на Государственном предприятии "Белорусская АЭС"**.

6.8.4 Выдать Государственному предприятию "Белорусская АЭС" сертификат об утверждении типа (с указанием изготовителя – фирма "CHANGZHOU EUCOL ELECTRONIC TECHNOLOGY CO. LTD", Китай) сроком на 5 лет от даты проведения НТК.

6.8.5 Метрологически НЕ обеспечены в Республике Беларусь в связи с отсутствием мер индуктивности и добротности на 3, 5 и 10 Гн, а также анализатора компонентов прецизионного.

6.8.6 Временно, до создания эталонной базы в Республике Беларусь, периодическую поверку для Республики Беларусь проводить по документу МП 06/008-13 (19.12.2013) (НТК 06-19).

6.8.7 В случае создания эталонной базы для возможности проведения поверки на территории Республики Беларусь, первичную поверку при выпуске из производства и периодическую поверку проводить по документу МП 06/008-13 (19.12.2013) (изменение №1-BY).

6.8.8 Временно, до создания эталонной базы в Республике Беларусь, признавать результаты периодической поверки, проведенной в аккредитованных поверочных лабораториях юридических лиц, подчиненных Росстандарту по документу МП 06/008-13 (19.12.2013) (НТК 06-19).

6.8.9 Межповерочный интервал в СЗМ – не более 12 месяцев.

Председатель

Д.П. Барташевич

Секретарь

Е.В. Нестерович

ВЕРНО



Е.В. Нестерович

27.02.2020