

Государственный комитет по
стандартизации Республики
Беларусь (Госстандарт)

ПРОТОКОЛ

23.04.2020 №04-2020

г. Минск
заседания Научно-технической
комиссии по метрологии (НТК)

7.17 СЛУШАЛИ:

Шабанова М.В. (БелГИМ) – о признании результатов государственных испытаний и утверждения типа согласно ПМГ 06-2001 для **СИ, предназначенных для применения на Государственном предприятии "Белорусская АЭС"**: тип "Осциллографы-мультиметры промышленные Fluke серии 120", изготовитель – фирма "Fluke Corporation", Соединенные Штаты Америки.

Внесены в Госреестр средств измерений Российской Федерации под № 65852-16, срок действия свидетельства об утверждении типа РФ – до 07.12.2021.

РЕШИЛИ:

7.17.1 Признать результаты государственных испытаний и утверждения типа "Осциллографы-мультиметры промышленные Fluke серии 120", проведенных ФГУП "ВНИИМС", Российская Федерация.

7.17.2 Утвердить тип "Осциллографы-мультиметры промышленные Fluke серии 120" и зарегистрировать его в Государственном реестре средств измерений Республики Беларусь (раздел "Средства измерений, применяемые на БелАЭС", группа 27).

7.17.3 **Допустить к применению в Республике Беларусь только на Государственном предприятии "Белорусская АЭС".**

7.17.4 Выдать Государственному предприятию "Белорусская АЭС" сертификат об утверждении типа (с указанием изготовителя – фирма "Fluke Corporation", Соединенные Штаты Америки) сроком на 5 лет от даты проведения НТК.

7.17.5 Метрологически НЕ обеспечены в Республике Беларусь по каналу измерений электрической емкости свыше 100 мкФ.

7.17.6 Временно, до создания эталонной базы в Республике Беларусь, первичную поверку при выпуске из производства и периодическую поверку для Республики Беларусь проводить по документу МП 206.1-026-2016 (04.07.2016) (НТК 06-19).

7.17.7 В случае создания эталонной базы для возможности проведения поверки на территории Республики Беларусь, Государственному предприятию "Белорусская АЭС" подготовить проект изменений №1-ВУ методики поверки и предоставить на согласование в БелГИМ в установленном порядке.

7.17.8 В случае создания эталонной базы для возможности проведения поверки на территории Республики Беларусь, первичную поверку при выпуске из производства и периодическую поверку проводить по документу МП 206.1-026-2016 (04.07.2016) (изменение №1-ВУ).

7.17.9 Временно, до создания эталонной базы в Республике Беларусь, признавать результаты первичной поверки при выпуске из производства и периодической поверки, проведенной в аккредитованных поверочных лабораториях юридических лиц, подчиненных Росстандарту по документу МП 206.1-026-2016 (04.07.2016).

7.17.10 Межповерочный интервал в СЗМ – не более 24 месяцев.

7.17.11 Экспертиза была проведена в отношении модификаций 123В, 124В, 125В.

Председатель

Д.П. Барташевич

Секретарь

Е.В. Нестерович

ВЕРНО

 Е.В. Нестерович
23.04.2020