

Государственный комитет по
стандартизации Республики
Беларусь (Госстандарт)

ПРОТОКОЛ

28.05.2020 №05-2020

г. Минск
заседания Научно-технической
комиссии по метрологии (НТК)

7.9 СЛУШАЛИ:

Шабанова М.В. (БелГИМ) – о признании результатов государственных испытаний и утверждения типа согласно ПМГ 06-2001 для СИ, предназначенных для применения на Государственном предприятии "Белорусская АЭС": тип "Системы оптические измерительные ФТВ-500", изготовитель – фирма "EXFO Electro-Optical Engineering Inc.", Канада.

Внесены в Госреестр средств измерений Российской Федерации под № 44792-10, срок действия свидетельства об утверждении типа РФ – до 26.08.2020.

РЕШИЛИ:

7.9.1 Признать результаты государственных испытаний и утверждения типа "Системы оптические измерительные ФТВ-500", проведенных ГЦИ СИ ФБУ "ГНМЦ Минобороны России", Российская Федерация.

7.9.2 Утвердить тип "Системы оптические измерительные ФТВ-500" и зарегистрировать его в Государственном реестре средств измерений Республики Беларусь (раздел "Средства измерений, применяемые на БелАЭС", группа 27).

7.9.3 Допустить к применению в Республике Беларусь только на Государственном предприятии "Белорусская АЭС".

7.9.4 Выдать Государственному предприятию "Белорусская АЭС" сертификат об утверждении типа (с указанием изготовителя – фирма "EXFO Electro-Optical Engineering Inc.", Канада) сроком на 5 лет от даты проведения НТК.

7.9.5 Метрологически НЕ обеспечены в Республике Беларусь в связи с отсутствием эталонов единиц ПМД и ХД.

7.9.6 Временно, до создания эталонной базы в Республике Беларусь, первичную поверку при выпуске из производства и периодическую поверку для Республики Беларусь проводить по документу МП 44792-10 (май 2010 г.) (НТК 06-19).

7.9.7 В случае создания эталонной базы для возможности проведения поверки на территории Республики Беларусь, Государственному предприятию "Белорусская АЭС" подготовить проект изменений №1-ВУ методики поверки и предоставить на согласование в БелГИМ в установленном порядке.

7.9.8 В случае создания эталонной базы для возможности проведения поверки на территории Республики Беларусь, первичную поверку при выпуске из производства и периодическую поверку проводить по документу МП 44792-10 (май 2010 г.) (изменение №1-ВУ).

7.9.9 Временно, до создания эталонной базы в Республике Беларусь, признавать результаты первичной поверки при выпуске из производства и периодической поверки, проведенной в аккредитованных поверочных лабораториях юридических лиц, подчиненных Росстандарту по документу МП 44792-10 (май 2010 г.).

7.9.10 Межповерочный интервал в СЗМ – не более 12 месяцев.

Председатель

Д.П. Барташевич

Секретарь

Е.В. Нестерович

ВЕРНО



Е.В. Нестерович

28.05.2020