

Государственный комитет по
стандартизации Республики
Беларусь (Госстандарт)

ПРОТОКОЛ

30.07.2020 №07-2020

г. Минск
заседания Научно-технической
комиссии по метрологии (НТК)

8.13 СЛУШАЛИ:

Толочко Т.К. (БелГИМ) – о признании результатов государственных испытаний и утверждения типа согласно ПМГ 06-2001 для СИ, предназначенных для применения на Государственном предприятии "Белорусская АЭС": тип "Мультиметры цифровые серии ОММЕГА 110 (ОММЕГА 111, ОММЕГА 113, ОММЕГА 115)", изготовитель – ООО "Профигрупп", г. Санкт-Петербург, Российская Федерация. Внесены в Госреестр средств измерений Российской Федерации под № 38862-09, срок действия свидетельства об утверждении типа РФ – до 19.01.2020.

РЕШИЛИ:

8.13.1 Признать результаты государственных испытаний и утверждения типа "Мультиметры цифровые серии ОММЕГА 110 (ОММЕГА 111, ОММЕГА 113, ОММЕГА 115)", проведенных ФГУП "ВНИИМС", Российская Федерация.

8.13.2 Утвердить тип "Мультиметры цифровые серии ОММЕГА 110 (ОММЕГА 111, ОММЕГА 113, ОММЕГА 115)" и зарегистрировать его в Государственном реестре средств измерений Республики Беларусь (раздел "Средства измерений, применяемые на БелАЭС", группа 27).

8.13.3 Допустить к применению в Республике Беларусь только на Государственном предприятии "Белорусская АЭС".

8.13.4 Выдать Государственному предприятию "Белорусская АЭС" сертификат об утверждении типа (с указанием изготовителя – ООО "Профигрупп", г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) сроком на 5 лет от даты проведения НТК.

Примечание – при оформлении описания типа СИ, внести изменения:

- исключить показатели точности у каналов измерения температуры (табл. 2, 3) а также привести уточняющую информацию, что данные характеристики не нормируются и приведены в качестве справочных;
- в табл. 2, 3 исключить диапазоны измерений у каналов измерения температуры, выраженные в единицах °F, оставив только диапазоны измерений, выраженные в единицах °C;
- в табл. 2, 3 заменить наименование характеристики "диапазон измерений температуры" на "диапазон показаний (индикации) температуры";

Основание – письмо от Государственного предприятия "Белорусская АЭС" № 14117 от 22.06.2020 (исх. № 28-10/8918 от 22.06.2020).

8.13.5 Метрологически НЕ обеспечены в Республике Беларусь по каналу измерения электрической емкости свыше 100 мкФ.

8.13.6 Временно, до создания эталонной базы в Республике Беларусь, первичную поверку при выпуске из производства и периодическую поверку для Республики Беларусь проводить по документу ПГПП.76151262.011 МП (сентябрь 2009 г.) (НТК 06-19).

8.13.7 В случае создания эталонной базы для возможности проведения поверки на территории Республики Беларусь, Государственному предприятию "Белорусская АЭС" подготовить проект изменений №1-ВУ методики поверки и предоставить на согласование в БелГИМ в установленном порядке.

8.13.8 В случае создания эталонной базы для возможности проведения поверки на территории Республики Беларусь, первичную поверку при выпуске из производства и периодическую поверку проводить по ПГПП.76151262.011 МП (сентябрь 2009 г.) (изменение №1-ВУ).


8.13.9 Временно, до создания эталонной базы в Республике Беларусь, признавать результаты первичной поверки при выпуске из производства и периодической поверки, проведенной в аккредитованных поверочных лабораториях юридических лиц, подчиненных Росстандарту по документу ПГПП.76151262.011 МП (сентябрь 2009 г.).

8.13.10 Межповерочный интервал в СЗМ – не более 12 месяцев.

Председатель

Секретарь

ВЕРНО

 Е.В. Нестерович
30.07.2020

Д.П. Барташевич

Е.В. Нестерович