

Государственный комитет по
стандартизации Республики
Беларусь (Госстандарт)

ПРОТОКОЛ

30.09.2020 №09-2020

г. Минск
заседания Научно-технической
комиссии по метрологии (НТК)

6.17 СЛУШАЛИ:

Шабанова М.В. (БелГИМ) – о признании результатов государственных испытаний и утверждения типа согласно ПМГ 06-2001 для СИ, предназначенных для применения на Государственном предприятии "Белорусская АЭС": тип "Контроллеры СН – 1 "СОНЕТ", изготовитель – ФГУП ЭЗАН, г. Черноголовка Московской обл., Российская Федерация.

Внесены в Госреестр средств измерений Российской Федерации под № 24910-13, срок действия свидетельства об утверждении типа РФ – до 07.09.2022.

РЕШИЛИ:

6.17.1 Признать результаты государственных испытаний и утверждения типа "Контроллеры СН – 1 "СОНЕТ", проведенных ФГУП "ВНИИМС", Российская Федерация.

6.17.2 Утвердить тип "Контроллеры СН – 1 "СОНЕТ" и зарегистрировать его в Государственном реестре средств измерений Республики Беларусь (раздел "Средства измерений, применяемые на БелАЭС", группа 27).

6.17.3 Допустить к применению в Республике Беларусь только на Государственном предприятии "Белорусская АЭС".

6.17.4 Выдать Государственному предприятию "Белорусская АЭС" сертификат об утверждении типа (с указанием изготовителя – ФГУП ЭЗАН, г. Черноголовка Московской обл., Российская Федерация) сроком на 5 лет от даты проведения НТК.

6.17.5 Метрологически обеспечены в Республике Беларусь при предоставлении в поверку совместно с ПО SonetTest и нуль-модемным кабелем или переходником MOXA Uport 1150.

6.17.6 Поверку в Республике Беларусь проводить по документу КУНИ.466945.010 Д6 (25.12.2017).

6.17.7 Признавать результаты первичной поверки при выпуске из производства, проводимой ФБУ "Ростест-Москва" (ранее – ФБУ "ЦСМ Московской области") (аттестат аккредитации – № RA.RU.311320, шифр поверительного клейма – ТТ).

6.17.8 Межповерочный интервал в СЗМ – не более 24 месяцев.

Председатель

Секретарь

ВЕРНО



30.09.2020

Е.В. Нестерович

Д.П. Барташевич

Е.В. Нестерович