



СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 15236 от 31 мая 2022 г.

Срок действия до 27 февраля 2027 г.

Наименование типа средств измерений:

Дозаторы весовые дискретного действия «Дельта»

Производитель:

АО «ВИК «Тензо-М», д.п. Красково, г.о. Люберцы, Московская обл., Российская Федерация

Документ на поверку:

МП 058-12 «Дозаторы весовые дискретного действия «Дельта». Методика поверки»

Интервал времени между государственными поверками **12 месяцев**

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 31.05.2022 № 53

Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средств измерений.

Заместитель Председателя комитета



А.А.Бурак

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

приложение к сертификату об утверждении типа средств измерений

от 31 мая 2022г. № 15236

Наименование типа средств измерений и их обозначение: дозаторы весовые дискретного действия «Дельта»

Назначение и область применения: в соответствии с разделом «Назначение средства измерений» Приложения.

Описание: в соответствии с разделом «Описание средства измерений» Приложения.

Обязательные метрологические требования: в соответствии с таблицами 2, 3 Приложения.

Основные технические характеристики и метрологические характеристики, не относящиеся к обязательным метрологическим требованиям: в соответствии с таблицей 4 Приложения.

Комплектность: в соответствии с таблицей 5 Приложения.

Место нанесения знака утверждения типа средств измерений: на средстве измерений и/или на эксплуатационных документах.

Поверка осуществляется по документу МП 058-12 «Дозаторы весовые дискретного действия «Дельта». Методика поверки», утвержденному в 2012 г.

Технические нормативные правовые акты и технические документы, устанавливающие:

требования к типу средств измерений: в соответствии с разделом «Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к типу средств измерений» Приложения.

Идентификация программного обеспечения: в соответствии с таблицей 1 Приложения.

Программное обеспечение: в соответствии с разделом «Программное обеспечение» Приложения.

Производитель средств измерений: в соответствии с разделом «Изготовитель» Приложения.

Уполномоченное юридическое лицо, проводившее испытания средств измерений: в соответствии с разделом «Испытательный центр» Приложения.

Приведенная по тексту Приложения ссылка на документ «Р 50.2.077-2014» для Республики Беларусь носит справочный характер.

Фотография общего вида средств измерений носит иллюстративный характер и представлена на рисунке 1 Приложения.

Место нанесения знака поверки: на свидетельство о поверке.

Приложение: описание типа средств измерений, регистрационный номер: № 20791-12, на 8 листах.

Директор БелГИМ



В.Л.Гуревич

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
(в редакции, утвержденной приказом Росстандарта № 380 от 27.02.2017 г.)

Дозаторы весовые дискретного действия «Дельта»

Назначение средства измерений

Дозаторы весовые дискретного действия «Дельта» (далее - дозаторы) предназначены для полуавтоматического дозирования сыпучих и жидких продуктов, в том числе пищевого назначения, в тару.

Описание средства измерений

Конструктивно дозаторы состоят из грузоприёмного устройства (далее - ГУ), весового устройства и системы управления и контроля.

ГУ дозатора может быть выполнено в виде воронки, платформы, конвейера, крюка или патрубка заполнения клапанного мешка с элементами фиксации тары.

Весовое устройство состоит из одного или нескольких тензорезисторных весоизмерительных датчиков (далее - датчики), установленных между ГУ и силовым каркасом дозатора, а так же весоизмерительного преобразователя (далее - преобразователь). В дозаторе используются датчики серий Т, Н или С (Государственный реестр СИ РФ № 36963-08) и преобразователи ТВ (Государственный реестр СИ РФ № 37794-08) производства ЗАО «Весоизмерительная компания «ТЕНЗО-М». Преобразователь монтируется в многофункциональном шкафу автоматики (далее - МША) системы управления и контроля или отдельно.

Система управления и контроля включает в себя МША, многофункциональные шкафы пневматики (далее - МШП) и силовые шкафы (далее - ШС) и может быть интегрирована в состав другой системы управления технологическим процессом. Возможно так же объединение МШП и ШС с МША. Управление дозатором осуществляются при помощи кнопок, расположенных на лицевой панели преобразователя и дверце МША или с выносного пульта управления (кнопочного поста).

Принцип действия дозатора основан на преобразовании силы тяжести (веса) дозируемого продукта в аналоговый сигнал датчиков. Сигнал датчиков после обработки преобразователем используется для формирования управляющих воздействий на устройства дозированной загрузки продуктов в тару с выдачей результата дозирования на табло индикации, и/или в информационную систему.

Подача продукта в тару может осуществляться с помощью различных питателей и их сочетаний в зависимости от свойств дозируемых материалов (самотёком через заслонку или клапан, шнеком, ленточным или вибрационным питателем, насосом и т.п.).


Дозаторы выпускаются в различных модификациях и конструктивных исполнениях, отличающихся метрологическими характеристиками и имеющих обозначение «Дельта»-Н-К исполнение Z, где:


Н - наибольший предел дозирования (НПД), кг;

К - индекс, устанавливающий пределы допускаемых отклонений действительных значений массы дозы от среднего значения (0,2; 0,5; 1; 2 и 4);

Z - конструктивное исполнение (АКД, «УНИБЭГ», «Дельта-У», «Дельта-Б», «Дельта-С», ДФК-Т, ДФК-А, «Атлант», «Геракл», «Гермес»)

Внешний вид дозаторов различных конструктивных исполнений показан на рисунке 1.





Исполнение «АКД» с различными видами питателей

Исполнение «УНИБЭГ»

Исполнение «Дельта-У»

Исполнение «Дельта-Б»

Исполнения «ДФК» с различными видами питателей

Исполнение «Атлант»

Исполнение «Дельта-С»

Исполнение «Геркул»

Исполнение «Гермес»

Рисунок 1 - Внешний вид дозаторов «Дельта» различных исполнений

Программное обеспечение

Идентификационные данные программного обеспечения (далее - ПО) приведены в таблице 1.

Таблица 1

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	dL
Номер версии (идентификационный номер) ПО ¹	1.02
Цифровой идентификатор ПО ²	--

Примечания

1 Номер версии (идентификационный номер) ПО не ниже указанного.

2 Конструкция весов не предусматривает вычисление цифрового идентификатора ПО. ПО не может быть модифицировано, загружено или прочитано через какой-либо интерфейс после опломбирования.

ПО дозаторов является встроенным и реализовано в преобразователе. ПО не может быть модифицировано или прочитано через какой-либо интерфейс, т.к. имеет встроенную защиту. Номер версии ПО отображается на дисплее внешнего устройства при включении дозатора. Дополнительно, для предотвращения несанкционированного доступа к законодательно контролируемым параметрам, служит административный пароль и электронное клеймо (порядковый номер, дата и время последнего изменения настроечных параметров), которые автоматически обновляется после каждого сохранения изменений, внесенных в законодательно контролируемые параметры. Данные электронного клейма заносятся в паспорт дозатора. Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных воздействий в соответствии с Р 50.2.077-2014 - «высокий». Влияние ПО на метрологические характеристики учтено при нормировании метрологических характеристик.

Метрологические и технические характеристики

Наименьшие (НмПД) и наибольшие (НПД) пределы дозирования и цена деления d весовых устройств дозаторов приведены в таблице 2.

Таблица 2

Модификации дозаторов («Дельта»-Н-К)	Исполнение (Z)	Пределы дозирования, кг		Цена деления d весового устройства, кг
		наименьший (НмПД)	наибольший (НПД)	
«Дельта»-3-0,2	АКД, «УНИБЭГ», «Дельта-У», «Дельта-Б», ДФК	0,03	3	0,0005
«Дельта»-3-0,5				0,0010
«Дельта»-3-1				0,0020
«Дельта»-3-2				0,0050
«Дельта»-3-4				0,0100
«Дельта»-3-0,2		0,03	3	0,0005
«Дельта»-3-0,5				0,0010
«Дельта»-3-1				0,0020
«Дельта»-3-2				0,0050
«Дельта»-3-4				0,0100
«Дельта»-5-0,2		0,12	5	0,0010
«Дельта»-5-0,5				0,0020
«Дельта»-5-1				0,0050
«Дельта»-5-2				0,0100
«Дельта»-5-4				0,0200
«Дельта»-7,5-0,2		0,12	7,5	0,0010
«Дельта»-7,5-0,5				0,0020
«Дельта»-7,5-1				0,0050
«Дельта»-7,5-2				0,0100
«Дельта»-7,5-4				0,0200
«Дельта»-10-0,2	0,35	10	0,0020	
«Дельта»-10-0,5			0,0050	
«Дельта»-10-1			0,0100	
«Дельта»-10-2			0,0200	
«Дельта»-10-4			0,0500	
«Дельта»-15-0,2	0,35	15	0,0020	
«Дельта»-15-0,5			0,0050	
«Дельта»-15-1			0,0100	
«Дельта»-15-2			0,0200	
«Дельта»-15-4			0,0500	

Модификации дозаторов («Дельта»-Н-К)	Исполнение (Z)	Пределы дозирования, кг		Цена деления d весового устройства, кг
		наименьший (НмПД)	наибольший (НПД)	
«Дельта»-20-0,2	АКД, «УНИБЭГ», «Дельта-У», «Дельта-Б», ДФК	1,7	20	0,0050
«Дельта»-20-0,5				0,0100
«Дельта»-20-1				0,0200
«Дельта»-20-2				0,0500
«Дельта»-20-4				0,1000
«Дельта»-25-0,2		1,7	25	0,0050
«Дельта»-25-0,5				0,0100
«Дельта»-25-1				0,0200
«Дельта»-25-2				0,0500
«Дельта»-25-4				0,1000
«Дельта»-30-0,2		1,7	30	0,0050
«Дельта»-30-0,5				0,0100
«Дельта»-30-1				0,0200
«Дельта»-30-2				0,0500
«Дельта»-30-4				0,1000
«Дельта»-50-0,2		3,4	50	0,0100
«Дельта»-50-0,5				0,0200
«Дельта»-50-1				0,0500
«Дельта»-50-2				0,1000
«Дельта»-50-4				0,2000
«Дельта»-75-0,2		3,4	75	0,0100
«Дельта»-75-0,5				0,0200
«Дельта»-75-1				0,0500
«Дельта»-75-2				0,1000
«Дельта»-75-4				0,2000
«Дельта»-100-0,2		7	100	0,0200
«Дельта»-100-0,5				0,0500
«Дельта»-100-1				0,1000
«Дельта»-100-2				0,2000
«Дельта»-100-4				0,5000
«Дельта»-150-0,2		7	150	0,0200
«Дельта»-150-0,5				0,0500
«Дельта»-150-1				0,1000
«Дельта»-150-2				0,2000
«Дельта»-150-4				0,5000
«Дельта»-200-0,2		25	200	0,0500
«Дельта»-200-0,5				0,1000
«Дельта»-200-1				0,2000
«Дельта»-200-2				0,5000
«Дельта»-200-4				1,0000
«Дельта»-300-0,2	«Дельта-С», «Атлант», «Геракл» и «Гермес»	30	300	0,05
«Дельта»-300-0,5				0,1
«Дельта»-300-1				0,2
«Дельта»-300-2				0,5
«Дельта»-300-4				1,0

Модификации дозаторов («Дельта»-Н-К)	Исполнение (Z)	Пределы дозирования, кг		Цена деления d весового устройства, кг
		наименьший (НмПД)	наибольший (НПД)	
«Дельта»-500-0,2		60	500	0,1
«Дельта»-500-0,5				0,2
«Дельта»-500-1				0,5
«Дельта»-500-2				1,0
«Дельта»-500-4		2,0		
«Дельта»-750-0,2		60	750	0,1
«Дельта»-750-0,5				0,2
«Дельта»-750-1				0,5
«Дельта»-750-2				1,0
«Дельта»-750-4		2,0		
«Дельта»-1000-0,5		125	1000	0,5
«Дельта»-1000-1				1,0
«Дельта»-1000-2				2,0
«Дельта»-1000-4				5,0
«Дельта»-1000-0,2		125	1500	0,2
«Дельта»-1500-0,2				0,2
«Дельта»-1500-0,5				0,5
«Дельта»-1500-1				1,0
«Дельта»-1500-2		2,0		
«Дельта»-1500-4		5,0		
«Дельта»-2000-0,2		250	2000	0,5
«Дельта»-2000-0,5				1,0
«Дельта»-2000-1				2,0
«Дельта»-2000-2				5,0
«Дельта»-2000-4		10,0		
«Дельта»-3000-0,2		250	3000	0,5
«Дельта»-3000-0,5				1,0
«Дельта»-3000-1				2,0
«Дельта»-3000-2				5,0
«Дельта»-3000-4		10,0		
«Дельта»-5000-0,2		500	5000	1,0
«Дельта»-5000-0,5				2,0
«Дельта»-5000-1				5,0
«Дельта»-5000-2				10,0
«Дельта»-5000-4		20,0		
«Дельта»-7500-0,2		500	7500	1,0
«Дельта»-7500-0,5				2,0
«Дельта»-7500-1				5,0
«Дельта»-7500-2				10,0
«Дельта»-7500-4		20,0		
«Дельта»-10000-0,2	1250	10000	2,0	
«Дельта»-10000-0,5			5,0	
«Дельта»-10000-1			10,0	
«Дельта»-10000-2			20,0	
«Дельта»-10000-4	50,0			

Пределы допускаемых отклонений действительных значений массы дозы от среднего значения при первичной поверке в зависимости от обозначения (К) приведены в таблице 3.

Таблица 3

Значение массы дозы, кг	Пределы допускаемых отклонений действительных значений массы дозы от среднего значения при первичной поверке ¹ в зависимости от обозначения (К)				
	0,2	0,5	1	2	4
до 0,05 включ. ²	±0,9 %	±2,25 %	±4,5 %	±9 %	±18 %
св. 0,05 до 0,1 включ.	±0,45 г	±1,12 г	±2,25 г	±4,5 г	±9 г
св. 0,1 до 0,2 включ.	±0,45 %	±1,12 %	±2,25 %	±4,5 %	±9 %
св. 0,2 до 0,3 включ.	±0,9 г	±2,25 г	±4,5 г	±9 г	±18 г
св. 0,3 до 0,5 включ.	±0,3 %	±0,75 %	±1,5 %	±3 %	±6 %
св. 0,5 до 1 включ.	±1,5 г	±3,75 г	±7,5 г	±15 г	±30 г
св. 1 до 10 включ.	±0,15 %	±3,75 %	±0,75 %	±1,5 %	±3 %
св. 10 до 15 включ.	±15 г	±37,5 г	±75 г	±150 г	±300 г
св. 15	±0,1 %	±0,25 %	±0,5 %	±1 %	±2 %

Примечания.

1 Пределы допускаемых отклонений действительных значений массы дозы от среднего значения в эксплуатации соответствуют удвоенным значениям. Пределы допускаемых отклонений среднего значения массы дозы от номинального значения, как при первичной поверке, так и в эксплуатации не должны превышать 0,5 указанных в таблице значений.

2 Значения в процентах вычисляются от номинального значения массы дозы.

Технические характеристики, а также условия эксплуатации приведены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование характеристики	Значение характеристики для всех модификаций дозаторов
Диапазон рабочих температур, °С	от - 20 до + 40
Параметры электрического питания от сети переменного тока с параметрами: <ul style="list-style-type: none"> – напряжение питания ШС (МША, объединенного с ШС) и силовых цепей, В – напряжение питания МША, В – частота, Гц – потребляемая мощность, кВт, не более 	380±10 % 220±10 % 50±0,4 50
Давление, подводимое к пневмосистеме (для дозаторов с пневмоприводом исполнительных устройств), кПа	от 600 до 800
Время прогрева дозатора, мин, не более	10

Знак утверждения типа

наносится типографским способом на титульный лист эксплуатационной документации и термосублимационным способом на маркировочную табличку, расположенную на ГУ дозатора.



Комплектность средства измерений

Таблица 5

Наименование	Кол-во	Примечание
Дозатор в сборе с системой управления и контроля	1 шт.	Наличие МША, МШП или ШС в системе управления и контроля оговаривается при заказе
Руководство по эксплуатации 4274-058-18217119-05 РЭ	1 экз.	-
Паспорт 4274-058-18217119-05 ПС	1 экз.	-
Комплект технической документации	1 компл.	-
Методика поверки МП 058-12	1 экз.	-

Поверка

осуществляется по документу МП 058-12 «Дозаторы весовые дискретного действия «Дельта». Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС».

Основные средства поверки:

- гири 4-го разряда по ГОСТ 8.021-2015 (класса точности M_1 по ГОСТ OIML R 111-1-2009);
- весы или весовое устройство поверяемого дозатора с пределом допускаемой погрешности, не превышающим $1/3$ пределов допускаемых отклонений действительных значений массы дозы от среднего значения.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке средств измерений, так как условия эксплуатации дозаторов не обеспечивают его сохранность в течение всего интервала между поверками при нанесении на дозатор.

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к дозаторам весовым дискретного действия «Дельта»

1 ГОСТ 8.021-2015 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений массы».

2 4274-058-18217119-05 ТУ «Дозатор весовой дискретного действия «Дельта». Технические условия».

Изготовитель

Закрытое акционерное общество «Весоизмерительная компания «Тензо-М»

(ЗАО «ВИК «Тензо-М»)

ИНН 5027048351.

Адрес: Россия, 140050, Московская область, Люберецкий р-н, п. Красково,
ул. Вокзальная, 38

Тел/факс +7 (495) 745-3030



Испытательный центр

ГЦИ СИ Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46

Тел./факс: (495)437-55-77 / 437-56-66

E-mail: office@vniims.ru, www.vniims.ru

Аттестат аккредитации ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-08 от 27.06.2008 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии



С.С. Голубев

М.п.

«10» 03 _____ 2017 г.

