

СЕРТИФИКАТ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 15359 от 1 июля 2022 г.

Срок действия до 21 декабря 2026 г.

Наименование типа средств измерений:
Газоанализаторы «ЭЛАН»

Производитель:
ООО НПО «ЭКО-ИНТЕХ», г. Москва, Российская Федерация

Документ на поверку:
4215-002-40001819-11 МП «Инструкция. Газоанализаторы ЭЛАН. Методика поверки»

Интервал времени между государственными поверками: **6 месяцев**

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 01.07.2022 № 66

Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средств измерений.

Заместитель Председателя комитета



А.А.Бурак

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

приложение к сертификату об утверждении типа средств измерений

от 1 июня 2022 г. № 15359

Наименование типа средств измерений и их обозначение: газоанализаторы «ЭЛАН»

Назначение и область применения: в соответствии с разделом «Назначение средства измерений» Приложения.

Описание: в соответствии с разделом «Описание средства измерений» Приложения.

Обязательные метрологические требования: в соответствии с таблицей 2 Приложения.

Основные технические характеристики и метрологические характеристики, не относящиеся к обязательным метрологическим требованиям: пределы дополнительной погрешности от взаимного влияния неизмеряемых компонентов; пределы допускаемой дополнительной погрешности от изменения температуры окружающего воздуха; пределы допускаемой дополнительной погрешности от изменения влажности; время установления показаний; пределы допускаемой вариации показаний; максимальная потребляемая мощность; габаритные размеры; масса; полный средний срок службы; средний срок службы электрохимических датчиков; условия эксплуатации, значения приведены в разделе «Метрологические и технические характеристики» Приложения.

Комплектность: в соответствии с таблицей 3 Приложения.

Место нанесения знака утверждения типа средств измерений: на средстве измерений и/или на эксплуатационных документах.

Поверка осуществляется по документу 4215-002-40001819-11 МП «Инструкция. Газоанализаторы ЭЛАН. Методика поверки», утвержденному в 2011 г.

Технические нормативные правовые акты и технические документы, устанавливающие:

требования к типу средств измерений: в соответствии с разделом «Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к типу средств измерений» Приложения.

Идентификация программного обеспечения: в соответствии с таблицей 1 Приложения.

Программное обеспечение: в соответствии с разделом «Программное обеспечение» Приложения.

Производитель средств измерений: в соответствии с разделом «Изготовитель» Приложения.



Уполномоченное юридическое лицо, проводившее испытания средств измерений: в соответствии с разделом «Испытательный центр» Приложения.

Фотография общего вида средств измерений носит иллюстративный характер и представлена на рисунке 1 Приложения.

Место нанесения знака поверки: на свидетельство о поверке.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа в соответствии с рисунком 2 Приложения.

Приложение: описание типа средств измерений, регистрационный номер: № 20942-12, на 4 листах.

Директор БелГИМ



В.Л.Гуревич



ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Газоанализаторы «ЭЛАН»

Назначение средства измерений

Газоанализаторы «ЭЛАН» (далее - газоанализаторы) предназначены для измерения массовой концентрации одного из компонентов (опционально - двух компонентов) CO, NO, NO₂, SO₂, O₃, H₂S, Cl₂, NH₃ или объемной доли O₂ (в зависимости от исполнения) в воздухе и технологических газах.

Описание средства измерений

Газоанализаторы представляют собой автоматические показывающие и сигнализирующие приборы, конструктивно выполненные в одном блоке.

Принцип действия - электрохимический. Газоанализаторы могут иметь от одного до двух измерительных каналов.



Рисунок 1 - Внешний вид (передняя панель) газоанализатора ЭЛАН



Рисунок 2 - Защита от вскрытия в виде специальной самоклеющейся пломбовой наклейки

Принцип действия - электрохимический.

Измеряемый газ с помощью насоса подается на электрохимическую ячейку прибора, потенциал рабочего электрода которой поддерживается на заданном уровне потенциостатом. Выходной ток ячейки, пропорциональный концентрации определяемых компонентов в анализируемом газе, усиливается и преобразуется в цифровую форму в единицах концентрации. Информация о концентрации отображается на дисплее. Если концентрация превышает установленный уровень, при включенной сигнализации срабатывает прерывистый гудок и появляется сообщение на дисплее.

Очистка анализируемого газа от пыли и механических частиц производится в фильтре.



Работой газоанализатора управляет процессорный модуль.
Газоанализатор питается от встроенного NiCd аккумулятора напряжением 9,6 В.
В стационарных условиях питание газоанализаторов может осуществляться от зарядного устройства. При этом происходит подзарядка аккумуляторов в блоке питания.

Программное обеспечение

Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименования программного обеспечения	Идентификационное наименование программного обеспечения	Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения	Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения
Внутренняя программа процессоров (тип P): elan_1.hex elan_2.hex elan_o2.hex	e11.1.3 e12.1.2 e10.1.2	1.3 1.2 1.2	0x6F3A58D4 0x071C1540 0xA46D93A3	CRC32 CRC32 CRC32
Внешняя программа для связи изделий с PC (тип U) elan.exe	eIPC.1.24	v 1.24	0xED587C24	CRC32

Газоанализаторы имеют защиту встроенного программного обеспечения от преднамеренных или непреднамеренных изменений, реализованную изготовителем на этапе производства путем установки системы защиты микроконтроллера от чтения и записи.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню "С" по МИ 3286-2010.

"С" – метрологически значимая часть ПО СИ и измеренные данные достаточно защищены от преднамеренных изменений

Метрологические и технические характеристики

Диапазон измерений и пределы допускаемой основной погрешности приведены в таблице

2

Таблица 2

Измеряемый компонент	Единица физической величины	Диапазон измерений	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, Δ
Кислород (O ₂)	Объемная доля, %	от 0 до 25	$\pm 0,2$
Оксид углерода (CO низкое)	Массовая концентрация, мг/м ³	от 0 до 3 от 3 до 50	$\pm 0,6$ $\pm 0,2C_x^*$
Оксид углерода (CO)	Массовая концентрация, мг/м ³	от 0 до 200	$\pm (0,5 + 0,1C_x)$
Оксид углерода (CO высокое)	Массовая концентрация, мг/м ³	от 0 до 500	$\pm (0,5 + 0,1C_x)$
Сероводород (H ₂ S)	Массовая концентрация, мг/м ³	от 0 до 3 от 3 до 20	$\pm 0,75$ $\pm (0,15 + 0,2C_x)$



Измеряемый компонент	Единица физической величины	Диапазон измерений	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, Δ
Диоксид серы (SO ₂)	Массовая концентрация, мг/м ³	от 0 до 20	$\pm (1 + 0,15C_x)$
Оксид азота (NO)	Массовая концентрация, мг/м ³	от 0 до 2 от 2 до 50	$\pm (0,1+0,15C_x)$ $\pm (0,2 + 0,1C_x)$
Диоксид азота (NO ₂)	Массовая концентрация, мг/м ³	от 0 до 1 от 1 до 10	$\pm (0,005 + 0,2C_x)$ $\pm (0,055 + 0,15C_x)$
Озон (O ₃)	Массовая концентрация, мг/м ³	от 0 до 0,1 от 0,1 до 1	$\pm 0,02$ $\pm 0,2C_x$
Хлор (Cl ₂)	Массовая концентрация, мг/м ³	от 0 до 5 от 5 до 10	$\pm (0,1+0,2C_x)$ $\pm (0,35 + 0,15C_x)$
Аммиак (NH ₃)	Массовая концентрация, мг/м ³	от 0 до 3 от 3 до 20	$\pm (0,1+0,2C_x)$ $\pm (0,25 + 0,15C_x)$

*C_x – измеренная концентрация

Пределы дополнительной погрешности от взаимного влияния неизмеряемых компонентов, не более	$\pm 1,0\Delta$
Пределы допускаемой дополнительной погрешности от изменения температуры окружающего воздуха на каждые 10 °С, не более	$\pm 0,5\Delta$
Пределы допускаемой дополнительной погрешности от изменения влажности от 15 % до 95 %, не более	$\pm 0,2\Delta$
Время установления показаний T(0,9D), с, не более	60
Пределы допускаемой вариации показаний	$\pm 0,5\Delta$
Максимальная потребляемая мощность, В·А	2
Габаритные размеры, мм, не более	150x70x180
Масса, кг, не более	1,0
Полный средний срок службы газоанализатора, лет, не менее	6
Средний срок службы электрохимических датчиков, лет, в зависимости от измеряемого компонента	от 2 до 4

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, °С	от минус 10 до плюс 50
- атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)	от 80 до 104 (от 630 до 800)
- относительная влажность окружающего воздуха	от 15 % до 98 % без конденсации влаги

Знак утверждения типа

наносится типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации и в виде наклейки на корпус газоанализатора.

Комплектность средства измерений

Комплект поставки газоанализатора должен соответствовать таблице 3.

Таблица 3

Наименование	Обозначение	Кол-во, шт.
Газоанализатор «ЭЛАН»	«ЭЛАН» – (обозначение мод.)	1
Руководство по эксплуатации	ЭКИТ 5.940.000 РЭ	1 экз.
Методика поверки	4215-002-40001819-11 МП	1 экз.
Зарядное устройство		1
Сумка		1



Поверка

осуществляется по документу 4215-002-40001819-11 МП «Инструкция. Газоанализаторы «ЭЛАН». Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИМС» в 2011 г.

Средства поверки:

- ПНГ – азот ГОСТ 9293-74, ГСО-ПГС по ТУ 6-16-2956 в баллонах под давлением;
- генератор газовых смесей ГГС-03;
- генератор озона ГС-7601, ТУ25-7404.040-90;
- генератор хлора «ГРАНТ-ГХ» диапазон массовых концентраций от 1,0 до 25 мг/м³;
- мультиметр цифровой АРРА-62Т;
- редуктор, индикатор расхода – ротаметр. РМ-А-0,063Г УЗ, ГОСТ 13045-81, верхняя граница диапазона измерений объемного расхода 0,063 м³/ч, кл. точности 4.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методика измерений приведена в документе «Газоанализаторы «ЭЛАН». Руководство по эксплуатации» ЭКИТ 5.940.000РЭ, 2011 г.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к газоанализаторам «ЭЛАН»

ГОСТ 8.578-2008 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений содержания компонентов в газовых средах».

ГОСТ 13320-81 «Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия».

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

- при осуществлении производственного контроля за соблюдением соответствия промышленной продукции обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и оценки воздуха рабочей зоны,
- при осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды.

Изготовитель

ООО НПО «ЭКО-ИНТЕХ»

Адрес: 115230, г. Москва, Каширское ш., д.13, корп. 1,

тел: +7 (499) 611-03-25, +7 (495) 978-02-94,

факс: +7 (499) 613-91-94, +7 (495) 925-88-76,

e-mail: info@eco-intech.com, http://www.eco-intech.com

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46

Тел./факс: (495)437-55-77 / 437-56-66;

E-mail: office@vniims.ru, www.vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии



М.п. «19» февраля 2014 г.

Handwritten initials and marks at the bottom left of the page.