

СЕРТИФИКАТ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 15450 от 29 июля 2022 г.

Срок действия до 11 марта 2026 г.

Наименование типа средств измерений:

Толщиномеры ультразвуковые АЛТЕК АТ-17

Производитель:

ООО «Алтек», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Документ на поверку:

МП 067.Д4-15 «Государственная система обеспечения единства измерений. Толщиномеры ультразвуковые «АЛТЕК» АТ-17. Методика поверки»

Интервал времени между государственными поверками: **12 месяцев**

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 29.07.2022 № 73

Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, или утвержденный тип единичного экземпляра средства измерений разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средства измерений.

Заместитель Председателя комитета



А.А.Бурак

Handwritten signature

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

приложение к сертификату об утверждении типа средств измерений

от 29 июля 2022 г. № 15450

Наименование типа средств измерений и их обозначение: толщиномеры ультразвуковые «АЛТЕК» АТ-17

Назначение и область применения: в соответствии с разделом «Назначение средства измерений» Приложения.

Описание: в соответствии с разделом «Описание средства измерений» Приложения.

Обязательные метрологические требования: в соответствии с таблицей 2 Приложения.

Основные технические характеристики и метрологические характеристики, не относящиеся к обязательным метрологическим требованиям: в соответствии с таблицей 3 Приложения.

Комплектность: в соответствии с таблицей 4 Приложения.

Место нанесения знака утверждения типа средств измерений: на средстве измерений и/или на эксплуатационных документах.

Поверка осуществляется по документу МП 067.Д4-15 «ГСИ. Толщиномеры ультразвуковые «АЛТЕК» АТ-17. Методика поверки» с изменением № 1, утвержденным в 2018 г.

Технические нормативные правовые акты и технические документы, устанавливающие:
требования к типу средств измерений: в соответствии с разделом «Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к типу средств измерений» Приложения.

Идентификация программного обеспечения: в соответствии с таблицей 1 Приложения.

Программное обеспечение: в соответствии с разделом «Программное обеспечение» Приложения.

Производитель средств измерений: в соответствии с разделом «Изготовитель» Приложения.

Уполномоченное юридическое лицо, проводившее испытания средств измерений: в соответствии с разделом «Испытательный центр» Приложения.



Приведенная по тексту Приложения ссылка на документ «Р 50.2.077-2014» для Республики Беларусь носит справочный характер.

Фотография общего вида средств измерений носит иллюстративный характер и представлена на рисунке 1 Приложения.

Место нанесения знака поверки в соответствии с рисунком 2б Приложения (в виде наклейки) и на свидетельство о поверке (в виде оттиска поверительного клейма).

Схема пломбировки от несанкционированного доступа в соответствии с рисунком 2а Приложения.

Приложение: описание типа средств измерений, регистрационный номер: № 63399-16, на 4 листах.

Директор БелГИМ



А.В.Казачок



ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
(в редакции, утвержденной приказом Росстандарта № 281 от 20.02.2019 г.)

Толщиномеры ультразвуковые «АЛТЕК» АТ-17

Назначение средства измерений

Толщиномеры ультразвуковые «АЛТЕК» АТ-17 (далее по тексту - толщиномеры) предназначены для измерения толщины плоскопараллельных изделий (стенок труб (включая изгибы), котлов, баллонов, сосудов под давлением и т.п.) с гладкими, грубыми, корродированными или окрашенными поверхностями.

Описание средства измерений

Принцип действия толщиномеров основан на ультразвуковом контактом эхо-импульсном методе неразрушающего контроля с использованием объемных продольных ультразвуковых волн. Ультразвуковой импульс, излучаемый пьезоэлектрическим преобразователем (ПЭП), проходит через промежуточные контактные среды, входит в контролируемый объект, отражается от его задней стенки и возвращается на приемную панель ПЭП. Определение толщины объекта, при известной скорости распространения звука в нем, осуществляется по измеренному времени задержки ультразвукового импульса относительно излученного.

Толщиномеры являются ультразвуковыми переносными измерительными приборами неразрушающего контроля.

Конструктивно толщиномеры состоят из электронного блока и сменного ПЭП. Управление толщиномерами производится с панели электронного блока. Результаты измерений толщины отображаются на дисплее.

Общий вид электронного блока толщиномеров представлена на рисунке 1.



Рисунок 1 - Общий вид электронного блока толщиномеров



Схема пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение места нанесения маркировки и знака поверки представлены на рисунке 2.



Рисунок 2 - а) схема пломбировки от несанкционированного доступа
б) обозначение места маркировки и знака поверки

Программное обеспечение

Толщиномеры имеют встроенное программное обеспечение (ПО). ПО служит для обработки результатов измерения, отображения информации в удобном для пользователя виде, а также для хранения результатов измерений.

Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	DSP
Номер версии (идентификационный номер) ПО	01.01.01.09 и выше
Цифровой идентификатор ПО	-

Идентификация ПО осуществляется в процессе штатного функционирования.

Защита ПО от преднамеренных и непреднамеренных воздействий соответствует уровню «высокий» согласно Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Метрологические и технические характеристики толщиномеров представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений толщины (по стали), мм	от 0,6 до 300
Преобразователями серии «Т»:	
П112-10-6/2	от 0,6 до 30,0
П112-5-10/2	от 1 до 300
П112-2,5-12/2	от 3 до 300
П112-1,8-16/2	от 10 до 300
П112-1,25-20/2	от 10 до 300
П111-10-6	от 5 до 50
П111-5-12	от 10 до 300
П111-2,5-12	от 10 до 300
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений толщины (по стали), мм	$\pm (0,01N+0,1)$, где N - значение измеряемой толщины, мм

Таблица 3 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Дискретность отображения результатов измерений толщины, мм: - в диапазоне от 0,01 до 99,99 мм - в диапазоне от 100,0 до 300,0 мм	0,01 0,1
Диапазон установки скорости звука, м/с	От 1000 до 15000
Время выполнения измерения, сек, не более	3
Режимы индикации	Цифровой А-развертка График Скорость Статистика
Напряжение питания: - от встроенного аккумулятора, В; - от сети переменного тока, В.	3,6 220±22
Масса электронного блока, кг, не более	0,45
Габаритные размеры измерительного блока (длина × ширина × толщина), мм, не более	170 × 60 × 35
Условия эксплуатации толщиномера: температура окружающей среды при работе, °С;	От - 25 до + 50
Средняя наработка на отказ, ч, не более	15000
Срок службы электронного блока, лет, не менее	10
Степень защиты электронного блока и ПЭП согласно ГОСТ 14254-80	IP53

Знак утверждения типа

наносится на информационной табличке и на титульном листе руководства по эксплуатации методом печати.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 – Комплектность толщиномеров.

Наименование	Обозначение	Количество
Электронный блок толщиномера	«АЛТЕК» АТ-17	1 шт.
ПЭП серии «Т»	П112-10-6/2 П112-5-10/2 П112-2,5-12/2 П112-1,8-16/2 П112-1,25-20/2 П111-10-6 П111-5-12 П111-2,5-12	1 компл.*
Блок питания		1 шт.
Комплект принадлежностей		1 компл.*
Чехол		1 шт.
Упаковка		1 шт.
Паспорт		1 экз.
Руководство по эксплуатации		1 экз.
Методика поверки	МП 067.Д4-15 с изменением №1	1 экз.

* Тип и количество единиц в комплекте зависит от требований заказа.



Поверка

осуществляется по документу МП 067.Д4-15 с изменением №1 «ГСИ. Толщиномеры ультразвуковые «АЛТЕК» АТ-17. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИОФИ» 11 декабря 2018 г.

Основные средства поверки:

Комплект образцовых ультразвуковых мер КМТ176М-1. (Рег. №6578-78)

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки в виде наклейки наносится на корпус толщиномеров согласно рисунка 2, в виде оттиска поверительного клейма наносится на свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к толщиномерам ультразвуковым «АЛТЕК» АТ-17

ДШЕК.412239.004 ТУ Толщиномер ультразвуковой «АЛТЕК» АТ-17. Технические условия

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «АЛТЕК» (ООО «АЛТЕК»)

ИНН 7811659446

Адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.86, литера П, офис 3

Телефон/факс: 8 (812) 336-88-88

E-mail: altek@altek.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений» (ФГУП «ВНИИОФИ»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, 46

Телефон: 8 (495) 437-33-56; факс: 8 (495) 437-31-47

Web-сайт: www.vniiofi.ru


E-mail: vniiofi@vniiofi.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИОФИ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30003-14 от 23.06.2014 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

М.п.



А.В. Кулешов

2019 г.

