

СЕРТИФИКАТ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 17242 от 8 января 2024 г.

Срок действия: бессрочный

Наименование типа средств измерений:
Измеритель уровня звука testo 815 № 30818543/502

Производитель:
«Testo AG», Германия

Выдан:
**Филиалу «Автобусный парк № 3» ОАО «Гомельоблавтотранс», г. Речица,
Гомельская обл., Республика Беларусь**

Документ на поверку:
**МРБ МП.МН 3714-2023 «Система обеспечения единства измерений Республики
Беларусь. Измеритель уровня звука testo 815. Методика поверки»**

Интервал времени между государственными поверками: **12 месяцев**

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 08.01.2024 № 1
Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, или утвержденный тип единичного экземпляра средства измерений разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средства измерений.

Заместитель Председателя комитета



А.А.Бурак

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
приложение к сертификату об утверждении типа средств измерений
от 8 января 2024 г. № 17242

Наименование типа средств измерений и их обозначение:
Измеритель уровня звука testo 815 № 30818543/502

Назначение и область применения:

Измеритель уровня звука testo 815 № 30818543/502 (далее – измеритель уровня звука) предназначен для измерения уровня звукового давления по частотной коррекции А при измерении шума колесных транспортных средств.

Область применения – диагностические станции по проведению государственного технического осмотра транспортных средств.

Описание:

Измеритель уровня звука конструктивно выполнен в пластиковом корпусе, в котором размещены электронные платы, клавиатура управления и ЖК-дисплей. Принцип действия основан на преобразовании внешнего уровня звукового давления в электрический сигнал с последующей обработкой. Измеритель уровня звука имеет встроенное программное обеспечение (далее – ПО).

Фотографии общего вида средств измерений представлены в приложении 1.

Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака поверки средств измерений представлена в приложении 2.

Обязательные метрологические требования: представлены в таблицах 1, 2.

Таблица 1

Наименование	Значение
Диапазон измерений уровня звукового давления по частотной коррекции А, дБА	от 32 до 130
Рабочий диапазон частот, Гц	от 31,5 до 8000
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения уровня звукового давления в опорных условиях, дБА	±1,0
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения уровня звукового давления, дБА: на частоте 1000 Гц на частоте 125 Гц на частоте 8 кГц	±1,5 ±1,5 ±5,0

Таблица 2

Частота, Гц	Частотная характеристика А	
	Номинальное значение, дБА	Допускаемое отклонение, дБА
31,5	-39,4	±3,0
63	-26,2	±2,0
125	-16,1	±1,5
250	-8,6	±1,5

Продолжение таблицы 2

Частота, Гц	Частотная коррекция А	
	Номинальное значение, дБА	Допускаемое отклонение, дБА
500	-3,2	±1,5
1000	0,0	±1,5
2000	+1,2	±2,0
4000	+1,0	±3,0
8000	-1,1	±5,0

Основные технические характеристики и метрологические характеристики, не относящиеся к обязательным метрологическим требованиям: представлены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование	Значение
Разность уровней звукового давления при нормальных и рабочих условиях измерений (при акустической калибровке), дБА, не более	±1,3
Масса, г *	195
Габаритные размеры, мм*	255×55×43
Номинальное напряжение питания постоянного тока, В*	9
Нормальные условия: диапазон атмосферного давления, кПа диапазон температуры окружающего воздуха, °С диапазон относительной влажности воздуха, %, не более	от 86 до 105 от 20 до 26 от 25 до 70
Условия эксплуатации: диапазон атмосферного давления, кПа диапазон температуры окружающего воздуха, °С диапазон относительной влажности воздуха, %, не более	от 86 до 105 от 10 до 30 от 25 до 70
*Согласно документации производителя. При проведении метрологической экспертизы, проверка указанных характеристик не проводилась.	

Комплектность: представлена в таблице 4.

Таблица 4

Наименование	Количество
Измеритель уровня звука testo 815 № 30818543/502	1
Руководство по эксплуатации (instruction manual)	1
Отвертка	1

Место нанесения знака утверждения типа средств измерений: знак утверждения типа средств измерений наносится на титульный лист руководство по эксплуатации (instruction manual).

Поверка осуществляется по МРБ МП.МН 3714-2023 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Измеритель уровня звука testo 815. Методика поверки».

Сведения о методиках (методах) измерений: отсутствуют.

Технические нормативные правовые акты и технические документы, устанавливающие: требования к типу средств измерений:

техническая документация производителя (руководство по эксплуатации (instruction manual));

методику поверки:

МРБ МП.МН 3714-2023 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Измеритель уровня звука testo 815. Методика поверки».

Перечень средств поверки: представлен в таблице 5.

Таблица 5

Наименование и тип средств поверки
Термогигрометр UNITESS THB1
Калибратор звука 4231
Шумомер-анализатор 2800B с капсулем измерительного микрофона 2541 и микрофонным предусилителем PRM 900C
Генератор сигналов DS 360
Заглушенная камера
Профессиональная акустическая система SM9-R (излучатель звука)
Автоматическое поворотное устройство
Программное обеспечение автоматизированного рабочего места UNITESS APM-ПО
Многофункциональный калибратор звука 4226
Примечание – Допускается применять другие средства поверки, обеспечивающие определение метрологических характеристик с требуемой точностью.

Идентификация программного обеспечения: идентификация программного обеспечения отсутствует.

Заключение о соответствии утвержденного типа средств измерений требованиям технических нормативных правовых актов и/или технической документации производителя: измеритель уровня звука testo 815 № 30818543/502 соответствует требованиям технической документации производителя (руководство по эксплуатации (instruction manual)), спецификации.

Производитель средств измерений

«Testo AG», Германия

Postfach 11 40, 79849 Lenzkirch

Телефон: (0 76 53) 6 81-0

Факс: (0 76 53) 6 81-1 00

e-mail: info@testo.com

www.testo.com

Уполномоченное юридическое лицо, проводившее испытания средств измерений/метрологическую экспертизу единичного экземпляра средств измерений Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт метрологии» (БелГИМ)

Республика Беларусь, 220053, г. Минск, Старовиленский тракт, 93

Телефон: +375 17 374-55-01

факс: +375 17 244-99-38

e-mail: info@belgim.by

Приложения: 1. Фотографии общего вида средств измерений на 1 листе.
2. Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака поверки средств измерений на 1 листе.

Директор БелГИМ



А.В. Казачок

Приложение 1
(обязательное)
Фотографии общего вида средств измерений



Рисунок 1.1 – Фотография общего вида измерителя уровня звука testo 815 № 30818543/502



Рисунок 1.2 – Фотография маркировки измерителя уровня звука testo 815 № 30818543/502

Приложение 2
(обязательное)

Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака поверки средств измерений



Рисунок 2.1 – Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака поверки