

СЕРТИФИКАТ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 18045 от 27 сентября 2024 г.

Срок действия до 4 марта 2029 г.

Наименование типа средств измерений:

Измерители тепловой (инфракрасной) облученности «ТКА-ИТО»

Производитель:

ООО «НТП «ТКА», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Документ на поверку:

МП 2411-0105-2014 «Измерители тепловой (инфракрасной) облученности «ТКА-ИТО». Методика поверки»

Интервал времени между государственными поверками: **12 месяцев**

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 27.09.2024 № 103

Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, или утвержденный тип единичного экземпляра средства измерений разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средства измерений.

Заместитель Председателя



А.А.Бурак

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

приложение к сертификату об утверждении типа средств измерений

от 27 сентября 2024 г. № 18045

Наименование типа средств измерений и их обозначение: измерители тепловой (инфракрасной) облученности «ТКА-ИТО»

Назначение и область применения: в соответствии с разделом «Назначение средства измерений» Приложения.

Описание: в соответствии с разделом «Описание средства измерений» Приложения.

Обязательные метрологические требования: диапазон измерений плотности теплового потока; пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений, значения приведены в таблице из раздела «Метрологические и технические характеристики».

Основные технические характеристики и метрологические характеристики, не относящиеся к обязательным метрологическим требованиям: время установления рабочего режима; время непрерывной работы измерителя; напряжение питания (постоянный ток); потребляемая мощность; габаритные размеры; масса; условия эксплуатации; средний срок службы; средняя наработка на отказ, значения приведены в таблице из раздела «Метрологические и технические характеристики».

Комплектность: в соответствии с разделом «Комплектность средства измерений» Приложения.

Место нанесения знака утверждения типа средств измерений: на средстве измерений и/или на эксплуатационных документах.

Поверка осуществляется по МП 2411-0105-2014 «Измерители тепловой (инфракрасной) облученности «ТКА-ИТО». Методика поверки, утвержденной в 2014 г.

Сведения о методиках (методах) измерений: в соответствии с разделом «Сведения о методиках (методах) измерений» Приложения.

Технические нормативные правовые акты и технические документы, устанавливающие:

требования к типу средств измерений: в соответствии с разделом «Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к типу средств измерений» Приложения.

Перечень средств поверки: в соответствии с разделом «Поверка» Приложения.

Идентификация программного обеспечения: в соответствии с таблицей 1 Приложения.

Производитель средств измерений: в соответствии с разделом «Изготовитель» Приложения.

Уполномоченное юридическое лицо, проводившее испытания средств измерений: в соответствии с разделом «Испытательный центр» Приложения.

Приведенные по тексту Приложения ссылки на документы Федеральный закон Российской Федерации № 426-н «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013, Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4.548-96 для Республики Беларусь носят справочный характер.

Фотография общего вида средств измерений носит иллюстративный характер и представлена на рисунке 1 Приложения.

Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака(ов) поверки средств измерений: на свидетельство о поверке и (или) на средство измерений или при отсутствии такой возможности на эксплуатационную документацию.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа: пломба находится в места крепления задней крышки электронного блока.

Приложение: описание типа средств измерений, регистрационный номер: № 57180-14, на 4 листах.

Заместитель директора БелГИМ



Ю.В. Козак

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Измерители тепловой (инфракрасной) облучённости «ТКА-ИТО»

Назначение средства измерений

Измерители тепловой (инфракрасной) облучённости «ТКА-ИТО» (далее – измерители) предназначены для измерения плотности теплового потока излучения (или интенсивности теплового облучения, энергетической освещенности, облученности) в инфракрасной области спектра, а также для оценки экспозиционной дозы теплового облучения.

Описание средства измерений

Принцип действия измерителя состоит в преобразовании падающего на черный шар теплового потока в электрический сигнал, пропорциональный плотности этого потока (облученности), с последующим масштабированием и индикацией результата измерения.

Повышение температуры внутри черного шара определяет пропорциональную облученности реакцию на внешнее тепловое излучение, усреднённую по углу 4π (360°) и времени экспозиции, эквивалентную реакции тела человека на такие факторы окружающей среды, как радиационный и конвективный теплообмен. Это повышение температуры измеряется по индуцированному инфракрасному излучению от внутренней поверхности чёрного шара с помощью расположенного внутри него фотоприёмного модуля.



Рис. 1 Вид измерителя ТКА-ИТО

Фотоприёмный модуль содержит неселективный (в диапазоне длин волн от 1,5 до 20 мкм) приёмник излучения, датчик температуры корпуса модуля и схему компенсации температуры окружающей среды. Данные модуля обрабатываются микроконтроллером, и на дисплей электронного блока измерителя выводятся значения измеренной облучённости, а также производится индикация температуры внутри чёрного шара и температуры окружающей среды.

Внешний вид измерителя изображен на рис.1

Конструктивно измеритель состоит из блока черного шара на штативе и электронного блока, в состав которого входят устройство детектирования сигналов, устройство цифровой обработки результатов измерений и жидкокристаллический дисплей для отображения измеренных и вычисляемых значений. Конструкция измерителей исключает возможность несанкционированной настройки и доступа к измерительной информации, корпус опломбирован, пломба находится в местах крепления задней крышки электронного блока.

Программное обеспечение

Измеритель функционирует под управлением встроенного оригинального программного обеспечения (ПО), которое является неотъемлемой частью прибора. С помощью ПО производится сбор, обработка и представление измерительной информации, а также идентификация параметров, характеризующих тип средства измерений, внесенных в программное обеспечение.

Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование программного обеспечения	Идентификационное наименование программного обеспечения	Номер версии программного обеспечения	Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения
ПО измерителя «ТКА-ИТО»	HTIA-EU-T100-SE	V 1.00	недоступен	-

Степень защиты программного обеспечения от преднамеренных или непреднамеренных изменений, соответствует уровню «А» по МИ3286-2010.

Влияние программного обеспечения учтено при нормировании метрологических характеристик, начиная с базовой версии V1.00, указанной в таблице 1, и выше.

Метрологические и технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений плотности теплового потока, Вт/м ²	от 10 до 3500
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений, Вт/м ²	$\pm (2,0 + 0,08 \cdot IB)^*$
Время установления рабочего режима, мин, не менее	15
Время непрерывной работы измерителя, ч, не менее	8
Напряжение питания (постоянный ток), В	7 - 9,6
Потребляемая мощность, Вт, не более	0,25
Габаритные размеры, мм, не более:	
электронного блока	135×70×24
блока черного шара (без штатива)	400×100(D)
Масса, кг, не более	
электронного блока	0,38
блока черного шара (без штатива)	0,25
Условия эксплуатации:	
- диапазон температуры окружающей среды, °С	от минус 20 до 55
- относительная влажность воздуха при 25 °С, %	65 ± 15
- атмосферное давление, кПа	101,3 ± 15
Средний срок службы, лет,	7
Средняя наработка на отказ, ч	2000

* Примечание: *IB* – значение измеряемой величины (облучённости)

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульный лист эксплуатационной документации типографическим способом и на электронный блок в виде наклейки.

Комплектность средства измерений

Измеритель тепловой (инфракрасной) облучённости «ТКА-ИТО»	1 шт.
Батарея щелочная («алкалиновая») 6F22, типоразмер «Крона»	1 шт.
Штатив	1 шт.
Индивидуальная потребительская тара	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Паспорт	1 экз.
Методика поверки МП 2411-0105-2014	1 экз.

Поверка

осуществляется по документу МП 2411-0105-2014 «Измеритель тепловой (инфракрасной) облучённости «ТКА – ИТО». Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» в феврале 2014 г.

Основные средства поверки:

- калибратор температуры инфракрасный Fluke-4181, диапазон температуры от 100 °С до 500 °С, предел погрешности ($0,004 \cdot t_{\text{воспр.}} + 0,5$), °С;
- линейка металлическая от 0 до 1000 мм по ГОСТ 427 – 56, погрешность 1 мм

Сведения о методиках (методах) измерений

Методы измерений изложены в руководстве по эксплуатации «Измеритель тепловой (инфракрасной) облучённости «ТКА – ИТО». РЭ.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к измерителям «ТКА – ИТО»

1. ГОСТ 8.558–2009. ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры
2. Федеральный закон Российской Федерации № 426-н «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013
3. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4.548-96
4. Технические условия ТУ 4215-009-16796024-2014

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

выполнение работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда.

Изготовитель

ООО НТП «ТКА»

Адрес: 192289, г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д. 33, к. 1, лит. Б,
тел.: (812) 331- 1984, факс: (812) 331-1981, E-mail: info@tkaspb.ru, <http://www.tkaspb.ru>

Испытательный центр

ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева»

Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 19,

тел.: (812) 251-76-01, факс: (812) 713-01-14, E-mail: info@vniim.ru, <http://www.vniim.ru>

Аттестат аккредитации ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30001-10 от 20.12.2010 г.

Заместитель Руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии


Ф.В. Булыгин

М.п.  «21» 04 2014 г.

КОПИЯ
ВЕРНА



Генеральный директор
Томский К.А.

