



# СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE  
OF MEASURING INSTRUMENTS



НОМЕР СЕРТИФИКАТА:  
CERTIFICATE NUMBER:

13325

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО:  
VALID TILL:

31 марта 2025 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании положительных результатов государственных испытаний утвержден тип средств измерений

**"Секундомеры электронные "Интеграл С-01",**

изготовитель - **ОАО "ИНТЕГРАЛ"-управляющая компания холдинга  
"ИНТЕГРАЛ", г. Минск, Республика Беларусь (ВУ),**

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под номером **РБ 03 15 1655 20** и допущен к применению в Республике Беларусь с 31 марта 2020 г.

Описание типа средств измерений приведено в приложении и является неотъемлемой частью настоящего сертификата.

Заместитель Председателя комитета



*Д.П.Барташевич*  
Д.П.Барташевич

31 марта 2020 г.

Продлен до 31.03.2020  
Постановление Госстандарта  
от 17.03.2020 № 02  
Подпись [подпись]



ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ  
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

УТВЕРЖДАЮ

Директор  
Республиканского унитарного  
предприятия «Белорусский  
государственный институт метрологии»  
В.Л. Гуревич



«09.06» 2020

<b>СЕКUNДОМЕРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ «ИНТЕГРАЛ С-01»</b>	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>РБ 03 15 1655 20</u>
--	--

Выпускают по ТУ РБ 100231303.011-2002.

### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Секундомер электронный «Интеграл С-01» (далее – секундомер) предназначен для измерения длительностей интервалов времени и воспроизведения двадцати четырех часовой шкалы времени.

Область применения – научная и производственная деятельность, спорт.

### ОПИСАНИЕ

Секундомер электронный «Интеграл С-01» - электронный прибор с автономным источником питания и жидкокристаллическим индикатором (ЖКИ).

Принцип работы секундомера электронного основан на использовании кварцевого генератора и микропроцессора, обеспечивающего работу во всех режимах и вывод измерительной информации на ЖКИ.

Секундомер электронный «Интеграл С-01» обеспечивает работу в двух режимах – «секундомер» и «часы».

В режиме «секундомер» возможно измерение интервалов времени в диапазоне от 0 до 9 ч 59 мин 59,99 с с дискретностью отсчета 0,01 с, занесение результатов измерения в память (число измерений не менее 10), считывание и стирание результатов измерений.

В режиме «часы» возможно воспроизведение двадцати четырех часовой шкалы времени в часах, минутах и секундах.

Внешний вид секундомера представлен на рисунке 1.





Рисунок 1 – Внешний вид секундомера

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование характеристики	Значение
Номинальное значение частоты кварцевого генератора, Гц	32768,0
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения в режиме секундомера в нормальных условиях эксплуатации ( $25 \pm 5$ ) °С, с где $T_x$ – значение измеренного интервала времени, с	$\pm (9,6 \cdot 10^{-6} \cdot T_x + 0,01)$
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерения в режиме секундомера, вызванной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальных условий ( $25 \pm 5$ ) °С в интервале рабочих температур от минус 10 °С до плюс 50 °С на 1 °С изменения температуры, с	$-(2,2 \cdot 10^{-6} \cdot T_x)$
Пределы суточного хода часов при температуре ( $25 \pm 5$ ) °С, с/сут	$\pm 1,0$
Пределы суточного хода часов при температуре ( $23 \pm 2$ ) °С, с/сут	$\pm 0,5$
Пределы суточного хода часов в интервале рабочих температур от 1 °С до 45 °С, за исключением температурного интервала ( $25 \pm 5$ ) °С, с/сут	$\pm 2,5$
Пределы восстановления суточного хода, с/сут	$\pm 0,5$
Оценочное число, не более	1,6
Ток потребления при напряжении питания 1,5 В или 3,0 В, мкА, не более	5,0
Габаритные размеры, мм, не более	77x58x22
Масса, г, не более	50
Условия эксплуатации в режиме секундомера: - температура окружающей среды, °С	от минус 10 до плюс 50
Условия эксплуатации в режиме часов: - температура окружающей среды, °С	от 1 до 45
Условия транспортирования: - температура окружающей среды, °С - относительная влажность	от минус 10 до плюс 50 не более 98 % при 35 °С



## ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на лицевую поверхность секундомера и типографским способом в эксплуатационную документацию.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- секундомер электронный «Интеграл С-01» - 1 шт.;
- элемент питания типа V386 или другой аналогичный (в составе изделия) – 1 шт.;
- паспорт – 1 экз.;
- разъем (розетка) для подключения электрических цепей управления – 1 шт.;
- методика поверки МП. МН 1177-2002 (поставляется по требованию заказчика);
- свидетельство о поверке;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 23350-98 «Часы наручные карманные и электронные. Общие технические условия».

ТУ РБ 100231303.011-2002 «Секундомер электронный «Интеграл С-01».

МП.МН 1177-2002 Секундомеры электронные «ИНТЕГРАЛ С-01». Методика поверки.

ГОСТ IEC 61010-1-2014 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования».

СТБ ГОСТ Р 51522-2001 «Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний».

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Секундомеры электронные «ИНТЕГРАЛ С-01» соответствуют требованиям ТУ РБ 100231303.011-2002, ГОСТ 23350-98, ГОСТ 12.2.091-2002, СТБ ГОСТ Р 51522-2001.

Соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС ВУ/112 11.01. ТР020 003 41007, декларация о соответствии действительна до 20.04.2025).

Межповерочный интервал – не более 12 месяцев.

Межповерочный интервал в сфере законодательной метрологии в Республике Беларусь – не более 12 месяцев.

Научно-исследовательский  
центр испытаний средств измерений и техники БелГИМ  
220053 г. Минск, Старовиленский тракт, 93, тел.: +375 17 334-98-13.  
Аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0025 (действителен до 30.03.2024).

### Изготовитель секундомеров:

ОАО «ИНТЕГРАЛ»-управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»  
Республика Беларусь, 220108, г. Минск, ул. Казинца И.П., д. 121А, комната 327

Начальник научно-исследовательского  
центра испытаний средств измерений и техники \_\_\_\_\_

Д.М. Каминский

Генеральный директор ОАО «ИНТЕГРАЛ»-  
управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» \_\_\_\_\_

В.А. Солодуха



ПРИЛОЖЕНИЕ А  
(обязательное)



место нанесения знака поверки (клеймо-наклейка)

Рисунок А.1 – Место нанесения знака поверки (клеймо-наклейка) на секундомер

