

СЕРТИФИКАТ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 18592 от 17 марта 2025 г.

Срок действия до 7 февраля 2030 г.

Наименование типа средств измерений:

Измерители дымности отработавших газов МЕТА-01МП

Производитель:

ООО НПФ «МЕТА», г. Жигулевск, Самарская обл., Российская Федерация

Выдан:

ООО НПФ «МЕТА», г. Жигулевск, Самарская обл., Российская Федерация

Документ на поверку:

М 006.000.00 МП «Измерители дымности отработавших газов «МЕТА-01МП». Методика поверки»

Интервал времени между государственными поверками: **6 месяцев**

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 17.03.2025 № 32

Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, или утвержденный тип единичного экземпляра средства измерений разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средства измерений.

Заместитель Председателя



И.А.Кисленко

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

приложение к сертификату об утверждении типа средств измерений

от 17 марта 2025 г. № 18592

Наименование типа средств измерений и их обозначение: измерители дымности отработавших газов МЭТА-01МП

Назначение и область применения: в соответствии с разделом «Назначение средства измерений» Приложения.

Описание: в соответствии с разделом «Описание средства измерений» Приложения.

Обязательные метрологические требования: диапазон измерения дымности; пределы допускаемой абсолютной погрешности, значения приведены в таблице 2 Приложения.

Основные технические характеристики и метрологические характеристики, не относящиеся к обязательным метрологическим требованиям: номинальная цена единицы наименьшего разряда; фотометрическая база; потребляемая мощность от источника питания; масса основных составных частей; габаритные размеры основных составных частей; средняя наработка на отказ; средний срок службы; среднее время восстановления работоспособного состояния; условия эксплуатации, значения приведены в таблице 2 Приложения.

Комплектность: в соответствии с таблицей 3 Приложения.

Место нанесения знака утверждения типа средств измерений: на средстве измерений и/или на эксплуатационных документах.

Поверка осуществляется по М 006.000.00 МП «Измерители дымности отработавших газов «МЭТА-01МП». Методика поверки», утвержденной в 2010 г.

Сведения о методиках (методах) измерений: в соответствии с разделом «Сведения о методиках (методах) измерений» Приложения.

Технические нормативные правовые акты и технические документы, устанавливающие:

требования к типу средств измерений: в соответствии с разделом «Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к типу средств измерений» Приложения.

Перечень средств поверки: в соответствии с разделом «Поверка» Приложения.

Идентификация программного обеспечения: в соответствии с таблицами 1а – 1в Приложения.

Производитель средств измерений: в соответствии с разделом «Изготовитель» Приложения.

Уполномоченное юридическое лицо, проводившее испытания средств измерений: в соответствии с разделом «Испытательный центр» Приложения.

Приведенные по тексту Приложения ссылки на документы «Р 50.2.077-2014», ГОСТ Р 52160-2003 «Автотранспортные средства, оснащенные двигателями с воспламенением от сжатия. Дымность отработавших газов. Нормы и методы контроля при оценке технического состояния», ГОСТ Р 41.24-2003 Единообразные предписания, касающиеся: I. Сертификации двигателей с воспламенением от сжатия в отношении дымности; II. Сертификации автотранспортных средств в отношении установки на них двигателей с воспламенением от сжатия, сертифицированных по типу конструкции; III. Сертификации автотранспортных средств с двигателями с воспламенением от сжатия в отношении дымности; IV. Измерения мощности двигателей, ГОСТ Р 50953-2008 «Выбросы вредных веществ и дымность отработавших газов магистральных и маневровых тепловозов. Нормы и методы определения» для Республики Беларусь носят справочный характер.

Фотографии общего вида средств измерений носят иллюстративный характер и представлены на рисунках 1а – 2 Приложения.

Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака(ов) поверки средств измерений: на свидетельство о поверке и (или) на средство измерений или при отсутствии такой возможности на эксплуатационную документацию.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа в соответствии с рисунком 2 Приложения.

Приложение: описание типа средств измерений, регистрационный номер: № 44977-10, на 7 листах.

Директор БелГИМ



А.В. Казачок

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Измерители дымности отработавших газов МЕТА-01МП

Назначение средства измерений

Измерители дымности отработавших газов МЕТА–01МП (далее - измерители) предназначены для экспрессного измерения дымности отработавших газов автомобилей, оснащенных двигателями с воспламенением от сжатия, тракторов, а также других транспортных средств и стационарных установок с дизельными двигателями, тепловозов, морских и речных судов, а также сельскохозяйственных машин на соответствие ГОСТ Р 52160-2003, ГОСТ 17.2.2.02-98, ГОСТ Р 50953-2008.

Описание средства измерений

Принцип действия измерителей основан на оптико-физическом взаимодействии непрозрачных частиц отработавших газов с оптическим излучением и измерении величины поглощения в спектральном диапазоне 430 – 680 нм с максимумом длины волны (560 ± 10) нм и отображении измеренных значений в единицах коэффициента поглощения света $K [m^{-1}]$ и коэффициента ослабления света $N [\%]$ на буквенно-цифровом табло.

Конструктивно измерители выполнены в виде блока с автономным питанием и выносного оптического датчика, снабженного пробозаборной системой.

Измерители автоматически выполняют измерение дымности в соответствии с методикой испытаний дизелей:

- регистрацию и хранение пиковых значений дымности, вычисление среднего значения, а также измерение и хранение данных в режиме свободного ускорения двигателя;

- регистрацию текущего значения дымности дизеля при испытании на установившихся скоростных режимах работы дизеля в диапазоне от номинальной частоты вращения коленчатого вала до частоты вращения, соответствующей режиму максимального крутящего момента с автоматическим выбором максимального значения.

В измерителях предусмотрено:

- вывод результатов измерений дымности в выбранном режиме в виде протокола на печатающее устройство или в базу данных компьютера при работе в составе линии технического контроля;

- сохранение в энергонезависимой памяти данных до 40 результатов одиночных измерений дымности автомобилей и сельскохозяйственной техники, а также до 14 результатов измерений дымности тепловозов с возможностью их вывода в виде протокола на печатающее устройство или в базу данных компьютера. Данные сохраняются не менее пяти суток при отключенном питании приборного блока.

Измерители выпускаются в трех модификациях, отличающихся конструкцией оптических датчиков:

- МЕТА-01МП 0.1 - портативный прибор для оперативного контроля с оптическим датчиком с фотометрической базой 0,1 м (с автоматическим пересчетом показаний к эквивалентной базе 0,43 м) с телескопической штангой и принудительной воздушной защитой оптических элементов от загрязнения.

- МЕТА-01МП 0.2 - портативный прибор для оперативного контроля с оптическим датчиком с фотометрической базой 0,2 м (с автоматическим пересчетом показаний к эквивалентной базе 0,43 м) с телескопической штангой.

- МЕТА-01МП 0.43 - стендовый прибор с оптическим датчиком с фотометрической базой 0,43 м.




Рисунок 1а - Внешний вид измерителей дымности отработавших газов METА-01МП, модификации METА-01МП 0.1 и METА-01МП 0.2



Рисунок 1б - Внешний вид измерителей дымности отработавших газов METА-01МП, модификации METА-01МП 0.43



Рисунок 2 – Измерители дымности отработавших газов METА-01МП (вид сзади), обозначение мест пломбирования и маркировки.

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее - ПО) измерителей является встроенным и реализовано в контроллере. Контроллер размещен в приборном блоке. ПО не может быть модифицировано или загружено через какой-либо другой интерфейс после пломбирования. Схема пломбирования – на рисунке 2.

Дополнительно используется аппаратно-программная защита памяти программ и данных, реализуемая производителем микроконтроллеров, применяемых в измерителях. Защита ПО и данных измерений от преднамеренных и непреднамеренных воздействий соответствует среднему уровню согласно Р 50.2.077–2014.

Таблица 1а. Идентификационные данные программного обеспечения для измерителей дымности отработавших газов МЕТА–01МП 0.1

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	МЕТА-01МП 0.1
Номер версии (идентификационный номер) ПО	S1_105
Цифровой идентификатор ПО	-
Другие идентификационные данные (если имеются)	-

Таблица 1б. Идентификационные данные программного обеспечения для измерителей дымности отработавших газов МЕТА–01МП 0.2

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	МЕТА-01МП 0.2
Номер версии (идентификационный номер) ПО	S1_205
Цифровой идентификатор ПО	-
Другие идентификационные данные (если имеются)	-

Таблица 1в. Идентификационные данные программного обеспечения для измерителей дымности отработавших газов МЕТА–01МП 0.43

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	МЕТА-01МП 0.1
Номер версии (идентификационный номер) ПО	Пульт 9_021 МКД 10.02
Цифровой идентификатор ПО	-
Другие идентификационные данные (если имеются)	-

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2

Наименование характеристик	Значения характеристик
Диапазон измерения дымности: - в единицах коэффициента поглощения света K , не менее, m^{-1} - в единицах коэффициента ослабления света N , %	0 – ∞ 0,0 – 100,0
Пределы допускаемой абсолютной погрешности, m^{-1} , не более при коэффициенте поглощения 1,6 - 1,8 m^{-1}	$\pm 0,05$
Номинальная цена единицы наименьшего разряда: - коэффициента поглощения, m^{-1} - коэффициента ослабления, %	0,01 0,1

Наименование характеристик	Значения характеристик
Фотометрическая база для модификаций прибора, м: - МЕТА-01МП 0.1 - МЕТА-01МП 0.2 - МЕТА-01МП 0.43	0,1 0,2 0,43
Потребляемая мощность от источника питания, Вт, не более: - МЕТА-01МП 0.1, МЕТА-01МП 0.2 - МЕТА-01МП 0.43	5 15
Масса основных составных частей, кг, не более: - приборный блок МЕТА-01МП 0.1, МЕТА-01МП 0,2 - модуль контроля дымности МЕТА-01МП 0.43 - оптический датчик МЕТА-01МП 0.1 - оптический датчик МЕТА-01МП 0.2 - пробозаборное устройство МЕТА-01МП 0.43 - пульт управления МЕТА-01МП 0.43	0,4 10 0,6 0,9 1,0 0,4
Габаритные размеры основных составных частей, мм, не более: - приборный блок МЕТА-01МП 0.1, МЕТА-01МП 0.2 - модуль контроля дымности МЕТА-01МП 0.43 - оптический датчик МЕТА-01МП 0.1 - оптический датчик МЕТА-01МП 0.2 - пробозаборное устройство МЕТА-01МП 0.43 - пульт управления МЕТА-01МП 0.43	220×75×40 670×350×210 35×510 35×520 2385×445×45 220×75×40
Средняя наработка на отказ, ч, не более	5000
Средний срок службы, лет, не менее	8
Среднее время восстановления работоспособного состояния, ч, не менее	3
Условия эксплуатации: Диапазон рабочих температур, °С: -для приборного блока -для оптического датчика Относительная влажность воздуха, %, не более	минус 20 - 50 минус 35 - 60 80

Знак утверждения типа

наносится типографским способом на титульный лист Руководства по эксплуатации и на заднюю панель измерителя.

Комплектность средства измерений

Таблица 3

Наименование	Обозначение	Кол. в модификации, шт.			Примечание
		МЕТА-01МП 0.1	МЕТА-01МП 0.2	МЕТА-01МП 0.43	
Приборный блок	М 006.200.00-03	1	-	-	
	М 006.200.00-06	-	1	-	
Модуль контроля дымности	М 045.100.00	-	-	1	
Оптический датчик	М 106.000.00	1	-	-	
	М 106.000.00-02	-	1	-	
Кабель связи	М 045.600.00	-	-	1	
Рассекатель	М 004.06.01.00.00	1	-	-	Пробозаборник
	М 006.108.00	-	1	-	
Трубка	М 004.07.00.00.01	1	1	-	
Пробозаборное устройство	М 045.400.00	-	-	1	
Контрольный светофильтр	М 006.02.05.00.00	1	1	1	
Зарядное устройство	М 122.000.00-04	-	-	1	
	М 122.000.00	1	1	-	
Пульт управления	М 045.300.00	-	-	1	
Футляр	М 004.005.01.00.00	1	1	-	
Ящик укладочный	М 045.900.00	-	-	1	
Паспорт	М 045.000.00 ПС	-	-	1	
	М 006.000.00-03 ПС	1	1	-	
Руководство по эксплуатации	М 045.000.00 РЭ	1	1	-	
	М 006.000.00-03 РЭ	-	-	1	
Методика поверки	М 006.000.00 МП	1	1	1	

Поверка

осуществляется по документу М 006.000.00 МП «Измерители дымности отработавших газов «МЕТА-01МП». Методика поверки», являющимся приложением Г к Руководству по эксплуатации и утвержденному ФГУП «ВНИИОФИ» 09 августа 2010г.

Основные средства поверки:

Комплект светофильтров М90 (ГОСРЕЕСТР № 42599-09)

Основные метрологические характеристики:

Номинальное значение светового коэффициента пропускания светофильтра №1 от 79,8 до 82,0 %.
Номинальное значение светового коэффициента пропускания светофильтра №2 от 63,7 до 67,1 %.
Номинальное значение светового коэффициента пропускания светофильтра №3 от 37,9 до 42,3 %.
Пределы допускаемой абсолютной погрешности светофильтров $\pm 0,3\%$

Сведения о методиках (методах) измерений

«Измерители дымности отработавших газов МЭТА-01МП 0.43. Руководство по эксплуатации М 045.000.00 РЭ» и «Измерители дымности отработавших газов МЭТА-01МП 0.1 и МЭТА-01МП 02. Руководство по эксплуатации М 006.000.00-03 РЭ» разделы 2.2. и 2.3.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к измерителям дымности отработавших газов МЭТА-01МП

1 ГОСТ Р 52160-2003 «Автотранспортные средства, оснащенные двигателями с воспламенением от сжатия. Дымность отработавших газов. Нормы и методы контроля при оценке технического состояния»

2 ГОСТ Р 41.24-2003 Единообразные предписания, касающиеся: I. Сертификации двигателей с воспламенением от сжатия в отношении дымности; II. Сертификации автотранспортных средств в отношении установки на них двигателей с воспламенением от сжатия, сертифицированных по типу конструкции; III. Сертификации автотранспортных средств с двигателями с воспламенением от сжатия в отношении дымности; IV. Измерения мощности двигателей.

3 ГОСТ Р 50953-2008 «Выбросы вредных веществ и дымность отработавших газов магистральных и маневровых тепловозов. Нормы и методы определения»

4 ГОСТ 17.2.2.02-98 «Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы определения дымности отработавших газов дизелей, тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин»

5 ТУ 42 1532-006-21298618-2005 «Технические условия. Измерители дымности отработавших газов МЭТА-01МП»

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

- при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда;
- при осуществлении мероприятий государственного контроля (надзора).

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «МЭТА» (ООО НПФ «МЭТА»)

Юридический адрес: 445359, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Морквашинская, д. 55 «А»

Почтовый адрес: 445359, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Радиозаводская, д. 1, а/я 25

Телефон: (84862) 2-18-55, 2-39-48,

Сервисный центр в Москве: 109391, г. Москва, а/я 67

Тел.: (499) 784-41-15, 784-41-16

E-Mail: msk@meta-ru.ru, marketing@meta-ru.ru

Web: <http://www.meta-ru.ru>

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений» (ФГУП «ВНИИОФИ»), аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений № 30003-2014 от 23.06.2014 г.

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46.

Телефон: (495) 437-56-33, факс: 437-31-47.

Е-mail: vniiofi@vniiofi.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИОФИ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30003-14 от 23.06.2014 г.

Заместитель
Руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии



С.С. Голубев

05

2015 г.

А