

Государственный комитет по стандартизации,
метрологии и сертификации Республики Беларусь
(ГОССТАНДАРТ)

СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE

OF MEASURING INSTRUMENTS



№ 1680

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании результатов Государственных испытаний утвержден тип

автоцистерн АЦ-10 (АТЗ-10),

РУП "Гродненский механический завод", г. Гродно,

Республика Беларусь (BY),

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № РБ 03 07 1411 01 и допущен к применению в Республике Беларусь.

Описание типа средства измерений приведено в приложении к настоящему сертификату.

Председатель Госстандарта



В.Н. КОРЕШКОВ
22 октября 2001 г.

УКАЗ № 08-2001 от 26.09.01.

Шлеф - О.В. Шлефолова

УТВЕРЖДАЮ
Директор Гродненского центра
стандартизации, метрологии и
сертификации



Шиш В.М.
2001г.

Наименование средств измерений и обозначение их типа	Внесены в Государственный реестр средств измерений, прошедших Государственные испытания
Автоцистерна АЦ-10 (АТЗ-10)	Регистрационный № <u>Р50307 141101</u>

Выпускается по ТУ РБ 500013376.011-2000

Назначение и область применения.

Автоцистерна АЦ-10 предназначена для транспортирования и временного хранения жидких нефтяных продуктов. АТЗ-10 - для транспортирования, хранения и заправки жидкими нефтяными продуктами транспортных средств.

Описание.

Автоцистерны используются как транспортные меры полной вместимости: тип АЦ-10, модификация АТЗ-10, исполнения для двухсекционных АЦ-10/2 и АТЗ-10/2. Вместимость цистерн – 10 м³, для двухсекционных – 5 м³ для каждой секции. Погрешность цистерны ± 0,5 % от номинальной вместимости, погрешность счётчика жидкости ± 0,5%. Срок службы – 10 лет.

Знак Государственного реестра.

Знак Государственного реестра наносится на титульный лист паспорта автоцистерны типографским способом и на маркировочной табличке методом гравирования.

Комплектность.

Автоцистерны в сборе в соответствии с КД, эксплуатационной документацией, комплектом специального оборудования, комплектом запасных частей, комплектом инструмента и принадлежностей к автомобилю ГАЗ-3307.

Дополнительно:

- Паспорт на автоцистерну 111.9000 – 0917.00.00.000 РЭ.
- Паспорт о вместимости цистерны
- Паспорт на счётчик жидкости.

Поверка.

Поверка проводится по СТБ 8007-97 «Система обеспечения единства измерений республики Беларусь. Автоцистерны калиброванные. Методика поверки.»

Перечень основного оборудования для поверки:

- Мерник образцовый 2-го разряда вместимостью 1000 дм³ МО-2-1000 по ГОСТ 8.400.
- Мерник образцовый вместимостью 500 дм³ МО-2-500 2 разряда по ГОСТ 8.400.



- Шкальный мерник 1 класса вместимостью 100 дм³ по ГОСТ 13844
- Термометр жидкостной с ц.д. 0,5⁰С с диапазоном измерения температуры от 0 до + 50⁰С

Нормативные документы.

ТУ РБ 5000 13376.011-2000

Заключение.

Автоцистерна АЦ-10 (АТЗ-10) соответствует требованиям ТУ РБ 5000 13376.011-2000.

Изготовитель.

РУП «Гродненский механический завод».

Директор РУП «Гродненский
механический завод»



Н.А. Горбацевич

Начальник отдела госповерки
и метрологической аттестации РУП
«Гродненский центр стандартизации,
метрологии и сертификации»

Н.В. Кумко

