


ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

Подлежит публикации
в открытой печати



УТВЕРЖДАЮ

Директор Минского ЦСМ

А.Н. Жагора

10 1995 г.

Анализатор технологических газов АГТ-СО

Внесен в государственный реестр средств измерений, прошедших государственные испытания
Регистрационный №

РБ 03 09 0309 95

19 г.

Выпускается по ТУ РБ I456I854.002-95

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Анализатор технологических газов предназначен для непрерывного измерения объемной концентрации оксида углерода в дымовых газах котлоагрегатов, печей и других теплоагрегатов.

О п и с а н и е

Анализатор АГТ-СО состоит из преобразователя первичного (датчик) и преобразователя измерительного.

Преобразователь первичный предназначен для преобразования концентрации оксида углерода в напряжение постоянного тока разбаланса уравновешенного моста.

Преобразователь измерительный предназначен для вывода результатов измерения на цифровой индикатор и отображения их в % об. содержания оксида углерода, а также для вывода информативного сигнала на регистрирующий прибор.

