

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

(полное наименование уполномоченного органа государства – члена
Евразийского экономического союза)

СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений
(в редакции с изменением № 1 от 13.04.2026)

№ ВУ.С.0003.25 от «10» июня 2025 г.

Срок действия до «10» июня 2030 г.

Наименование типа средств измерений
Преобразователи измерительные частоты переменного тока Е858

Изготовитель
ОАО «ВЗЭП», г. Витебск, Республика Беларусь

Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений
и стандартных образцов Республики Беларусь: 12097-25

Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению
единства измерений Российской Федерации: 98110-26

Документ на поверку
МП.ВТ.122-2005 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь.
Преобразователи измерительные частоты переменного тока Е858. Методика
поверки» с изменением № 2

Интервал времени между поверками 2 года.

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета
по стандартизации Республики Беларусь от «10» июня 2025 г. № 72.

Тип средств измерений допущен к применению на территории Евразийского
экономического союза в соответствии с описанием типа средств измерений.

Председатель

(должность руководителя
(уполномоченного лица) уполномоченного
органа государства – члена Евразийского
экономического союза)



М. П.

(подпись)

Е.М.Моргунова
(Ф. И. О.)

Серия РБ № 000010

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Преобразователи измерительные частоты переменного тока Е858

к сертификату об утверждении типа средств измерений

№ ВУ.С.0003.25 от «10» июня 2025 г.

Назначение:

Преобразователи измерительные частоты переменного тока Е858 (в дальнейшем ИП) предназначены для линейного преобразования частоты переменного тока в аналоговый унифицированный электрический сигнал силы постоянного тока.

ИП применяют для контроля параметров электрических сетей и установок при комплексной автоматизации объектов электроэнергетики, в автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУ ТП) энергоемких объектов различных отраслей промышленности, включая атомные станции.

Описание:

ИП относятся к стационарному оборудованию, эксплуатируемому в производственных помещениях, вне жилых домов.

ИП выпускаются в едином корпусе, предназначенном для навесного монтажа на щитах и панелях, с передним присоединением монтажных проводов.

ИП состоит из следующих основных узлов: основания, крышки, крышки клеммной колодки, контактных узлов, четырех печатных плат, одна из которых является несущей.

Контактные узлы, установленные в передней части основания, обеспечивают надежный контакт с подводными проводами. Крышка клеммной колодки закрывает контактные узлы от попадания на них посторонних предметов.

Крышка крепится к основанию при помощи двух винтов, один из которых пломбируется. На внутренней стороне крышки имеются выступы, фиксирующие положение печатных плат при закрывании.

Преобразование частоты в аналоговый сигнал производится методом измерения разности периодов входного сигнала и сигнала опорной частоты. Измерение осуществляется в цифровой форме с последующим преобразованием измеренной разности в аналоговую величину, пропорциональную этой разности.

Информацию несет среднее значение выходного сигнала.

ИП имеют модификации и исполнения, отличия между которыми приведены в таблице 1.

ИП выпускают в следующих исполнениях:

- для нужд народного хозяйства (исполнения E858/1 - E858/14);
- для поставки на атомные станции (исполнения E858/1 АС - E858/14 АС);
- для поставки на экспорт в страны с умеренным климатом (экспортные исполнения E858/1 Э - E858/14 Э);
- для поставки на экспорт в страны, расположенные в любых макроклиматических районах на суше, кроме районов с очень холодным климатом (общеклиматические исполнения E858/1 O4.1** - E858/14 O4.1**).

Фотографии общего вида ИП и схема с указанием места для нанесения знака поверки и пломбировки от несанкционированного доступа приведены на рисунках 1-15.




Рисунок 1 – Общий вид и маркировка ИП E858/1 для нужд народного хозяйства



Рисунок 2 – Общий вид и маркировка ИП E858/5 AC для поставки на атомные станции



Рисунок 3 – Общий вид и маркировка ИП E858/2 Э для поставки на экспорт в страны с умеренным климатом



Рисунок 4 – Общий вид и маркировка ИП E858/3 04.1** для поставки на экспорт в общеклиматическом исполнении 04.1**



Рисунок 5 – Общий вид и маркировка ИП E858/4 для нужд народного хозяйства



Рисунок 6 – Общий вид и маркировка ИП E858/6 O4.1** для поставки на экспорт в общеклиматическом исполнении O4.1**




Рисунок 7 – Общий вид и маркировка ИП E858/7 AC для поставки на атомные станции



Рисунок 8 – Общий вид и маркировка ИП E858/8 AC для поставки на атомные станции



Рисунок 9 – Общий вид и маркировка ИП E858/9 Э для поставки на экспорт в страны с умеренным климатом



Рисунок 10 – Общий вид и маркировка ИП E858/10 04.1** для поставки на экспорт в общеклиматическом исполнении 04.1**



Рисунок 11 – Общий вид и маркировка ИП E858/11 для нужд народного хозяйства




Рисунок 12 – Общий вид и маркировка ИП E858/12 для нужд народного хозяйства



Рисунок 13 – Общий вид и маркировка ИП E858/13 AC для поставки на атомные станции



Рисунок 14 – Общий вид и маркировка ИП E858/14 Э для поставки на экспорт в страны с умеренным климатом



- 1 – Место пломбировки от несанкционированного доступа в виде оттиска клейма;
- 2 – Место для нанесения знака поверки в виде оттиска клейма поверителя.

Рисунок 15 – Схема с указанием места для нанесения знака поверки и пломбировки от несанкционированного доступа ИП

Метрологические и технические характеристики:

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности (γ) от нормирующего значения входного сигнала:

- $\pm 0,05$ % для E858/1, E858/6;
- $\pm 0,02$ % для всех остальных модификаций.

Нормирующее значение входного сигнала ИП равно номинальному значению преобразуемой частоты, указанному в таблице 1.

Модификации и исполнения ИП, диапазоны измерений преобразуемых входных сигналов и их номинальные значения, диапазоны изменения выходных сигналов указаны в таблице 1.

Таблица 1

Модификации и исполнения ИП	Номинальное значение входного напряжения, V	Преобразуемая частота, Hz		Диапазон изменения выходного сигнала, mA
		диапазон измерения	номинальное значение	
E858/1, E858/13	100, 220	45-55	50	0-5
E858/1 AC, E858/13 AC				
E858/1 Э, E858/13 Э, E858/1 O4.1**, E858/13 O4.1**				
E858/2	100, 220	48-52		
E858/2 AC				
E858/2 Э, E858/2 O4.1**	100, 220 240			
E858/3	100, 220	49-51		
E858/3 AC				
E858/3 Э, E858/3 O4.1**	100, 220 240			
E858/4	100, 220	59-61		
E858/4 AC				
E858/4 Э, E858/4 O4.1**	100, 220 240			
E858/5	100, 220	58-62		
E858/5 AC				
E858/5 Э E858/5 O4.1**	100, 220 240			
E858/6, E858/14	100, 220	55-65		
E858/6 AC, E858/14 AC				
E858/6 Э, E858/14 Э, E858/6 O4.1**, E858/14 O4.1**	100, 220 240			
E858/7	100, 220	45-55	50	4-20
E858/7 AC				
E858/7 Э, E858/7 O4.1**	100, 220 240			
E858/8	100, 220	48-52		
E858/8 AC				
E858/8 Э, E858/8 O4.1**	100, 220 240			
E858/9	100, 220	49-51		
E858/9 AC				
E858/9 Э, E858/9 O4.1**	100, 220 240			
E858/10	100, 220	59-61		
E858/10 AC				
E858/10 Э, E858/10 O4.1**	100, 220 240			
E858/11	100, 220	58-62		
E858/11 AC				
E858/11 Э, E858/11 O4.1**	100, 220 240			
E858/12	100, 220	55-65		
E858/12 AC				
E858/12 Э, E858/12 O4.1**	100, 220 240			

Пределы допускаемой дополнительной погрешности ИП, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной (от 18 °С до 22 °С) до любой температуры в пределах рабочих температур (от минус 30 °С до плюс 50 °С) на каждые 10 °С изменения температуры равны пределам основной погрешности.

Пределы допускаемой дополнительной погрешности ИП для общеклиматического исполнения О4.1**, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной (от 18 °С до 22 °С) до любой температуры в пределах рабочих температур (от плюс 5 °С до плюс 50 °С) на каждые 10 °С изменения температуры равны пределам основной погрешности.

Пределы допускаемой дополнительной погрешности ИП, вызванной работой в условиях повышенной влажности до 95 % при температуре 35°С, равны удвоенному значению пределов допускаемой основной погрешности.

Пределы допускаемой дополнительной погрешности ИП, вызванной влиянием внешнего однородного постоянного или переменного магнитного поля, синусоидально изменяющегося во времени с частотой, одинаковой с частотой тока, протекающего по измерительным цепям преобразователя, с магнитной индукцией 0,5 мТ при самом неблагоприятном направлении и фазе магнитного поля равны удвоенному значению пределов допускаемой основной погрешности.

Пределы допускаемой дополнительной погрешности ИП, вызванной изменением сопротивления нагрузки в пределах от 0 до 2 кΩ для ИП Е858/1-Е858/6, Е858/13, Е858/14; от 0 до 0,3 кΩ для ИП Е858/7-Е858/12, равны 0,5 пределов допускаемой основной погрешности.

Пределы допускаемой дополнительной погрешности ИП, вызванной изменением напряжения входного сигнала измерительной цепи от нормальных условий эксплуатации до значений в пределах рабочих равны 0,5 пределов допускаемой основной погрешности.

Условия эксплуатации указаны в таблице 2.

Таблица 2

Наименование характеристики	Значение
1	2
Нормальные условия эксплуатации:	
- температура окружающего воздуха, °С	от 18 до 22
- относительная влажность окружающего воздуха, %	от 30 до 80
- напряжение измерительной цепи, V	от 98 до 102 (для ИП с $U_{ном} = 100 V$); от 215,6 до 224,4 (для ИП с $U_{ном} = 220V$); от 235,2 до 244,8 (для ИП с $U_{ном} = 240 V$)
- сопротивление нагрузки, кΩ: а) для ИП Е858/1-Е858/6, Е858/13, Е858/14 б) для ИП Е858/7-Е858/12	от 2,0 до 3,0 от 0,3 до 0,5
- время установления рабочего режима, мин	30
- внешнее магнитное поле	магнитное поле Земли
- положение	любое

Продолжение таблицы 2

1	2
Рабочие условия эксплуатации:	
- температура окружающего воздуха, С:	
а) для ИП в общеклиматическом исполнении Е858/1 О4.1** - Е858/14 О4.1**	от плюс 5 до плюс 50
б) для всех остальных исполнений	от минус 30 до плюс 50
- относительная влажность окружающего воздуха при температуре 35 °С, %	до 95
- напряжение измерительной цепи, V	от 85 до 115 (для ИП с $U_{ном}=100$ V) от 187 до 253 (для ИП с $U_{ном}=220$ V) от 204 до 276 (для ИП с $U_{ном}=240$ V)

Питание ИП осуществляется от измерительной цепи.

Мощность, потребляемая ИП, не более:

- 3,5 V·A для выходного сигнала силы постоянного тока от 0 до 5 mA;
- 4 V·A для выходного сигнала силы постоянного тока от 4 до 20 mA.

Масса ИП не более 0,8 kg.

Габаритные размеры ИП, не более (125×110×125) mm.

Средний срок службы 12 лет.

Средняя наработка на отказ 50000 h.

Комплектность:

- ИП – 1 шт.;
- паспорт – 1 экз.;
- руководство по эксплуатации – 1 экз. (при поставке партии ИП в один адрес допускается 1 экз. на 3 изделия);
- упаковка – 1 шт.

Знак утверждения типа наносится на табличку корпуса ИП и на титульный лист эксплуатационной документации (паспорт и руководство по эксплуатации).

Поверка осуществляется по МП.ВТ.122-2005 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Преобразователи измерительные частоты переменного тока Е858. Методика поверки» с изменением № 2.

Сведения о средствах поверки

Перечень средств поверки:

- генератор сигналов ГЗ-110;
- усилитель напряжения переменного тока Ф561;
- вольтметр Э545;
- магазин сопротивлений Р3030;
- магазин сопротивлений Р33;
- компаратор напряжений Р3003.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых ИП с требуемой точностью.

Сведения о методиках (методах) измерений (при наличии): -
Нормативные и технические документы, устанавливающие:
требования к типу средств измерений:

ГОСТ 24855-81 «Преобразователи измерительные тока, напряжения, мощности, частоты, сопротивления аналоговые. Общие технические условия».

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТУ 25-0415.052-85 «Преобразователи измерительные частоты переменного тока Е858. Технические условия».

методы поверки:

МП.ВТ.122-2005 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Преобразователи измерительные частоты переменного тока Е858. Методика поверки» с изменением № 2.

Изготовитель:

Открытое акционерное общество «Витебский завод электроизмерительных приборов» (ОАО «ВЗЭП»)

ул. Ильинского, 19/18

210630, г. Витебск, Республика Беларусь

Тел./факс: (0212) 66-58-10

E-mail: info@vzep.by

Internet: www.vzep.vitebsk.by

Испытательный центр (уполномоченная организация):

Республиканское унитарное предприятие «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации» (РУП «Витебский ЦСМС»)

ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск,

тел./факс: (0212) 48-04-06

E-mail: info@vcsms.by , ic@vcsms.by

Свидетельство об уполномочивании № 14 на проведение испытаний в целях утверждения типа средства измерений или утверждения типа стандартного образца, работ по метрологической оценке в сфере законодательной метрологии. Действительно до 24 ноября 2028 г.

Председатель Государственного
комитета по стандартизации
Республики Беларусь

(должность руководителя (уполномоченного лица)

уполномоченного органа государства - члена Евразийского
экономического союза)



М. П.

(подпись)

Е.М. Моргунова

(Ф. И. О.)