

СЕРТИФИКАТ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ



№ 20698 от 14 сентября 2026 г.

Срок действия до 1 сентября 2031 г.

Наименование и обозначение типа средства измерений:

Весы платформенные РЕУС

Производитель:

ООО «ВК «Тензосила», Российская Федерация

Местонахождение производственной площадки (производственных площадок):

394005, г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 25/5

Методика поверки:

ГОСТ OIML R 76-1-2011 «Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания»

Интервал времени между государственными поверками: **12 месяцев**

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 14.09.2026 № 103.

Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средства измерений.

Заместитель Председателя



(подпись)
М.П.

И.А.Кисленко

(инициалы, фамилия)

Приложение к сертификату
об утверждении типа
средства измерений
от 14 сентября 2026 г. № 20698

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Наименование и обозначение типа средства измерений:

Весы платформенные РЕУС

Наименование типа средства измерений:

Весы платформенные

Обозначение типа средства измерений:

РЕУС

Назначение: в соответствии с разделом «Назначение средства измерений»
Приложения.

Описание: в соответствии с разделом «Описание средства измерений»
Приложения.

Обязательные метрологические требования: класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011, диапазон уравнивания тары, значения приведены в таблице 1 раздела «Метрологические и технические характеристики» Приложения, а также в соответствии с таблицами 2-3 раздела «Метрологические и технические характеристики» Приложения.

Основные технические характеристики и метрологические характеристики, не относящиеся к обязательным метрологическим требованиям: диапазон температуры для ГПУ, при использовании датчиков (Н8С, НМ8, НМ9В; SH8С, SH2F; SQB; M70K; M50, T60AM2, H2, NHS, GZLB); диапазон температуры индикаторов (Микросим (M0601, M0601-БМ-2); СКИ-12, КХ3190-А12Е); параметры электропитания весов от сети переменного тока (напряжение, частота), значения приведены в таблице 1 раздела «Метрологические и технические характеристики» Приложения.

Комплектность: в соответствии с разделом «Комплектность средства измерений» Приложения.

Место нанесения знака утверждения типа средств измерений: в соответствии с разделом «Знак утверждения типа» Приложения.

Методики поверки: ГОСТ OIML R 76-1-2011 «Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания» (приложение ДА «Методика поверки весов»).

Сведения о методиках (методах) измерений: в соответствии с разделом «Сведения о методиках (методах) измерений» Приложения.

Нормативные правовые акты, в том числе обязательные для соблюдения технические нормативные правовые акты, технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации, документы в области технического нормирования и стандартизации, не являющиеся техническими нормативными правовыми актами, документация производителя, устанавливающие требования к типу средства измерений:

в соответствии с разделом «Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к средству измерений» Приложения.

Идентификация программного обеспечения: в соответствии с таблицей 1 раздела «Программное обеспечение» Приложения.

Производитель: в соответствии с разделом «Изготовитель» Приложения.

Тип средства измерений относится к категории (категориям):

п. 2.1.2 в соответствии с перечнем категорий средств измерений, представляющих совокупность средств измерений одинакового назначения, применяемых при измерениях в сфере законодательной метрологии, экземпляры утвержденного типа которых подлежат государственной поверке с установленной в нем периодичностью, определенном в приложении к постановлению Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 20 апреля 2021 г. № 39.

Юридическое лицо, проводившее испытания в целях утверждения типа средства измерений: в соответствии с разделом «Испытательный центр» Приложения.

Приведенная по тексту Приложения ссылка на документ Р 50.2.077-2014 для Республики Беларусь носит справочный характер.

Фотографии общего вида средств измерений: представлены на рисунках 1-2 Приложения.

Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака(ов) поверки средств измерений: знак поверки в виде наклейки наносится на лицевую панель индикатора и/или ГПУ весов и/или свидетельство о поверки (при проведении первичной поверки в Российской Федерации) / на лицевую панель индикатора или ГПУ весов (при проведении поверки в Республике Беларусь).

Схема защиты от несанкционированного доступа: места пломбировки для защиты от несанкционированного доступа представлены на рисунке 3 Приложения (пломбировке подлежит переключатель режима настройки).

Перечень модификаций и исполнений средства измерений: в соответствии с разделом «Описание средства измерений» Приложения.

Приложение: описание типа средств измерений, регистрационный номер: № 64875-16, на 6 листах.

Директор БелГИМ



А.В. Казачок

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Весы платформенные РЕУС

Назначение средства измерений

Весы платформенные РЕУС (далее — весы) предназначены для измерений массы различных грузов.

Описание средства измерений

Весы (рисунок 1) имеют модульную конструкцию и состоят из грузоприемного устройства (далее — ГПУ), включающего в себя тензорезисторные весоизмерительные датчики (далее — датчики, п. Т.2.2.1 ГОСТ OIML R 76-1—2011), и весоизмерительного прибора (далее — индикатор, п. Т.2.2.2 ГОСТ OIML R 76-1—2011).

ГПУ представляет собой металлическую конструкцию с платформой для принятия нагрузки опирающуюся на один или четыре датчика.




Рисунок 1 — Примеры внешнего вида весов (слева — с одним датчиком, справа — с четырьмя датчиками)

В весах используются аналоговые датчики:

- датчики весоизмерительные тензорезисторные Single shear beam, Dual shear beam, S beam, Column, модификации Н8С, НМ8, НМ9В (Госреестр №55371-13);
- датчики весоизмерительные тензорезисторные торговой марки «SIERRA» Bend beam, Single shear beam, Dual shear beam, S beam, Column, Spoke type, модификации SH8C, SH2F (Госреестр №55917-13);
- датчики весоизмерительные тензорезисторные QS, S, LS, D, PST, USB, модификация SQB (Госреестр №57673-14);
- датчики весоизмерительные тензорезисторные М, модификации М70К, М50 (Госреестр № 53673-13);
- датчики весоизмерительные тензорезисторные С и Н, модификация Н2 (Госреестр № 53636-13);
- датчики весоизмерительные тензорезисторные Т, модификации Т60АМ2 (Госреестр № 53838-13);

– датчики весоизмерительные тензорезисторные ZS, NHS, YBS, GZLB, модификации NHS, GZLB (Госреестр № 57674-14).

Сигнальные кабели датчиков напрямую или через соединительную коробку подключаются к индикатору.

В весах используются индикаторы:

– приборы весоизмерительные Микросим, модификации M0601, M0601-БМ-2 (Госреестр № 55918-13);

– индикаторы весоизмерительные СКИ-12 (Госреестр № 58661-14);

– приборы весоизмерительные ХК3190-А12Е, изготовитель «Shanghai Yaohua Weighing System Co., LTD».

Общий вид индикаторов представлен на рисунке 2.



Микросим (M0601, M0601-БМ-2)



СКИ-12



ХК3190-А12Е

Рисунок 2 — Общий вид индикаторов

Принцип действия весов основан на преобразовании возникающей под действием силы тяжести взвешиваемого груза деформации упругих элементов датчиков в аналоговый электрический сигнал, пропорциональный его массе, с последующим аналого-цифровым преобразованием, математической обработкой и выдачей результатов измерений массы в визуальной форме на дисплее индикатора весов и/или их передаче в виде электрического сигнала через цифровой интерфейс связи на периферийные устройства, например, принтер или персональный компьютер.

Весы снабжены следующими устройствами и функциями (в скобках указаны соответствующие пункты ГОСТ OIML R 76-1—2011):


- устройство первоначальной установки на нуль (Т.2.7.2.4);
- устройство индикации отклонения от нуля — для приборов Микросим (4.5.5);
- устройство слежения за нулем (Т.2.7.3);
- полуавтоматическое устройство установки на нуль (Т.2.7.2.2);
- устройство уравнивания тары — устройство выборки массы тары (Т.2.7.4.1);
- устройство выбора единиц измерений (2.1);
- процедура просмотра всех соответствующих символов индикации в активном и неактивном состояниях (5.3.1);
- режим работы в качестве многоинтервальных весов — при использовании весоизмерительных приборов Микросим модификаций M0601, M0601-БМ-2; СКИ-12 (Т.3.2.6).

Обозначение класса точности, значения максимальной нагрузки Max (Max_i поддиапазонов взвешивания многоинтервальных весов), минимальной нагрузки Min , поверочного интервала e (e_i диапазонов взвешивания многоинтервальных весов), диапазон температуры, указываются на маркировочной табличке весов согласно п. 7.1.2 1 ГОСТ OIML R 76-1—2011.

В многоинтервальных весах (с двумя поддиапазонами взвешивания) используются датчики с относительным значением невозврата выходного сигнала при возврате к минимальной нагрузке Z или числом поверочных интервалов датчика $n_{\max}$ не менее отношения Max_2/e_1 весов.


Модификации весов имеют следующие обозначения вида РЕУС-[1] (для однодиапазонных весов) или РЕУС-[1]/[2] (для многоинтервальных весов), где [1] и [2] — обозначение максимальной нагрузки (см. таблицы 2 и 3).

Знак поверки в виде наклейки наносится на лицевую панель индикатора и/или ГПУ весов и/или свидетельство о поверке. Схемы пломбировки для защиты от несанкционированного доступа представлены на рисунке 3 (пломбировке подлежит переключатель режима настройки).




Место пломбировки разрушаемой наклейкой доступа к переключателю режима настройки на задней панели корпуса приборов Микросим

Также пломбируется корпус прибора (один из крепежных винтов задней крышки) для предотвращения доступа к внутренним частям прибора



Пломбировка свинцовой пломбой доступа к переключателю режима настройки на задней панели корпуса приборов СКИ-12



Пломбировка свинцовой пломбой корпуса КХ-3190-A12E препятствующая доступу к переключателю режима настройки на печатной плате внутри прибора

Рисунок 3 — Схема пломбировки от несанкционированного доступа

Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) весов является встроенным, используется в стационарной (закрепленной) аппаратной части с определенными программными средствами.

Защита от несанкционированного доступа к настройкам и данным измерений обеспечивается невозможностью изменения ПО без применения специализированного оборудования производителя.

Изменение ПО весов через интерфейс пользователя невозможно.

Доступ к параметрам настройки возможен только при нарушении пломбы и задействования переключателя режима настройки, находящегося на печатной плате прибора.

Защита ПО от преднамеренных и непреднамеренных воздействий соответствует уровню «Высокий» по Р 50.2.077—2014.

Идентификационные данные ПО отображаются на дисплее индикатора при включении весов и приведены в таблице 1. Номер версии (идентификационный номер) ПО должен быть не ниже указанных. X или XX – обозначение номера версии метрологически незначимой части ПО.

Таблица 1 — Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение (для приборов)		
	ХК3190-A12E	Микросим (M0601, M0601-БМ-2)	СКИ-12
1	2		
Идентификационное наименование ПО	—	Ed 5.XX	СКИ
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.06	5.XX	V-1.XX
Цифровой идентификатор ПО	—	0x3C40	—
Другие идентификационные данные, если имеются	—	—	—

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 — Метрологические и технические характеристики

Наименование	Значение
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1—2011	III (средний)
Диапазон уравнивания тары	100 % Max (100% Max _r)
Диапазон температуры для ГПУ, °С, при использовании датчиков: – Н8С, НМ8, НМ9В – SH8C, SH2F – SQB – М70К – М50, Т60АМ2, Н2, ННS, GZLB	от - 30 до плюс 40 от - 30 до плюс 40 от - 10 до плюс 40 от - 30 до плюс 40 от - 10 до плюс 40
Диапазон температуры индикаторов, °С: – Микросим (M0601, M0601-БМ-2) – СКИ-12, КХ3190-A12E	от - 35 до плюс 40 от 0 до плюс 40
Параметры электропитания весов от сети переменного тока – напряжение, В – частота, Гц	от 187 до 242 50±1
Примечание: При использовании приборов Микросим питание весов — от сети переменного тока через адаптер.	

Таблица 2 — Однодиапазонные весы

Модификация	Максимальная нагрузка, Мах, кг	Поверочный интервал e , действительная цена деления (шкалы) d ($e=d$), кг	Число поверочных интервалов n
РЕУС-60	60	0,02	3000
РЕУС-100	100	0,05	2000
РЕУС-150	150	0,05	3000
РЕУС-300	300	0,1	3000
РЕУС-600	600	0,2	3000
РЕУС-1000	1000	0,5	2000
РЕУС-1500	1500	0,5	3000
РЕУС-2000	2000	1	2000
РЕУС-3000	3000	1	3000
РЕУС-5000	5000	2	2500
РЕУС-6000	6000	2	3000
РЕУС-10000	10000	5	2000
РЕУС-20000	20000	10	2000
РЕУС-30000	30000	10	3000

Таблица 3 — Многоинтервальные весы

Модификация	Максимальная нагрузка, Мах ₁ /Мах ₂ , кг	Поверочный интервал, e_1/e_2 , действительная цена деления (шкалы), d_1/d_2 , ($e_i=d_i$), кг	Число поверочных интервалов, n_1/n_2
РЕУС-60/150	60/150	0,02/0,05	3000/3000
РЕУС-150/300	150/300	0,05/0,1	3000/3000
РЕУС-300/600	300/600	0,1/0,2	3000/3000
РЕУС-600/1500	600/1500	0,2/0,5	3000/3000
РЕУС-1500/3000	1500/3000	0,5/1	3000/3000
РЕУС-3000/6000	3000/6000	1/2	3000/3000
РЕУС-6000/10000	6000/10000	2/5	3000/2000
РЕУС-10000/20000	10000/20000	5/10	2000/2000
РЕУС-15000/30000	15000/30000	5/10	3000/3000

Знак утверждения типа

наносится на маркировочную табличку, расположенную на корпусе индикатора весов, а также на титульные листы эксплуатационной документации.

Комплектность средства измерений

Весы — 1 шт.

Руководство по эксплуатации весов — 1 экз.

Руководство по эксплуатации индикатора — 1 экз.

Поверка

осуществляется в соответствии с приложением ДА «Методика поверки весов» ГОСТ OIML R 76-1—2011 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания».

Идентификационные данные, а также процедура идентификации программного обеспечения приведены в п. 2. «Поверка весов» руководства по эксплуатации весов.

Основные средства поверки: гири, соответствующие классу точности M_1 , M_{1-2} по ГОСТ OIML R 111-1-2009.

Сведения о методиках (методах) измерений

«Весы платформенные РЕУС. Руководство по эксплуатации. Паспорт», Раздел 4 «Работа с весами».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к весам платформенным РЕУС

ГОСТ OIML R 76-1-2011 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания.

ГОСТ 8.021-2015 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений массы.

ТУ 4274-008-7723749500-16 Весы платформенные РЕУС. Технические условия.

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Весовая компания «Тензосила» (ООО «ВК «Тензосила»)

ИНН 3662212080

Адрес: 394005, г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 25/5.

Тел.: +7(473) 296-45-00, 296-45-01

e-mail: mail@tenzosila.ru; www.tenzosila.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, 46

Тел./факс: (495) 437-55-77/ 437-56-66.

e-mail: office@vniims.ru, www.vniims.ru.

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа №30004-13 от 26.07.2013 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п. «_____» _____ 2016 г.