


Приложение к свидетельству  
№ 18325 об утверждении ГЦИСИ  
средств измерений



Машины разрывные  
ИР 5047-50

Внесены в Государственный реестр средств  
измерений  
Регистрационный № 12734-04  
Взамен №

Выпускаются по ГОСТ 28840-90 и ТУ 25-7701.076-91.

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Машины разрывные ИР 5047-50 предназначены для создания нормированного значения меры силы при испытаниях на растяжение образцов из пластмасс, резины, черных и цветных металлов и других материалов в пределах их технических возможностей.

Машины могут быть использованы в лабораториях предприятий и научно-исследовательских институтов при изучении и контроле физико-механических свойств материалов.

## ОПИСАНИЕ

Принцип действия машин основан на преобразовании нагрузки, приложенной к испытываемому образцу датчиком тензорезисторным силоизмерительным в аналоговый электрический сигнал, изменяющийся пропорционально этой нагрузке.

Приложенная нагрузка, создаваемая машинами, деформирует испытуемый образец, при этом производится измерение значения величины этой нагрузки и соответствующей ей величины деформации образца.

Машины состоят из основания и закрепленной на нем рамы с подвижной и неподвижной траверсами и электронного блока управления на приборной стойке и пульта оператора. Подвижная траверса перемещается по направляющим колоннам с помощью управляемого электромеханического привода. Скорость перемещения подвижной траверсы задается с панели электронного блока управления. Испытываемый образец устанавливается в захватах между подвижной и неподвижной траверсами. Тензорезисторный датчик размещен на подвижной траверсе. В качестве силоизмерительного тензорезисторного датчика используются датчики типа ДСТ-У фирмы «Тензо-измеритель», г.Москва, (госреестр № 38323-08). С подвижной траверсой связан датчик перемещения, выходной сигнал которого обрабатывается микропроцессором блоком и выводится на дисплей. Машины могут быть укомплектованы различными аксессуарами (захватами, экстензометрами для обеспечения различных видов измерений испытываемого образца).

Управление машиной, прием и преобразование информации в цифровую форму от датчика тензорезисторного силоизмерительного, датчика перемещения и конечных выключателей производится с пульта оператора, на панели которого расположены жидкокристаллический графический дисплей и клавиатура управления.

Машина обеспечивает:

- ввод данных и управление с клавиатуры в диалоговом режиме;
- испытание образца по заданному алгоритму;
- полную автоматизацию процесса испытания, включая ускоренный подвод подвижной плиты к образцу с автоматическим переключением скорости с ускоренной на рабочую, а также быстрый автоматический возврат траверсы в исходное положение после разрушения образца;
- математическую обработку результатов испытания;
- выдачу информации о результатах испытаний на дисплей;

- связь с внешними устройствами.

Машины выпускаются в пяти модификациях: ИР 5047-50, ИР 5047-50-01, ИР 5047-50-02, ИР 5047-50-10, ИР 5047-50-11, отличающихся комплектностью, которая расширяет возможности при испытании.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Основные технические характеристики	Модификация машины							
	ИР 5047-50	ИР 5047-50-01	ИР 5047-50-02	ИР 5047-50-10	ИР 5047-50-11			
1	2	3	4	5	6			
1. Испытательные нагрузки, кН	от 0 до 50							
2. Диапазоны измерения нагрузки, кН	от 2 до 50							
3. Пределы допускаемой погрешности машины при измерении нагрузки, % в режиме растяжения в режиме сжатия	$\pm 1$		$\pm 1$ $\pm 2$					
4. Наибольший ход подвижной траверсы, мм., не менее	800							
5. Скорость перемещения подвижной траверсы, мм/мин	от 0,1 до 500 (ступенчато)							
6. Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении перемещения подвижной траверсы, мм: До 10 мм От 10 до 800 мм	$\pm 0,1$ $\pm 0,5$							
7. Питание от сети переменного тока, напряжение, В частота, Гц	$380/220^{+10\%}_{-15\%}$ $50\pm 1$							
8. Диапазон рабочих температур, °C	От плюс 10 до плюс 35							
9. Потребляемая мощность, кВт, не более	1,2	2,0	1,2	0,75	1,05			
10. Габаритные размеры, мм, не более: установка испытательная: стойка приборная:	840x850x2300		840x910x2030 585x1305x790					
11. Масса , кг, не более: установка испытательная стойка приборная	330 100							
12. Полный средний срок службы, лет, не менее	15							
13. Вероятность безотказной работы за 1000 ч	0,92							

## ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на фирменные таблички фотохимическим способом и на титульном листе паспорта методом печати.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2

Обозначение исполнения	Состав
ИР 5047-50	1. Установка испытательная - 1 шт. 2. Стойка приборная - 1 шт. 3. Пульт оператора - 1 шт. 4. Комплект захватов – 1 компл. 5. Устройство измерения деформации - 1 шт. 6. Паспорт – 1 экз.
ИР 5047-50-01	1. Установка испытательная - 1 шт. 2. Стойка приборная - 1 шт. 3. Пульт оператора - 1 шт. 4. Комплект захватов – 1 компл. 5. Устройство измерения деформации - 1 шт. 6. ПК - 1 шт. 7. Паспорт – 1 экз.
ИР 5047-50-02	1. Установка испытательная - 1 шт. 2. Стойка приборная - 1 шт. 3. Пульт оператора - 1 шт. 4. Комплект захватов – 1 компл. 5. Паспорт – 1 экз.
ИР 5047-50-10	1. Установка испытательная - 1 шт. 2. Стойка приборная - 1 шт. 3. Пульт оператора - 1 шт. 4. Комплект захватов – 1 компл. 5. Принтер - 1 шт. 6. Приспособление для испытания на изгиб, сжатие и др. - 1 шт. 7. Паспорт – 1 экз.
ИР 5047-50-11	1. Установка испытательная - 1 шт. 2. Стойка приборная - 1 шт. 3. Пульт оператора - 1 шт. 4. Комплект захватов – 1 компл. 5. Программно – технический комплекс, включающий ПК, принтер и программное обеспечение - 1 шт. 6. Приспособление для испытания на изгиб, сжатие и др. - 1 шт. 7. Паспорт – 1 экз.

## ПОВЕРКА

Проверка машин производится по "Методике поверки" приведенной в разделе 20 паспорта Гб 2.773.171 ПС и разделе 12 паспорта Гб 2.773.255 М ПС, согласованной с ГП "ВНИИФТРИ" «09» апреля 1991 г.

Основное поверочное оборудование:

- динамометр образцовый переносной 3-го разряда по ГОСТ 9500;
- индикатор часового типа ИЧ-50 по ТУ 2-034-611;
- штангенрейсмас ШР-630-0,1 ГОСТ 164;
- секундомер типа СОП по ГОСТ 5072-79.

Межповерочный интервал - 1 год.

## **НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

1. ГОСТ 28840-90 "Машины для испытания материалов на растяжение сжатие и изгиб. Общие технические требования".
2. ТУ 25-7701.076-91. Технические условия.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Тип машин разрывных ИР 5047-50 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

---

Изготовитель: ОАО “Точприбор” 153582, г.Иваново, ул. Лежневская , 183.  
Тел.: (4932) 23-45-95  
Факс: (4932) 23-29-44  
e-mail: ivanovo@tochpribor.su  
www.tochpribor.su

Технический директор ОАО “Точприбор”

