

Подлежит публикации  
в открытой печати

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ГЦИ СИ "ВНИИМС"

В.Н. Яншин

2007



КОПИЯ  
РЕПРИНТА

Ген. директор  
ООО "НПО Авион"  
Макроусов С.А.



pH-метры милливольтметры мод. pH-410 и pH 420

Внесены в Государственный  
реестр средств измерений  
Регистрационный № 36275-07  
Взамен №

Выпускаются по техническим условиям ТУ 4215-008-81696414-2007

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

pH-метры-милливольтметры мод. pH-410 и pH 420 (далее по тексту - pH-метры), предназначены для измерения водородного показателя (pH), окисительно-восстановительных потенциалов (Eh) и температуры водных растворов.

pH-метры-милливольтметры являются портативными приборами с сетевым и автономным питанием и предназначены для применения в народном хозяйстве в лабораториях предприятий и научно-исследовательских учреждений различных отраслей промышленности, в хлебопекарной промышленности, в мясной промышленности, а также в области охраны окружающей природной среды.

## ОПИСАНИЕ

pH метр представляет собой электронный прибор, построенный на базе микропроцессора, преобразующего электрический сигнал измерительных электродных систем в цифровой код и набора электродов. В режиме измерения активности ионов водорода pH прибор должен обеспечивать настройку на параметры электродной системы. Для исключения влияния температуры измеряемых растворов предусмотрен режим автоматической термокомпенсации. Модель pH-метров-милливольтметров pH 420 конструктивно имеет элементную базу с расширенным программным обеспечением.

Отсчет значений измеряемой величины (рН, мВ, °С) по дисплею: для мод. pH 410 - ЖКД знакосинтезирующий размером 33x55 мм; для мод. pH 420 – ЖКД графический с разрешением 133x64 и размером 66x54 мм.

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры контролируемой среды (условия работы электродов):

- 1) анализируемая среда - водные растворы неорганических и органических соединений, технологические растворы;
- 2) температура анализируемой среды от 0 до 100°С, образование пленок и осадков не допускается;
- 3) температура анализируемой среды при измерении окислительно-восстановительного потенциала ( $25\pm5$ ) °С, образование пленок и осадков не допускается.

Диапазоны измерения и цена единиц младшего разряда преобразователя должны соответствовать значениям таблицы 1.

Таблица 1

Измеряемая величина	Ед. изм.	Диапазон измерения	Цена единицы младшего разряда (дискретность)	
			pH 410	pH 420
Водородный показатель, pH (при подключении электрода ЭСК-1.7)	pH	от 0 до 14	0,01	0,01
Окислительно-восстановительный потенциал	мВ	от -999,9 до +999,9; от -1999 до -1000 от +1000 до +1999	0,1 1,0 1,0	0,1 0,1 0,1
Температура анализируемой среды	°С	от 0 до +100°С	0,1	0,1

Пределы допускаемых значений основной абсолютной погрешности pH-метров-милливольтметров должны соответствовать таблице 2.

Таблица 2

Измеряемая величина	Пределы допускаемых значений основной абсолютной погрешности		
	преобразовате-	pH 410	pH 420
Водородный показатель с электродом ЭСЛК-01.7	-	±0,05	±0,03
Окислительно-восстановительный потенциал, мВ	±2,0		
Температура анализируемой среды, °C	-	±2	±2

Пределы допускаемых значений дополнительных погрешностей pH-метров-милливольтметров, вызванных изменениями влияющих величин, должны соответствовать таблице 3.

Таблица 3

Влияющие величины	Значения влияющих величин	Пределы допускаемых значений дополнительной погрешности в пределах допускаемой основной абсолютной погрешности прибора в режиме измерения		
		активности ионов	потенциала	температуры анализируемой среды
Температура окружающего воздуха, на каждые 10 °C	от минус 5 до 40°C	0,3	0,4	0,2
Температура анализируемой среды при автоматической термокомпенсации	от 0 до +100°C	0,6	-	-
Сопротивление измерительного электрода, на каждые 500 Мом	от 0 до 1000 Мом	0,4	0,6	-
Напряжение переменного тока частотой 50 Гц в цепи вспомогательного электрода	от 0 до 50 мВ	0,4	0,6	-

Относительная влажность окружающего воздуха	при 25 °C	0,8	1,2	-
Стабильность показаний pH	3 ч работы	pH 410 - 0,03; pH 420 - 0,02		

Время установления рабочего режима преобразователя должно быть не более 60 с, а время установления показаний pH метров зависит от состава контролируемой среды и качества электродов и не должно превышать 10 минут.

### Электропитание:

-автономное – от двух никель-металлгидридных аккумуляторов типоразмера AA 1,2 В; продолжительность непрерывной работы без подзарядки аккумуляторной батареи должна быть не менее 4 ч

-сетевое через сетевой адаптер с номинальным выходным напряжением 9 вольт при подключении к однофазной сети переменного тока с частотой  $(50\pm1)$  Гц и напряжением  $220\pm22$  В

Масса без упаковки, кг не более 0,7

Габаритные размеры, мм 183×84×55

Средняя наработка на отказ  $T_0$  преобразователя рН-метра с учетом технического обслуживания не менее 2500ч.

pH-метр в упаковке должен обладать прочностью при транспортировании после воздействия влияющей величины в предельных условиях транспортирования по таблице 5 для группы 3 ГОСТ 22261.

Средняя наработка на отказ  $T_0$  преобразователя pH-метра с учетом технического обслуживания должна быть не менее 2500 ч.

## ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на лицевую панель рН-метров-милливольтметров мод. pH-410 и pH 420.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки pH-метров-милливольтметров входят:

Обозначение	Наименование	Кол-во	
		pH 410	pH 420
4215-008.1-81696414-2007 ТУ	pH-метр-милливольтметр	1	-
4215-008.2-81696414-2007 ТУ	pH-метр-милливольтметр	-	1
	Сетевой адаптер БНП-9.05Е	1	1
	Стандарт-титры* (комплект)	1	1
4215-016-81696414-2007 ТУ	Электрод стеклянный лабораторный комбинированный ЭСЛК-01.7	1	1
4215-008.1-81696414-2007 ПС	Паспорт «pH-метр-милливольтметр мод pH 410»	1	-
4215-008.2-81696414-2007 ПС	Паспорт «pH-метр-милливольтметр мод pH 420»	-	1
4215-008-81696414-2007 РЭ	«pH-метры милливольтметры мод pH 410, pH 420» Руководство по эксплуатации	1	1
4215-008-81696414МП	Инструкция «pH-метры милливольтметры мод pH 410, pH 420. Методика поверки».	1	1

Примечания: \*дополнительные электроды и комплект стандарт-титров поставляются по согласованию с заказчиком.

## ПОВЕРКА.

Проверка производится в соответствии с инструкцией «pH-метры-милливольтметры мод. pH 410 и pH 420 . Методика поверки», разработанной и утвержденной ГЦИ СИ ФГУП ВНИИМС и входящей в комплект поставки.

Проверочное оборудование, необходимое для поверки: источник калибриванных напряжений с диапазоном измерения напряжения минус 2 ÷ 2В, класс точности 0,01, и имитатор электродной системы И-02.

Межпроверочный интервал – 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  
«рН-метры-милливольтметры мод. рН-410 и рН 420». Технические условия  
4215-008-81696414-2007

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип рН-метров-милливольтметров мод. рН-410 и рН 420 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «НПО Аквилон» ИНН 5036084980

Россия, Московская обл., г. Подольск, Домодедовское ш., д. 1

Генеральный директор  
ООО «НПО Аквилон»

С.Л. Мокроусов

