

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Приложение к сертификату
№ 20528 об утверждении типа
средств измерений

СОГЛАСОВАНО
Руководитель ГЦИ СИ
ФГУ «Кировский ЦСМ»



Н. А. Суворова

2010 год

Угломеры с нониусом
Тип 1

Внесены в Государственный реестр
средств измерений

Регистрационный номер 317-05

Взамен №

Выпускаются по ГОСТ 5378-88.

Назначение и область применения

Угломеры с нониусом типа 1 предназначены для измерения наружных углов от 0° до 180°.

Применяются в различных отраслях промышленности.

Описание

Принцип действия механический.

На основании, выполненном в виде полудиска, нанесена угловая шкала через 1° от 0° до 120°, причем каждое десятое деление до 90° оцифровано. Остальные деления предназначены для отсчета с помощью нониуса долей градуса. На оси основания укреплена деталь, одна часть которой представляет собой сектор с укрепленным на нем нониусом, а другая выполнена в виде линейки, измерительной поверхностью которой пользуются при измерении углов выше 90° и до 180°. На эту линейку надевается угольник, с помощью которого измеряются углы от 0° до 90°. На основании жестко укреплена вторая линейка, неподвижная. Измерительная поверхность этой линейки является стороной угла, с которым сравнивается угол измеряемого изделия. Угломеры оснащены микрометрической подачей. Для фиксации размера угломеры имеют стопорный винт.

Число модификаций - 2 (1-2; 1-5), отличающихся друг от друга величиной отсчета по нониусу.

Основные технические характеристики

1 Диапазон измерения углов – от 0° до 180°.

2 Значение отсчета по нониусу угломеров модификаций: 1-2..... 2';
1-5..... 5'.

3 Пределы допускаемой погрешности как при незатянутом, так и при затянутом стопоре угломеров модификаций: 1-2..... ±2';
1-5..... ±5'.

4 Габаритные размеры – не более 140x18x126 мм.

5 Масса – не более 0,2 кг.

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

6 Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха (20 ± 15) °C, относительная влажность воздуха от 30 % до 80 %, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

7 Средний срок службы – не менее 8 лет.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносят на основание или на линейку угломера методом лазерной гравировки или методом наклейки, на титульный лист эксплуатационного документа – типографским способом.

Комплектность

В комплектность входят:

- угломер;
- футляр;
- эксплуатационный документ.

Проверка

Проверку угломеров осуществляют в соответствии с МИ 2131-90 «ГСИ. Угломеры с нониусом. Методика поверки».

Межпроверочный интервал – 1 год.

Нормативные документы

ГОСТ 8.016-81 «ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений плоского угла».

ГОСТ 5378-88 «Угломеры с нониусом. Технические условия».

Заключение

Тип угломера с нониусом типа 1 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Изготовитель: «Кировский завод «Красный инструментальщик»
(закрытое акционерное общество).

Адрес: Россия, 610000, г. Киров, ул. Карла Маркса, 18.

Телефон: (8332) 64-33-18.

Факс: (8332) 64-57-54.

Генеральный директор «Кировского
завода «Красный инструментальщик»
(закрытого акционерного общества)

М.П.



А. В. Токарев