


Генеральный директор
ООО «ТРЭИ ГмбХ»
Главный бухгалтер

С.Г. Сухорукова



Копия верна

СОГЛАСОВАНО
Руководитель ГЦИ СИ
ФГУ «Пензенский ЦСМ», д.т.н., проф.



А.А. Данилов

2008 г

КОМПЛЕКСЫ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ «TREI»	<p>Внесены в Государственный реестр средств измерений</p> <p>Регистрационный № 38 946-08</p> <p>Взамен</p>
--	--

Выпускаются по техническим условиям ТУ 4252-008-41398960-03.

Назначение и область применения

Комплексы программно-технические «TREI» (далее ПТК «TREI») предназначены для измерений электрического тока, напряжения, температуры, частоты, периода, длительности и количества импульсов, давления, перепада давления, плотности, уровня, объёмного и массового расхода и других физических величин, а также для воспроизведения электрического тока и напряжения.

Область применения – автоматизированные измерительные и управляющие системы, функционирующие в сфере осуществления торговых операций (в том числе во взрывоопасных производствах) и взаимных расчетов между покупателем и продавцом и обеспечивающие измерение, учет (в том числе коммерческий) и/или регулирование (в том числе с целью энергосбережения) топливно-энергетических ресурсов – тепловой энергии и теплоносителя (перегретого и насыщенного пара, горячей и холодной воды), а также оперативный контроль и архивирование текущих и усредненных значений измеряемых физических величин. ПТК «TREI» могут быть использованы в системах с резервированием и дублированием, в том числе в системах противоаварийных блокировок и защит.

Описание

ПТК «TREI» представляют собой двухуровневую структуру, и в общем случае могут состоять из следующих компонентов:

Компоненты верхнего уровня:

- Компьютерное оборудование на базе IBM-совместимых компьютеров (модификации не ниже Pentium IV, операционные системы MS DOS, MS Windows, Linux), которые через стандартные интерфейсы связаны с компонентами нижнего уровня.

Компоненты нижнего уровня:

- устройства программного управления TREI-5B-02, TREI-5B-04, TREI-5B-05 (далее УПУ TREI-5B), ТУ 4060-003-41398960-96, (№ 31404-06 в Государственном реестре средств измерений);
- групповые барьеры искрозащиты TREI-B700 (далее барьеры «TREI-B700»), ТУ 4217-007-41398960-03.

Компоненты нижнего уровня могут встраиваться в шкафы.

ПТК «TREI» обеспечивают выполнение следующих функций:

- а) измерение аналоговых сигналов тока и напряжения по ГОСТ 26.011, поступающих от датчиков физических величин и преобразование результатов измерений в соответствующие значения измеряемых физических величин (давления, перепада давления, температуры, уровня, объёмного и массового расхода, плотности и др.);
- б) измерение сопротивлений термопреобразователей сопротивлений, обладающих нормированными статическими характеристиками (НСХ) по ГОСТ 6651, ГОСТ 8.625 и преобразование результатов измерений в соответствующие значения температуры;
- в) измерение напряжений термопар, обладающих НСХ по ГОСТ Р 8.585, и преобразование результатов измерений в соответствующие значения температуры;
- г) измерение параметров импульсных периодических сигналов (длительности импульса, частоты, периода, числа импульсов), поступающих от датчиков физических величин и преобразование результатов измерений в соответствующие значения измеряемых физических величин (давления, перепада давления, температуры, объёмного и массового расхода, плотности и др.);
- д) измерение физических величин с помощью датчиков и преобразователей измерительных с цифровыми выходами, регламентированными стандартными интерфейсами HART, RS-232, RS-485, Ethernet, CAN;
- е) воспроизведение тока и напряжения в диапазонах, соответствующих ГОСТ 26.011, в том числе для целей управления и регулирования сложными техническими объектами и системами;
- ж) формирование управляющих воздействий для целей управления и регулирования для исполнительных устройств, обладающих стандартными интерфейсами HART, RS-232, RS-485, Ethernet, CAN;
- з) измерение параметров теплоносителя (плотности, коэффициента динамической вязкости и энталпии) по результатам измерений абсолютного давления и температуры теплоносителя;
- и) измерение массы, объема (количества), массового и объемного расхода теплоносителя, прошедшего в течение заданного интервала времени по трубопроводу, согласно методике выполнения измерений, регламентированной ГОСТ 8.586.5, и датчиков температуры, давления и перепада давления, установленных на стандартных сужающих устройствах по ГОСТ 8.586.1;
- к) измерение объемного расхода и массы теплоносителя, прошедшего в течение заданного интервала времени по трубопроводу, с помощью измерителей объемного расхода и массы теплоносителя, обладающих аналоговыми выходными сигналами тока и напряжения по ГОСТ 26.011;
- л) измерение массы и тепловой энергии теплоносителя, отпускаемой или потребляемой в течение заданного интервала времени по узлам учета любой конфигурации, реализуемой с помощью ПТК «TREI» на объекте Пользователя согласно «Правил учёта тепловой энергии и теплоносителя».
- м) измерение параметров природного газа (плотности, коэффициента динамической вязкости и показателя адиабаты) по результатам измерений абсолютного давления, температуры и данным по компонентному составу газа, который вводится с клавиатуры;

н) измерение коэффициента сжимаемости природного газа (методами NX79мод., GERG-91мод., AGA8-92DC, ВНИИЦ СМВ, регламентированными ГОСТ 30319.2) по результатам измерений абсолютного давления, температуры и данным по компонентному составу газа, который вводится с клавиатуры;

о) измерение объёма и объемного расхода природного газа, приведённого к стандартным условиям по ГОСТ 30319.0 и прошедшего в течение заданного интервала времени по трубопроводу, согласно методике выполнения измерений, регламентированной ГОСТ 8.563.2, и с помощью датчиков температуры, давления и перепада давления, установленных на стандартных сужающих устройствах по ГОСТ 8.563.1;

п) измерение объемного расхода и объёма газа, приведённого к стандартным условиям по ГОСТ 30319.0 и прошедшего в течение заданного интервала времени по трубопроводу, с помощью измерителей объемного расхода и объёма газа, обладающих аналоговыми выходными сигналами тока и напряжения по ГОСТ 26.011;

р) измерение объёма и массы газа, отпускаемого или потребляемого в течение заданного интервала времени по узлам учета любой конфигурации, реализуемой с помощью ПТК «TREI» на объекте Пользователя согласно «Правил учёта газа»;

ПТК «TREI» обеспечивают:

а) защиту данных и результатов вычислений от несанкционированного изменения;

б) сохранение данных и результатов вычислений при обесточивании сети питания;

в) формирование световой и звуковой сигнализации выхода за регламентированные (устанавливаемые) границы значений любых измеряемых физических величин;

г) формирование, архивирование и визуализацию часовых, сменных и суточных трендов (средних, суммарных, экстремальных и текущих значений) любых измеряемых или рассчитываемых значений физических величин.

ПТК «TREI» содержат измерительные преобразователи тока, напряжения, сопротивления, температуры (с помощью термопар и термометров сопротивления), параметров импульсного сигнала, образованные устройствами программного управления TREI-5В (№ 31404-06 в Государственном реестре средств измерений).

Измерительные каналы реализованы в виде модулей-мезонинов, либо являются составной частью модулей ввода/вывода. Модули-мезонины являются самостоятельными конструктивными единицами, имеют единый формат и реализуют от одного до четырех измерительных каналов. Все настроочные данные хранятся в ПЗУ модуля-мезонина или модуля ввода/вывода (если измерительный канал конструктивно является составной частью модуля ввода/вывода).

ПТК «TREI» содержит унифицированную номенклатуру измерительных каналов.

Нормирующим значением для приведенных погрешностей является диапазон изменения выходного сигнала.

Основные технические характеристики

Диапазон измерений, входное сопротивление, пределы допускаемой основной приведенной погрешности и пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности, вызванной отклонением температуры окружающей среды от нормальной на каждые 10 °С в диапазоне рабочих температур, измерительных каналов аналогового ввода тока и напряжения представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные технические характеристики каналов аналогового ввода тока и напряжения

Обозначение канала	Диапазон измерений	Входное сопротивление	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, %	Пределы допускаемой дополнительной приведённой температурной погрешности, %/10 °C
AI-0-5mA, AI-5mA	от 0 до 5 мА от -5 до 5 мА	не более 170 Ом	± 0,05	± 0,025
AI-10mA	от -10 до 10 мА	не более 170 Ом		
AI-0-20mA AI-4-20mA	от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА	не более 170 Ом	± 0,025	± 0,015
AI-0-20mA-PR AI-4-20mA-PR	от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА	не более 170 Ом		
AI-0-5mA-M, AI-5mA-M	от 0 до 5 мА от -5 до 5 мА	не более 170 Ом	± 0,05	± 0,025
AI-10mA-M	от -10 до 10 мА	не более 170 Ом		
AI-0-20mA-M, AI-4-20mA-M	от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА	не более 170 Ом	± 0,1	± 0,05 в диапазоне от 0 (включ.) до 60 °C; ± 0,1 в диапазоне от -60 до 0 °C
AI-0-5mA-L AI-0-20mA-L AI-4-20mA-L	от 0 до 5 мА от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА	не более 410 Ом не более 110 Ом		
AI-0-20mA-N AI-4-20mA-N	от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА	не более 110 Ом	± 0,5	± 0,25 в диапазоне от 0 (включ.) до 60 °C; ± 0,5 в диапазоне от -60 до 0 °C
AI-0-20mA-NM AI-4-20mA-NM	от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА	не более 110 Ом		
AI-0-5mA-N	от 0 до 5 мА	не более 110 Ом	± 0,05	± 0,025
AI-0-5mA-NM		не более 110 Ом		
AI-0-5V AI-5V AI-0-10V AI-10V	от 0 до 5 В от -5 до 5 В от 0 до 10 В от -10 до 10 В	не менее 30 кОм	± 0,1	± 0,05
AI-0-5V-M AI-5V-M AI-0-10V-M AI-10V-M	от 0 до 5 В от -5 до 5 В от 0 до 10 В от -10 до 10 В	не менее 30 кОм		
AI-0-19mV AI-19mV	от 0 до 19 мВ от -19 до 19 мВ	не менее 350 кОм	± 0,1	± 0,025
AI-0-19mV-M AI-19mV-M	от 0 до 19 мВ от -19 до 19 мВ			
AI-0-75mV AI-75mV	от 0 до 75 мВ от -75 до 75 мВ		± 0,05	± 0,025
AI-0-75mV-M AI-75mV-M	от 0 до 75 мВ от -75 до 75 мВ			
			± 0,05	± 0,025

Продолжение таблицы 1

Обозначение канала	Диапазон измерений	Входное сопротивление	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, %	Пределы допускаемой дополнительной приведённой температурной погрешности, %/10 °C
AI-0-75mV-PR	от 0 до 75 мВ	не менее 350 кОм	± 0,025	± 0,015
AI-75mV-PR	от -75 до 75 мВ			
AI-0-5V-PR	от 0 до 5 В			
AI-5V-PR	от -5 до 5 В			
AI-0-10V-PR	от 0 до 10 В	не менее 30 кОм	± 0,025	± 0,015
AI-10V-PR	от -10 до 10 В			

Диапазон измерений, пределы допускаемой основной приведенной погрешности и пределы допускаемой дополнительной приведённой погрешности, вызванной отклонением температуры окружающей среды от нормальной на каждые 10 °C в диапазоне рабочих температур, измерительных каналов аналогового ввода сопротивления представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Основные технические характеристики каналов аналогового ввода сопротивления

Обозначение канала	Диапазон измерений, Ом	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, %	Пределы допускаемой дополнительной приведённой температурной погрешности, %/10 °C
AR-100Om, R3-100Om, R4-100Om		± 0,025	± 0,015
AR-100Om-M, R4-100Om-M	от 0 до 100	± 0,025	± 0,025
R3-100Om-M		± 0,04	± 0,040
AR-200Om, R3-200Om, R4-200Om		± 0,025	± 0,015
AR-200Om-M, R4-200Om-M	от 0 до 200	± 0,025	± 0,025
R3-200Om-M		± 0,04	± 0,040
AR-500Om, R3-500Om, R4-500Om		± 0,025	± 0,015
AR-500Om-M, R4-500Om-M	от 0 до 500	± 0,025	± 0,025
R3-500Om-M		± 0,04	± 0,040

Для каналов аналогового ввода тока, напряжения и сопротивления:

- Коэффициент ослабления помехи нормального вида не менее 55 дБ.
- Коэффициент ослабления помехи общего вида частоты питающей сети не менее 100 дБ.
- Коэффициент ослабления помехи общего вида постоянного тока не менее 100 дБ.

Активные каналы аналогового вывода тока и напряжения являются источниками сигнала. Пассивные каналы аналогового вывода тока регулируют ток во внешней цепи и для их

работы нужен дополнительный источник постоянного напряжения с диапазоном выходного напряжения от 15 до 30 В и нагрузочной способностью не менее 25 мА.

Диапазон изменений выходного тока, выходное сопротивление, пределы допускаемой основной приведенной погрешности и пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности, вызванной отклонением температуры окружающей среды от нормальной на каждые 10 °С в диапазоне рабочих температур каналов аналогового вывода тока и напряжения представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Основные технические характеристики каналов аналогового вывода тока и напряжения

Обозначение канала	Диапазон выходного сигнала	Выходное сопротивление	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, %	Пределы допускаемой дополнительной приведённой температурной погрешности, %/10 °C
AO-0-20mA	от 0 до 20 мА	не менее 5 МОм	± 0,1	± 0,050
AO-4-20mA	от 4 до 20 мА			
AO-E-0-20mA	от 0 до 20 мА	не менее 5 МОм	± 0,05	± 0,025
AO-E-4-20mA	от 4 до 20 мА			
AO-0-5V	от 0 до 5 В	не более 0,05 Ом	± 0,1	± 0,050
AO-0-10V	от 0 до 10 В			

В качестве задатчика тока для термопреобразователя сопротивления в каналах TR используется модуль-мезонин ОРС или модуль MSC. В каналах T3 и T4 используется источник тока, аппаратно совмещенный с измерительной частью. В каналах TR и T4 измеряемое сопротивление подключается по четырех проводной схеме, а в каналах T3 – по трёхпроводной схеме с компенсацией сопротивления общего провода.

Диапазон измерений, пределы допускаемой основной абсолютной погрешности преобразования сигналов термопреобразователей сопротивления, подключаемых к измерительным каналам по трех и четырех проводной схеме, и пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности преобразования сигналов термопреобразователей сопротивления, вызванной отклонением температуры окружающей среды от нормальной на каждые 10 °С в диапазоне рабочих температур, приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Основные технические характеристики каналов аналогового ввода температуры с помощью термопреобразователей сопротивления

Обозначение канала	Диапазон измерений, °C	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, °C	Пределы допускаемой дополнительной абсолютной температурной погрешности, °C/10 °C
TR-50P, T3-50P, T4-50P TR-100P, T3-100P, T4-100P	от -200 до 1100	± 0,4	± 0,25
TR-50PA, T3-50PA, T4-50PA TR-100PA, T3-100PA, T4-100PA	от -200 до 850		

Продолжение таблицы 4

Обозначение канала	Диапазон измерений, °C	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, °C	Пределы допускаемой дополнительной абсолютной температурной погрешности, °C/10 °C
TR-50PC, T3-50PC, T4-50PC TR-100PC, T3-100PC, T4-100PC	от -200 до 850		
TR-50PB, T3-50PB, T4-50PB TR-100PB, T3-100PB, T4-100PB	от -200 до 400		
TR-50PBA, T3-50PBA, T4-50PBA TR-100PBA, T3-100PBA, T4-100PBA	от -200 до 400	± 0,2	± 0,1
TR-50PBC, T3-50PBC, T4-50PBC TR-100PBC, T3-100PBC, T4-100PBC	от -200 до 400		
TR-50PT, T4-50PT TR-100PT, T4-100PT	от -50 до 80	± 0,1	± 0,06
TR-50PTA, T4-50PTA TR-100PTA, T4-100PTA	от -50 до 80		
TR-50PTC, T4-50PTC TR-100PTC, T4-100PTC	от -50 до 80		
TR-50M, T3-50M, T4-50M TR-100M, T3-100M, T4-100M	от -200 до 200	± 0,2	± 0,1
TR-50MA, T3-50MA, T4-50MA TR-100MA, T3-100MA, T4-100MA	от -50 до 200		
TR-50MC, T3-50MC, T4-50MC TR-100MC, T3-100MC, T4-100MC	от -180 до 200		
TR-100N, T3-100N, T4-100N	от -40 до 180	± 0,1	± 0,07
TR-21, T3-21, T4-21	от -200 до 600	± 0,3	± 0,2
TR-23, T3-23, T4-23	от -50 до 180	± 0,3	± 0,2

Диапазон измерений, пределы допускаемой основной абсолютной погрешности преобразования сигналов термопреобразователей сопротивления, подключаемых к измерительным каналам с мультиплексированием по трех и четырех проводной схеме, и пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности преобразования сигналов термопреобразователей сопротивления, вызванной отклонением температуры окружающей среды от нормальной на каждые 10 °C в диапазоне рабочих температур, приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Основные технические характеристики каналов аналогового ввода температуры с помощью термопреобразователей сопротивления с мультиплексированием

Обозначение канала	Диапазон измерений, °C	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, °C	Пределы допускаемой дополнительной абсолютной температурной погрешности, °C/10 °C
TR-50P-M, TR-100P-M	от -200 до 1100	$\pm 0,4$	$\pm 0,4$
TR-50PA-M, TR-100PA-M, TR-50PC-M, TR-100PC-M	от -200 до 850		
T3-50P-M, T3-100P-M	от -200 до 1100	$\pm 0,6$	$\pm 0,6$
T3-50PA-M, T3-100PA-M T3-50PC-M, T3-100PC-M	от -200 до 850		
T4-50P-M, T4-100P-M	от -200 до 1100	$\pm 0,4$	$\pm 0,4$
T4-50PA-M, T4-100PA-M T4-50PC-M, T4-100PC-M	от -200 до 850		
TR-50PB-M, TR-100PB-M, TR-50PBA-M, TR-100PBA-M, TR-50PBC-M, TR-100PBC-M	от -200 до 400	$\pm 0,2$	$\pm 0,2$
T4-50PB-M, T4-100PB-M, T4-50PBA-M, T4-100PBA-M, T4-50PBC-M, T4-100PBC-M	от -200 до 400	$\pm 0,3$	$\pm 0,3$
TR-50M-M, TR-100M-M,	от -200 до 200	$\pm 0,2$	$\pm 0,2$
TR-50MA-M, TR-100MA-M	от -50 до 200		
TR-50MC-M, TR-100MC-M	от -180 до 200		
T3-50M-M, T3-100M-M	от -200 до 200	$\pm 0,4$	$\pm 0,4$
T3-50MA-M, T3-100MA-M	от -50 до 200		
T3-50MC-M, T3-100MC-M	от -180 до 200		
T4-50M-M, T4-100M-M	от -200 до 200	$\pm 0,3$	$\pm 0,3$
T4-50MA-M, T4-100MA-M	от -50 до 200		
T4-50MC-M, T4-100MC-M	от -180 до 200		
TR-100N-M	от -40 до 180	$\pm 0,1$	$\pm 0,1$
T3-100N-M	от -40 до 180	$\pm 0,3$	$\pm 0,3$
T4-100N-M	от -40 до 180	$\pm 0,2$	$\pm 0,2$
TR-21-M	от -200 до 600	$\pm 0,3$	$\pm 0,3$
T3-21-M	от -200 до 600	$\pm 0,4$	$\pm 0,4$
T4-21-M	от -200 до 600	$\pm 0,3$	$\pm 0,3$
TR-23-M	от -50 до 180	$\pm 0,3$	$\pm 0,3$
T3-23-M	от -50 до 180	$\pm 0,4$	$\pm 0,4$
T4-23-M	от -50 до 180	$\pm 0,3$	$\pm 0,3$

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности преобразования сигналов термопар и пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности преобразования сигналов термопар, вызванной отклонением температуры окружающей среды от нормальной на каждые 10 °C в диапазоне рабочих температур, для измерительных каналов аналогового ввода температуры с помощью термопар и каналов с мультиплексированием представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Основные технические характеристики измерительных каналов аналогового ввода температуры с помощью термопар и каналов с мультиплексированием

Обозначение канала	Диапазон измерений, °C	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, °C	Пределы допускаемой дополнительной абсолютной температурной погрешности, °C/10 °C
TC-S, TC-S-M	от 0 до 100	± 4,0	± 0,5
	от 100 до 400	± 3,0	± 0,4
	от 400 до 1600	± 2,0	± 0,4
TC-B, TC-B-M	от 300 до 500	± 5,0	± 1,0
	от 500 до 650	± 4,0	± 0,8
	от 650 до 950	± 3,0	± 0,5
	от 950 до 1800	± 2,0	± 0,4
TC-J, TC-J-M	от -200 до -150	± 2,0	± 1,0
	от -150 до 0	± 1,0	± 0,8
	от 0 до 200	± 0,8	± 0,5
	от 200 до 1000	± 0,7	± 0,5
TC-T, TC-T-M	от -250 до -200	± 3,0	± 1,0
	от -200 до -100	± 1,5	± 0,4
	от -100 до 0	± 0,7	± 0,2
	от 0 до 200	± 0,5	± 0,15
	от 200 до 370	± 0,4	± 0,1
TC-E, TC-E-M	от -100 до 0	± 1,0	± 0,5
	от 0 до 100	± 0,7	± 0,4
	от 100 до 300	± 0,6	± 0,4
	от 300 до 900	± 0,5	± 0,4
TC-K, TC-K-M	от -200 до -50	± 2,0	± 1,5
	от -50 до 1300	± 1,0	± 0,8
TC-N, TC-N-M	от -200 до -100	± 4,0	± 2,5
	от -100 до 0	± 2,0	± 1,5
	от 0 до 600	± 1,5	± 1,0
	от 600 до 1300	± 1,0	± 0,6
TC-A1, TC-A1-M	от 0 до 1500	± 0,8	± 0,5
	от 1500 до 2500	± 1,0	± 0,8

Продолжение таблицы 6

Обозначение канала	Диапазон измерений, °C	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, °C	Пределы допускаемой дополнительной абсолютной температурной погрешности, °C/10 °C
TC-A2, TC-A2-M	от 0 до 200	± 0,8	± 0,5
	от 200 до 1000	± 0,6	± 0,4
	от 1000 до 1780	± 0,8	± 0,5
TC-A3, TC-A3-M	от 0 до 200	± 0,8	± 0,5
	от 200 до 1000	± 0,6	± 0,4
	от 1000 до 1780	± 0,8	± 0,5
TC-L, TC-L-M	от -200 до -100	± 1,5	± 0,8
	от -100 до 200	± 0,8	± 0,5
	от 200 до 800	± 0,5	± 0,3
Примечания			
1. Пределы допускаемой погрешности преобразования сигналов термопар представлены без учета погрешности преобразования температуры холодного спая.			
2. Для учета температуры холодного спая используется один из каналов преобразования сигналов от термопреобразователей сопротивления, пределы допускаемой основной абсолютной погрешности которого приведены в таблице 6 (без учета погрешности термопреобразователя сопротивления) или канал измерения температуры TMI.			
3. Для точек, попадающих на границы двух температурных диапазонов с разной допускаемой погрешностью, погрешность принимается для диапазона с большей температурой.			

Время установления показаний каналов аналогового ввода тока, напряжения, сопротивления, температуры (ввод сигналов термопар и термопреобразователей сопротивления) без мультиплексирования и время установления заданного значения выходного тока и напряжения любого канала аналогового вывода не более 1 с.

Время установления показаний каналов аналогового ввода тока, напряжения, сопротивления, температуры (ввод сигналов термопар и термопреобразователей сопротивления) с мультиплексированием не более 4 с.

Канал измерения температуры TMI с датчиком, интегрированным в модули ввода/вывода, предназначен для измерений температуры холодного спая термопар, подключенных непосредственно к модулю ввода/вывода (таблица 7).

Таблица 7

Обозначение канала	Диапазон измерений, °C	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, °C
TMI	от -60 до 60	± 2

Характеристики каналов импульсного ввода представлены в таблице 8.

Таблица 8

Обозначение канала	Диапазон измерений	Минимальная длительность входного импульса и паузы, мкс	Максимальная частота на входе канала, кГц
CI-NI-5, CI-NI-12, CI-NI-24	от 0 до ($2^{32}-1$) импульсов	10	50
CI-DI-5, CI-DI-12, CI-DI-24, CI-DI-5-N(P), CI-DI-12-N(P), CI-DI-24-N(P)	от 0 до ($2^{32}-1$) импульсов	100	5
CI-FI-5, CI-FI-12, CI-FI-24	от 10 Гц до 50 кГц	10	50
CI-PI-5, CI-PI-12, CI-PI-24	от 10 мкс до 114 мин	10	50
CI-TI-5, CI-TI-12, CI-TI-24	от 10 мкс до 114 мин	10	50
CI-MI-5, CI-MI-12, CI-MI-24	от 0 до ($2^{32}-1$) импульсов от 0,01 Гц до 100 кГц от 10 мкс до 150 с от 5 мкс до 150 с	5	100

Диапазоны входных напряжений и номинальный входной ток каналов импульсного ввода, представлены в таблице 9.

Таблица 9 – Диапазон входных напряжений и номинальный входной ток каналов импульсного ввода

Обозначение канала	Уровни входных сигналов, В		Номинальный входной ток, мА
	Лог «0», не более	Лог «1»	
CI-NI-5, CI-DI-5, CI-DI-5-N(P), CI-FI-5, CI-PI-5, CI-TI-5, CI-MI-5	1,0	от 3 до 8	5
CI-NI-12, CI-DI-12, CI-DI-12-N(P), CI-FI-12, CI-PI-12, CI-TI-12, CI-MI-12	2,5	от 8 до 18	5
CI-NI-24, CI-DI-24, CI-DI-24-N(P), CI-FI-24, CI-PI-24, CI-TI-24, CI-MI-24	5,0	от 15 до 36	8

Пределы допускаемой основной относительной погрешности δ_0 частоты опорного генератора модулей импульсного ввода $\pm 1 \cdot 10^{-5}$.

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности частоты опорного генератора, вызванной отклонением температуры окружающей среды от нормальной на каждые 10°C в диапазоне рабочих температур, $\pm 3 \cdot 10^{-5}$.

Нестабильность частоты опорного генератора за 1 год не более $\pm 5 \cdot 10^{-6}$.

Среднее квадратическое отклонение частоты опорного генератора за 100 с не более $1 \cdot 10^{-6}$.

Диапазон измеряемых частот импульсов положительной полярности, номинальное время измерений частоты в режимах F0, F1, F2, F3 и пределы допускаемой основной приведенной погрешности в каналах CI-FI-5, CI-FI-12, CI-FI-24 и CI-MI-5, CI-MI-12, CI-MI-24 должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 10.

Таблица 10

Каналы	Режим	Время измерений, с	Диапазон измеряемых частот, Гц	Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений частоты
CI-FI	F0	1,67	10 - 50 000	$\delta_f = \delta_0 + \frac{3}{T_m \cdot f}$
	F1	3,35		
	F2	6,71		
	F3	13,4		
CI-MI	-	$T_m = \frac{1}{f}$	0,01 - 0,05	$\pm 10^{-4}$
		20	0,05 - 10	
		$T_m = \frac{200}{f}$	10 - 100 000	

Примечания
 δ_0 - основная относительная погрешность частоты опорного генератора канала;
 T_m - время измерения (счета), с;
 f - результат измерений частоты, Гц

Диапазон измерений периода следования импульсов в режимах D0, D1, D2, D3 (для каналов CI-PI) и диапазон измерений длительности импульсов отрицательной и положительной полярности в режимах P0, P1, P2, P3 (для каналов CI-TI) должен соответствовать требованиям, приведенным в таблице 11.

Диапазон измерений периода следования импульсов и диапазон измерений длительностей импульсов отрицательной и положительной полярности для каналов CI-MI должен соответствовать требованиям, приведенным в таблице 11.

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений периода следования импульсов (для каналов CI-PI и CI-MI) и длительности импульсов (для каналов CI-TI и CI-MI) при условии, что длительности фронтов импульсов не превышают половины периода внутренней частоты заполнения, должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 11.

Таблица 11

Каналы	Режим измерений длительности/периода импульса	Длительность импульса / периода	Внутренняя частота заполнения (f_m), кГц	Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений периода и длительности импульсов
CI-PI/ CI-TI	D0/P0	от 20 мкс до 14 мин	5 000	$\delta_T = \delta_0 + \frac{3}{T \cdot f_m}$
	D1/P1	от 20 мкс до 28 мин	2 500	
	D2/P2	от 20 мкс до 57 мин	1 250	
	D3/P3	от 20 мкс до 114 мин	625	
CI-MI	-	от 10 мкс до 150 с	26 700	$\delta_T = \delta_0 + \frac{1}{T \cdot f_m}$

Примечания
 δ_0 основная относительная погрешность частоты опорного генератора канала;
 T - измеряемая длительность (период) импульса, с;
 f_m - внутренняя частота заполнения, Гц

Пределы допускаемой абсолютной погрешности счёта импульсов для каналов CI-NI и CI-DI должны быть ± 1 импульс на каждые 100 000 импульсов.

Основные технические характеристики каналов импульсного ввода CI-RP-24 – измерений частоты вращения вала турбины:

Диапазон измерений, об/мин	от 1 до 100 000;
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений	
в диапазоне до 100 об/мин, %	$\pm 0,1$;
в диапазоне свыше 100 об/мин, %	$\pm 0,01$;
Верхний предел измерений частоты, кГц	15;
Количество импульсов за один оборот вала	от 1 до 128;
Амплитуда переменной составляющей сигнала, В, не менее	1,0;
Постоянная составляющая сигнала, В	от 0,5 до 24.

Нормирующие преобразователи серии NCM2 предназначены для преобразования переменного тока и напряжения в унифицированный токовый сигнал 4-20 мА. Основные технические характеристики нормирующих преобразователей серии NCM2 приведены в таблице 12.

Таблица 12

Обозначение	Диапазон измерений	Частота измеряемого сигнала, Гц	Пределы основной приведенной погрешности преобразования, %	Пределы дополнительной приведенной температурной погрешности преобразования, %/10°C
NCM2-1A	от 0 до 1 А	от 45 до 55	$\pm 0,5$	$\pm 0,25$
NCM2-2,5A	от 0 до 2,5 А			
NCM2-5A	от 0 до 5 А			
NCM2-10A	от 0 до 10 А			
NCM2-25A	от 0 до 25 А			
NCM2-150B	от 0 до 150 В			
NCM2-300B	от 0 до 300 В			

ПТК «TREI» содержат измерительные каналы тока, напряжения, сопротивления, температуры (с помощью термопар и термометров сопротивления), параметров импульсного сигнала, включенные по схемам с резервированием, а также содержащие групповые барьеры искрозащиты TREI-B700. Метрологические характеристики измерительных каналов, включенных по схемам с резервированием, а также содержащих групповые барьеры искрозащиты TREI-B700, приведены в таблице 13.

Таблица 13

Измерительные каналы	Пределы допускаемой основной погрешности	Пределы допускаемой дополнительной температурной погрешности, на каждые 10 °C
Включенные по схемам с резервированием	$2 \times \Delta$	Δ_d
Образованные с использованием групповых барьеров искрозащиты	$2 \times \Delta$	Δ_d
Примечания		
Δ – пределы допускаемой основной абсолютной, относительной или приведенной (в зависимости от типа измерительного канала) погрешности измерительных каналов, образованных устройствами программного управления TREI-5B;		
Δ_d – пределы допускаемой дополнительной абсолютной, относительной или приведенной погрешности измерительных каналов, образованных устройствами программного управления TREI-5B.		

ПТК «TREI» обеспечивают возможность реализации узлов учёта газа, тепловой энергии и теплоносителя, в соответствии с нижеприведенными характеристиками:

- а) общее количество аналоговых измерительных каналов (на 1 устройство программного управления TREI-5B) до 496;
- б) количество аналоговых или импульсных измерительных каналов для подключения датчиков с одного трубопровода до 8;
- в) общее количество групп учета до 62;
- г) включение трубопроводов в состав магистралей и формирование структуры узлов учета – произвольные;
- д) общее количество формируемых трендов до 496;
- е) период обновления результатов измерений температуры, давления, перепада давления до 1,5 с;
- ж) период обновления результатов измерений объёма и объёмного расхода газа, массы, массового и объёмного расхода теплоносителя, тепловой энергии до 3 с;
- з) диапазоны измерений абсолютного давления и температуры измеряемой среды приведены в таблице 14;

Таблица 14

Наименование среды	Диапазон измерений	
	абсолютного давления, МПа	температуры, °C
Вода	от 0,1 до 2,5	от 1 до 200
Перегретый пар	от 0,2 до 30	от 10 до 600
Природный газ	от 0,1 до 12	от минус 23 до 57

и) пределы допускаемой относительной погрешности вычислений параметров теплоносителя во всем диапазоне измерений приведены в таблице 15;

Таблица 15

Характеристика теплоносителя	Пределы допускаемой относительной погрешности вычислений, %
Плотность	± 0,03
Энталпия	± 0,05
Коэффициент динамической вязкости	± 0,1
Масса по отдельному трубопроводу	± 0,15
Количество тепловой энергии по отдельному трубопроводу	± 0,15
Объем по отдельному трубопроводу	± 0,1

к) пределы допускаемой относительной погрешности вычислений параметров природного газа во всем диапазоне измерений приведены в таблице 16;

Таблица 16

Параметры природного газа	Пределы допускаемой относительной погрешности вычислений, %
Плотность	± 0,5
Показатель адиабаты	± 1,0
Динамическая вязкость:	
– для метода расчета GERG-91мод	± 1,5
– для метода расчета AGA8-92 DC	± 6,0
– для метода расчета NX19мод	± 1,5
– для метода расчета ВНИЦ СМВ	± 1,5
Объёмный расход по отдельному трубопроводу в стандартных и рабочих условиях, массовый расход, мгновенный объемный расход в стандартных и рабочих условиях, мгновенный массовый расход	± 0,2
Коэффициент сжимаемости:	
– для метода расчета GERG-91мод	± 2,1
– для метода расчета AGA8-92 DC	± 1,3
– для метода расчета NX19мод	± 0,7
– для метода расчета ВНИЦ СМВ	± 0,4

л) пределы допускаемой погрешности измерений объёма природного газа ± 0,2 %.

Пределы допускаемой погрешности средних, суммарных и экстремальных значений величин, представляемых в часовых, сменных и суточных трендах равны пределам допускаемой погрешности текущего значения соответствующей величины

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений времени за 24 часа ± 5 с

Рабочие условия применения:

а) для компонентов верхнего уровня определяются рабочими условиями применения компьютерного оборудования, входящего в комплект поставки;

б) для компонентов нижнего уровня:

– температура окружающего воздуха:

Устройства программного управления TREI-5B-02, -04, °C от минус 40 до 60;

Устройства программного управления TREI-5B-05, °C от минус 60 до 60;

Групповые барьеры искрозащиты TREI-B700, °С

от минус 60 до 60;

– относительная влажность при температуре 35°C, %

от 30 до 85;

– атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)

от 84 до 106,7 (от 630 до 800).

Электрическое питание может осуществляться от сети однофазного переменного тока частотой (50 ± 1) Гц напряжением 140 до 260 В или от внешнего источника питания постоянного тока напряжением от 16 до 28 В. Для питания реле в схемах с резервированием каналов применяется источник питания постоянного тока напряжением от 20 до 28 В.

Габаритные размеры и масса для компонентов верхнего уровня определяются габаритными размерами и массой компьютерного оборудования, входящего в комплект поставки.

Габаритные размеры и масса компонентов нижнего уровня приведены в таблице 17.

Таблица 17

Компонент	Габаритные размеры, мм	Масса, кг, не более
Установочный каркас устройств программного управления TREI-5B-02, -04	485×135×245	8
Установочный каркас устройств программного управления TREI-5B-02, (взрывонепроницаемая оболочка)	570×510×450	80
Модуль устройств программного управления TREI-5B-05	330×270×87	5
Групповые барьеры искрозащиты TREI-B700:		
– исполнения с 32 базовыми ячейками	190×126×39	0,4
– исполнения с 16 базовыми ячейками	109×126×39	0,2
– исполнения с 8 базовыми ячейками	48×126×39	0,1

Время наработки на отказ:

Для компонентов верхнего уровня определяется временем наработки на отказ входящего в комплект поставки компьютерного оборудования;

Для компонентов нижнего уровня:

- TREI-5B не менее 75000 часов;
- TREI-5B с резервированием не менее 120 000 часов;
- TREI-B700 не менее 250000 часов.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на комплекс программно-технический «TREI» и на его эксплуатационную документацию.

Комплектность

В комплект поставки ПТК «TREI» входят устройства и документация:

1 Комплекс программно-технический «TREI», конструктивное исполнение и конфигурация которого (в том числе состав измерительных каналов) определяется формуларом.

2 Базовое программное обеспечение представлено в таблицах 18 и 19.

Таблица 18 - Для системы UNIMOD PRO (контроллеры TREI-5B-04, TREI-5B-05)

Наименование компонента	Версия	Дата создания	CRC – код
Программа метрологии	1.0.3	14.04.2008	8A99h
Программа поверки каналов аналогового входа	1.0.2	16.01.2006	5A68h
Программа поверки каналов аналогового выхода	1.0.2	16.01.2006	DAC9h
Таблица температурной линеаризации	6.0	14.01.2008	3733h
Программа для вычислений расхода теплоносителя	1.1	21.11.2007	432h

Таблица 19 – Для контроллеров TREI-5B-02

Наименование компонента	Версия	Дата создания	CRC – код
Программа поверки каналов аналогового ввода	5.7	09.02.2005	2141h
Программа поверки каналов аналогового вывода	3.3	29-08-2002	e5e1h
Компонент поверки каналов импульсного ввода	4.6	06.12.2003	53a7h
Таблица температурной линеаризации	2.0	6.10.2003	1349h
Программа для вычислений расхода теплоносителя	1.1	21.11.2007	432h

Базовое программное обеспечение, для вычислений расхода природного газа и теплоносителя, с указанием конкретного номера сборки, и контрольной суммой приложения, указанной в формуляре.

3 Комплект принадлежностей и запасных частей, состав, которого определяется формулляром.

4 Комплексы программно-технические «TREI». Формуляр. TREI.425200.003 ФО

5 Групповые барьеры искрозащиты TREI-B700. Паспорт. TREI.421457.301-00ПС

6 Комплект эксплуатационных документов, состав которых определяется формулляром.

7 Комплексы программно-технические «TREI». Методика поверки.

TREI.425200.003 МП.

8 Комплексы программно-технические «TREI». Ведомость эксплуатационных документов. TREI.425200.003 ВЭ.

9 Комплексы программно-технические «TREI». Руководство по эксплуатации.

TREI.425200.003 РЭ.

10 Устройство программного управления TREI-5B-02. Руководство по эксплуатации.

TREI.421457.101-00 РЭ.

11 Устройство программного управления TREI-5B-04. Руководство по эксплуатации.

TREI.421457.401 РЭ.

12 Устройство программного управления TREI-5B-05. Руководство по эксплуатации.

TREI.421457.501 РЭ.

13 Система «Unimod Pro». Руководство пользователя. TREI.421457.002-02.УП-РП.

14 Программа метрологической поверки TREI-5B. Руководство пользователя.

TREI.421457.002-00.ПМ-РП.

Примечание: документы по п. 10-14 поставляются в зависимости от конструктивного исполнения и конфигурации ПТК «TREI», определяемой формулляром.

Поверка

Поверка комплексов программно-технических «TREI» проводится в соответствии с документом «Комплексы программно-технические «TREI». Методика поверки. TREI.425200.003 МП», согласованным с руководителем ГЦИ СИ ФГУ «Пензенский ЦСМ» «_» 2008 г.

Межповерочный интервал – 2 года.

Перечень средств поверки:

- 1 Прибор для проверки вольтметров В1-12.
- 2 Вольтметр универсальный Щ31.
- 3 Мера электрического сопротивления многозначная Р4833.
- 4 Катушка электрического сопротивления Р331 класса точности 0,005 (100 Ом).
- 5 Частотомер электронно-счетный ЧЗ-54.
- 6 Генератор импульсов Г5-54.
- 7 Генератор импульсов Г5-60.
- 8 Источник питания Б5-47.
- 9 Делитель 1:10 генератора импульсов Г5-63.
- 10 Климатическая камера, тип VT7011.
- 11 Термометр сопротивления ТСМ50 ($W_{100}=1,4260$).
- 12 Персональный компьютер (в случае отсутствия в комплекте поставки ПТК «TREI»). Наличие интернета и скорости соединения с ним не менее 128 кб\с. Операционная система Windows XP.

- Процессор Pentium с частотой 233 МГц или более быстрый (рекомендуется не менее 300 МГц),
- Не менее 64 МБ оперативной памяти (рекомендуется не менее 128 МБ),
- Не менее 1,5 ГБ свободного места на жестком диске.

- 13 Вольтметр переменного тока Э545.
- 14 Гигрометр психрометрический ВИТ-2.
- 15 Барометр-анероид БАММ-1.

Нормативные и технические документы

1 ГОСТ 8.586.1–2005 (ИСО 5167-1:2003) ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Принцип метода и общие требования.

2 ГОСТ 8.586.2–2005 (ИСО 5167-2:2003) ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Диафрагмы. Технические требования.

3 ГОСТ 8.586.3–2005 (ИСО 5167-3:2003) ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Сопла и сопла Вентури. Технические требования.

4 ГОСТ 8.586.4–2005 (ИСО 5167-4:2003) ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Трубы Вентури. Технические требования.

5 ГОСТ 8.586.5–2005 ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Методика выполнения измерений.

6 ГОСТ 26.011-80. Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и напряжения электрические непрерывные входные и выходные

7 ГОСТ 6651-94. Термопреобразователи сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний.

8 ГОСТ 30319.0-96. Газ природный. Методы расчёта физических свойств. Общие положения.

9 ГОСТ 30319.1-96. Газ природный. Методы расчёта физических свойств. Определение физических свойств природного газа, его компонентов и продуктов его переработки.

10 ГОСТ 30319.2-96. Газ природный. Методы расчёта физических свойств. Определение коэффициента сжимаемости.

11 ГОСТ 30319.3-96. Газ природный. Методы расчёта физических свойств. Определение физических свойств по уравнению состояния.

12 ГОСТ Р 8.585-2001. Государственная система обеспечения единства измерений. Термопары. Номинальные статистические характеристики преобразования.

13 ГОСТ Р 8.625-2006. Государственная система обеспечения единства измерений. Термометры сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний.

14 Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.09.95 г. № 954.

15 ТУ 4252-008-41398960-03 Комплексы программно-технические «TREI». Технические условия.

Заключение

Тип комплексы программно-технические «TREI» утверждён с техническими и метрологическими характеристиками, приведёнными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.ГБ05.В01593. Устройства программного управления TREI-5B-02 с маркировкой взрывозащиты ExiaIIC от 09.06.2006 г.

РАЗРЕШЕНИЕ на применение № PPC 00-21798. Устройства программного управления TREI-5B-02 с маркировкой взрывозащиты [Exia]IIC от 27.07.2006 г.

Изготовитель

ООО "ТРЭИ ГмбХ", 440028, г. Пенза, ул. Титова 1, т. (841-2) 55-58-90

Генеральный директор
ООО "ТРЭИ ГмбХ"

С.Л. Рогов

