


Описание типа микробюretок для
Государственного реестра средств измерительной техники **КОПИЯ**

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ГП «Полтавастандартметрология»

 А.В. Миронова

Подлежит публикации
в открытой печати

МИКРОБЮРЕТКИ	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>У938 - 10</u> Взамен № <u>938-07</u>
--------------	--

Выпускаются по ТУ 64-2-403-89

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Микробюretки предназначены для измерения объемов жидкости (кроме жидкостей, которые вступают в химические реакции со стеклом) в химических лабораториях и используются в различных отраслях.

ОПИСАНИЕ

Микробюretка представляет собой цилиндрическую стеклянную трубку с нанесенной на нее шкалою. Для слива жидкости из микробюretки используется впаянный стеклянный кран.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики микробюretок приведены в таблице.

Таблица

Номинальная вместимость, мл	Цена наименьшего деления шкалы, мл	Пределы допускаемого отклонения объема микробюretки, мл		Длительность слива воды из микробюretки, с	1 класс	2 класс
		1 класс	2 класс			
1	0,01	± 0,01	± 0,02	От 20 до 40	От 10 до 30	
2	0,01	± 0,01	± 0,02	От 25 до 45		
5	0,02	± 0,01	± 0,02	От 40 до 60		
10	0,05	± 0,02	± 0,05			

Роб

КОПИЯ

ЗНАК УТВЕРЖДЖНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится трафаретным методом на микробюретку при градуировке.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки микробюреток содержит:

- микробюретка - 1 шт.;
- индивидуальная упаковка - 1 компл.

ПОВЕРКА ИЛИ КАЛИБРОВАНИЕ

Проверка микробюреток при выпуске из производства проводится согласно с ДСТУ ISO 4787:2009 «Посуда лабораторная стеклянная. Посуда мерная. Методы использования и проверки вместимости (ISO 4787:1984, IDT).

Для поверки применяются:

- лабораторные эталонные весы 3-го разряда;
- рабочие эталонные пипетки 1 разряда.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


ТУ 64-2-403-89 «Микробюретки. Технические условия».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Микробюретки соответствуют требованиям ТУ 64-2-403-89.

Производитель: ПАО «Стеклоприбор», ул. Червоноармейская, 18,
г.Червонозаводское, Полтавская область, 37240, Украина

Председатель правления
ПАО «Стеклоприбор»



Р.Г. Мазманян

