



КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(БЕЛСТАНДАРТ)

СЕРТИФИКАТ ТИПА



N

128

Действителен до
" 16 " августа 199 7 г.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

фирме "ELSTER Handel GmbH" /Германия/

В ТОМ, ЧТО НА ОСНОВАНИИ

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ

корректор объема газа TU 90/T

фирмы "ELSTER Handel GmbH"

ЗАРЕГИСТРИРОВАН В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ПОД

N РБ 03 07 0151 94 И ДОПУЩЕН К ПРИМЕНЕНИЮ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

В.Н. КОРЕШКОВ

" 22 "

августа

199 4 г.

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА



Минского ЦСМ
И.А.Жагора

1994 г.

Корректоры объема газа
TU 90/T

Внесены в Государственный реестр средств измерений, прошедших испытания

фирмы "ELSTER Handel GmbH"
(Германия)

Регистрационный № РБ 03 07 0151 94

Выпускается по документации
фирмы "ELSTER Handel GmbH"
(Германия)

07 0151

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Корректоры объема газа TU 90/T предназначены для коррекции объемов, измеряемых счетчиком газа, в зависимости от температуры газа, проходящего через счетчик.

ОПИСАНИЕ

Счетчик газа измеряет общие объемы газа, проходящего через него в рабочих условиях эксплуатации, а корректор TU 90/T приводит эти результаты измерений к нормальным условиям в соответствии с измеренными и стандартными значениями температуры газа.

При этом значение температуры, соответствующее нормальным условиям, должно вводиться программно.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Погрешность корректоров, %, не более

- по температуре	0,1
- по давлению	0,3
- при вычислениях	0,1
- общая	0,5

Тип импульсного датчика, работающего с корректором

низкочастот. NF

Длина линии связи

NF: 1 м

Питание

литиевая Батарейка
(10 лет)

Масса, кг

0,8

Температура окружающего воздуха, град.С

от -10 до +40

ЗНАК ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

Знак государственного реестра наносится на эксплуатационную документацию типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки корректоров TU-90/T по технической документации фирмы-изготовителя.

ПОВЕРКА

Корректоры объема газа TU-90/T поверяют по методике поверки, разработанной ВНИИМС.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


Техническая документация фирмы "ELSTER Handel GmbH" (Германия).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Корректоры объема газа соответствуют требованиям технической документации фирмы "ELSTER Handel GmbH" (Германия).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: фирма "ELSTER Handel GmbH" (Германия).

От Минского ЦСМ:

Начальник отдела
госиспытаний
и сертификации СИ

Шуравко А.Н.

От фирмы "ELSTER
Handel GmbH"