

Государственный Комитет по стандартизации,  
метрологии и сертификации Республики Беларусь  
(ГОССТАНДАРТ)

# СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE

OF MEASURING INSTRUMENTS



N 622

Действителен до  
01 июня 2001 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании результатов Государственных испытаний утвержден тип устройств переключения тарифов ЦН6802

ОАО "СКБ Электроконт", г. Невинномыск, РФ (RU), который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под N РБ 03 13 0606 98 и допущен к применению в Республике Беларусь (BY).

Описание типа средств измерений приведено в приложении к настоящему сертификату.

Председатель Госстандарта



В.Н. КОРЕШКОВ  
05 марта 1998 г.

Продлено до

\_\_\_\_\_ г.

Председатель Госстандарта

В.Н. КОРЕШКОВ

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.


*7072 - 1/00.02.98*  
*[Handwritten signature]*

ПОДЛЕЖИТ ПУБЛИКАЦИИ

В ОТКРЫТОЙ ПЕЧАТИ

СОГЛАСОВАНО

ЗАМ. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА



ИМ. Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА

В. М. ХАЖУЕВ

1992 г.

УСТРОЙСТВО  
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ  
ТАРИФОВ ЦН6802

ВНЕСЕНЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР  
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОШЕДШИХ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ  
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 13234-92  
ВЗАМЕН №

ВЫПУСКАЮТСЯ ПО ТУ 25-7565.005-91.

#### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

УСТРОЙСТВО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ТАРИФОВ ЦН6802 ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ НА БАЗЕ СЧЕТЧИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЦЭ6807 ДВУХТАРИФНОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.

Устройства должны обеспечивать выдачу управляющего сигнала напряжением  $(220 \pm 22)$  В с током нагрузки не более 2 А для коммутации суммирующих устройств двухтарифных счетчиков с сохранением значения основной погрешности установленной ГОСТ 26035-83.

#### ОПИСАНИЕ

В ОСНОВЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА ЛЕЖИТ ПРИНЦИП ВКЛЮЧЕНИЯ ДВУХ ТАРИФНЫХ ЗОН. ПРИ ЭТОМ ПРОГРАММНО ЗАДАЕТСЯ НАЧАЛО И КОНЕЦ КАЖДОЙ ТАРИФНОЙ ЗОНЫ.

ИСПОЛНЕНИЯ УСТРОЙСТВ: ОБЫЧНОЕ, ЭКСПОРТНОЕ, ТРОПИЧЕСКОЕ.

1. - 2.004

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАССА НЕ БОЛЕЕ 2,5 КГ. , Габариты: 217x175x77

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ НЕ БОЛЕЕ 10 В\*А.

СОХРАНЕНИЕ ХОДА ЧАСОВ, НАКОПЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ. ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ В ТЕЧЕНИИ ВРЕМЕНИ НЕ МЕНЕЕ 72 Ч.

СРЕДНИЙ СУТОЧНЫЙ ХОД ЧАСОВ НЕ БОЛЕЕ 5 С. .

ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕХОДА НА "ЗИМНЕЕ", "ЛЕТНЕЕ" ВРЕМЯ.

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ, ОТСЧЕТ И ВЫВОД НА ИНДИКАЦИЮ ЗНАЧЕНИЯ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ В ЧАСАХ, МИНУТАХ, СЕКУНДАХ.

СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ 10 ЛЕТ.

НАРАБОТКА НА ОТКАЗ 10000 Ч.

### ЗНАК ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗНАКА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НАНОСИТСЯ НА ПАНЕЛЬ УСТРОЙСТВА МЕТОДОМ ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ ИЛИ ДРУГИМ СПОСОБОМ, НЕ УХУДАЮЩИМ КАЧЕСТВА.

В ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ТИТУЛЬНЫХ ЛИСТАХ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗНАКА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НАНОСИТСЯ ТУШЬЮ.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДИТ УСТРОЙСТВО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ТАРИФОВ ЦН6802, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПАСПОРТ.

ПО ТРЕБОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОИЗВОДЯЩИХ РЕГУЛИРОВКУ, РЕМОНТ И ПОВЕРКУ УСТРОЙСТВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫСЫЛАЮТСЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОВЕРКЕ, РУКОВОДСТВО ПО СРЕДНЕМУ РЕМОНТУ И КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ.

## ПОВЕРКА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОВЕРКЕ УСТРОЙСТВ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ТАРИФОВ ЦН6802  
ИЭС.403455.002 ИЗ.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПОВЕРКИ УСТРОЙСТВ  
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ТАРИФОВ ЦН6802:

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОБОЙНАЯ УСТАНОВКА УПУ-10;

СЕКUNДОМЕР СОС/ПР/2/Б/;

ЧАСТОДОМЕР ЭЛЕКТРОННО-СЧЕТНЫЙ ЧЗ-54.

## НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 22261-82. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ВЕЛИЧИН.  
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

ТУ 25-7565.005-91. УСТРОЙСТВА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ТАРИФОВ ЦН6802. ТЕХНИЧЕСКИЕ  
УСЛОВИЯ.

4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

УСТРОЙСТВА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ТАРИФОВ ЦН6802 ТРЕБОВАНИЯМ РАСПРОСТРАНЯЮЩИХСЯ НА НИХ НТД СООТВЕТСТВУЮТ.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБ'ЕДИНЕНИЕ "ЭЛЕКТРОМЕРА",  
АООТ СКБ "Электроконт": 357030, Ставропольский край,  
г.Невинномысск, ул.Гагарина, 217

НАЧАЛЬНИК СКБ СПИ



Н. И. ЦЫБУЛЕНКО