

ОПИСАНИЕ ТИПА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА
для Государственного реестра средств измерений
Республики Беларусь

Утверждаю
Директор БелГИМ

Н. А. Жагора
2000 г.

М.П.

ГСО состава раствора метилового спирта	Внесен в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь (раздел "Государственные стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов") Регистрационный № СО РБ 07 0041 98
--	---

ВЫПУСКАЮТСЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИИ: Техническое задание на разработку СО
по договору № 755/97 от 1 июня 1997 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

СО состава раствора метилового спирта предназначен для градуировки, аттестации и поверки хроматографического оборудования, а также для контроля правильности результатов анализа различных объектов на содержание метилового спирта.

**НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,
определяющие необходимость применения СО**

ГОСТ 5363-93. Водка. Правила приемки и методы анализа.

ГОСТ 30536-97. Водка и спирт этиловый. Газохроматографический метод определения токсичных микропримесей.

ОПИСАНИЕ

ГСО изготовлен в виде раствора метилового спирта в этаноле и расфасован в стеклянные ампулы по 6 мл.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аттестованное значение СО: массовая концентрация метилового спирта 1 г/л.

Относительная погрешность аттестованного значения $\pm 0,5 \%$ при доверительной вероятности 0,95.

Аттестация осуществляется по процедуре приготовления согласно ПМА.МН 294-98.

СРОК ГОДНОСТИ ЭКЗЕМПЛЯРА СО 4 мес

ЗНАК ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

указывается на этикетке типографским способом

РАЗРАБОТЧИК

Белорусский государственный университет, 220050, Минск, пр. Ф. Скорины, 4

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Белорусский государственный университет, 220050, Минск, пр. Ф. Скорины, 4

Проректор по научной работе
Белорусского государственного
университета, доктор химических наук

должностное лицо организации-разработчика



подпись

М.П.

С. К. Рахманов

расшифровка подписи