ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА РАСТВОРА Т-2 ТОКСИНА В БЕНЗОЛЕ (Т-2-100)

ΓCO 7942-2001

Назначение стандартного образца: градуировка средств измерений при определении остаточных количеств Т-2 токсина в кормах, кормовом сырье, продуктах питания и продовольственном сырье; аттестация вновь разрабатываемых методик измерений, контроль точности результатов измерений, выполняемых по методикам измерений методами спектрофотометрии, жидкостной и тонкослойной хроматографии.

Область промышленности, производства, где преимущественно надлежит применять стандартный образец: охрана окружающей среды, здравоохранение, санэпиднадзор, ветеринарная служба, пищевая промышленность, сельское хозяйство, научные исследования.

Описание стандартного образца: материал стандартного образца представляет собой раствор Т-2 токсина чистотой не менее 95 % в бензоле номинальным объемом 1 см³, расфасованный в запаянные стеклянные ампулы.

Разработчики стандартного образца:

- ФГУП «Уральский научно-исследовательский институт метрологии» (ФГУП «УНИИМ»), 620000, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4;
- Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научноисследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» (ФГБНУ «ВНИИВСГЭ»), 123022, г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 5;
- Общество с ограниченной ответственностью «ИМИД» (ООО «ИМИД»), 350072, г. Краснодар, ул. Тополиная аллея, д. 10.

Форма выпуска: серийное производство периодически повторяющимися партиями.

Метрологические характеристики:

Аттестуемая характеристика: Массовая концентрация 3-гидрокси-4,15-диацетокси-8[3-метилбутирилокси]-12,13 эпокситрихотец-9-ена, мкг/см³.

Таблица 1 – Нормированные метрологические характеристики

Наименование	Инторрод допускоом у	Гранини допусковилу
	Интервал допускаемых	Границы допускаемых
аттестуемой характеристики	аттестованных	значений относительной
	значений	погрешности
		при Р=0,95, %
Массовая концентрация 3-гидрокси-		
4,15-диацетокси-8[3-метилбутирилокси]-	90 - 110	±10
12,13 эпокситрихотец-9-ена, мкг/см ³	70 110	_10

Срок годности экземпляра: 1.5 года.

Знак утверждения типа: полиграфическим способом в правом верхнем углу первого листа паспорта стандартного образца и в правом верхнем углу этикетки стандартного образца утвержденного типа.

Комплектность стандартного образца: экземпляр стандартного образца в запаянной стеклянной ампуле, помещенный в обеспечивающую сохранность стандартного образца упаковку, снабженную этикеткой и паспортом стандартного образца, оформленным по ГОСТ Р 8.691-2010 «Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы материалов (веществ). Содержание паспортов и этикеток».

Документы, устанавливающие требования к стандартному образцу:

1. Техническая документация, по которой выпущен (будет выпускаться) стандартный образец:

- техническое задание «Государственные стандартные образцы состава растворов афлатоксина B_1 , афлатоксина M_1 , вомитоксина, зераленона, охратоксина A, патулина, T-2 токсина», утвержденное Φ ГУП «УНИИМ» 13.10.2000, «ВНИИВСГЭ» 20.10.2000, ЗАО «Сорбполимер» 08.11.2000.

2. Документы, определяющие применение:

- МУ 3184-84 Методические указания по обнаружению, идентификации и определению содержания Т-2 токсина в пищевых продуктах и продовольственном сырье, утв. МЗ СССР 29.12.84.
- ГОСТ 28001-88 «Зерно фуражное, продукты его переработки, комбикорма. Методы определения микотоксинов: Т-2 токсина, зеараленона (Ф-2) и охратоксина А».

3. Периодичность актуализации технической документации на стандартный образец: не реже одного раза в пять лет.

Номер экземпляра (партии), дата выпуска: партия № 15, представлена в целях продления срока действия свидетельства об утверждении типа стандартных образцов, выпущена в апреле 2016 г.

Изготовитель:

- Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научноисследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» (ФГБНУ «ВНИИВСГЭ»), 123022, г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 5. ИНН 87703052541;
- Общество с ограниченной ответственностью «ИМИД» (ООО «ИМИД»), 350072, г. Краснодар, ул. Тополиная аллея, д. 10. ИНН2311042783.

Заявитель:

- Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научноисследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» (ФГБНУ «ВНИИВСГЭ»), 123022, г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 5. ИНН 87703052541.

Заместитель		
Руководителя Федерального агентства		
по техническому регулированию		
и метрологии		С.С.Голубев
-	подпись	расшифровка подписи
	М.П. «»	2016 г