

ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА ПОЧВЫ ЛЕССОВОЙ (ПЛТ)

ГСО 7186-95

Назначение стандартного образца: контроль точности результатов измерений, аттестация методик измерений, применяемых при определении состава почвы лессовой химическими, физическими и физико-химическими методами.

Область промышленности, производства, где преимущественно надлежит применять стандартный образец: геология, геохимия, охрана окружающей среды.

Описание стандартного образца: стандартный образец СО изготовлен из природного материала в виде порошка крупностью менее 0,074 мм, расфасованного по 50 г, 100 г и 200 г в стеклянные и пластиковые банки с завинчивающимися крышками, или в герметичные полиэтиленовые пакеты.

Разработчик стандартного образца - Бронницкая геолого-геохимическая экспедиция Федерального Государственного Унитарного Предприятия "Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов" (БГГЭ ФГУП «ИМГРЭ»).

Форма выпуска: единичное производство.

Нормированные метрологические характеристики

Аттестованная характеристика СО - массовая доля компонента, в процентах.

Т а б л и ц а 1 – Метрологические характеристики СО

Компонент		*Аттестованное значение СО, %	Границы абсолютной погрешности аттестованного значения СО (P=0,95), ±Δ, %
Диоксид кремния	SiO ₂	60,15	0,23
Оксид алюминия	Al ₂ O ₃	10,33	0,09
Оксид титана (IV)	TiO ₂	0,50	0,01
Оксид железа (III) общий	Fe ₂ O ₃ общ.	3,56	0,04
Оксид кальция	CaO	9,91	0,19
Оксид магния	MgO	2,17	0,06
Оксид марганца (II)	MnO	0,072	0,004
Оксид фосфора (V)	P ₂ O ₅	0,117	0,006
Оксид натрия	Na ₂ O	2,04	0,07
Оксид калия	K ₂ O	1,81	0,06
Диоксид углерода	CO ₂	6,77	0,17
Потери массы при прокаливании	П.П.П.	9,36	0,16

Окончание таблицы 1

Компонент		*Аттестованное значение СО, %	Границы абсолютной погрешности аттестованного значения СО (P=0,95), ±Δ, %
Литий	Li	0,0022	0,0002
Рубидий	Rb	0,0065	0,0008
Стронций	Sr	0,028	0,003
Медь	Cu	0,0019	0,0003
Цинк	Zn	0,0046	0,0004
Свинец	Pb	0,0016	0,0003
Никель	Ni	0,0029	0,0004
Кобальт	Co	0,00095	0,00016
Хром	Cr	0,0060	0,0006
Ванадий	V	0,0078	0,0008
Цирконий	Zr	0,013	0,001

*Аттестованные значения даны в расчете на материал, высушенный при температуре (110 ±5) °С.

Срок годности экземпляра: 50 лет.

Знак утверждения типа: полиграфическим способом в правом верхнем углу первого листа паспорта стандартного образца утвержденного типа и в правом верхнем углу этикетки стандартного образца.

Комплектность стандартного образца: в комплект поставки входит экземпляр СО, паспорт и этикетка, оформленные по ГОСТ Р 8.691-2010 ГСИ. Стандартные образцы материалов (веществ). Содержание паспортов и этикеток.

Документы, устанавливающие требования к стандартному образцу:

1. Техническая документация, по которой выпущен стандартный образец:

«Государственный стандартный образец состава почвы лессовой (ПЛТ). Техническое задание», утвержденное ИМГРЭ в 1994 г.

2. Документы, определяющие применение стандартного образца:

РМГ 76-2014 ГСИ. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа;

РМГ 61-2010 ГСИ. Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного химического анализа. Методы оценки;

ОСТ 41-08-205-04 УКАР. Методики количественного химического анализа. Разработка, аттестация, утверждение;

ОСТ 41-08-212-04 УКАР. Нормы погрешности при определении химического состава минерального сырья и классификация методик лабораторного анализа по точности результатов;

ОСТ 41-08-214-04 УКАР. Внутренний лабораторный контроль точности (правильности и прецизионности) результатов количественного химического анализа;

ОСТ 41-08-265-04 УКАР. Статистический контроль точности (правильности и прецизионности) результатов количественного химического анализа.

3. Периодичность актуализации технической документации на тип стандартного образца: не реже одного раза в пять лет.

Номер экземпляра (партии), дата выпуска: в целях внесения изменений в описание типа стандартного образца представлены экземпляры СО № 1 - № 1700 единичной партии, выпущенной в декабре 1994 г.

Изготовитель: Бронницкая геолого-геохимическая экспедиция Федерального Государственного Унитарного Предприятия «Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов» (БГГЭ ФГУП «ИМГРЭ»).

Адрес: 140152, Московская область, Раменский район, п/о Малышево, пос. ст. Бронницы, ул. Красноармейская, д.26. ИНН 7731007371.

Заявитель: Бронницкая геолого-геохимическая экспедиция Федерального Государственного Унитарного Предприятия «Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов» (БГГЭ ФГУП «ИМГРЭ»).

Адрес: 140152, Московская область, Раменский район, п/о Малышево, пос. ст. Бронницы, ул. Красноармейская, д.26.

Заместитель
Руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

_____ С.С.Голубев
подпись расшифровка подписи

М.П. «__» _____ 2017 г.