

СЕРТИФИКАТ  
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА



№ 2046 от 6 октября 2023 г.

Срок действия до 31 января 2024 г.

Наименование типа стандартного образца:

Стандартный образец размера частиц 5 мкм COUNT-CAL™ (Count Precision Standard 5 µm)

Номер партии (лота), дата выпуска (для единичных экземпляров):

Lot № 266582, дата выпуска – 06.01.2023

Производитель:

«Thermo Scientific» (завод-изготовитель «Microgenics Corporation»),  
Соединенные Штаты Америки

Выдан:

ЗАО «Аванта и К», г. Марьино Горка, Пуховичский р-н, Минская обл.,  
Республика Беларусь

Тип стандартного образца утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 06.10.2023 № 73

Стандартные образцы данного типа стандартного образца производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа стандартного образца, или утвержденный тип единичного экземпляра стандартного образца разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа стандартного образца.

Заместитель Председателя комитета



А.А.Бурак

*Местф*

ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА  
приложение к сертификату об утверждении типа стандартного образца  
от 6 октября 2023 г. № 1046

Наименование типа стандартного образца и его обозначение: стандартный образец размера частиц 5 мкм COUNT-CAL™ (Count Precision Standard 5 μm), Lot № 266582

Назначение и область применения: для обеспечения метрологической прослеживаемости при проведении работ по метрологической оценке (утверждение типа средств измерений, поверка, калибровка, метрологическая экспертиза единичного экземпляра, аттестация методик (методов) измерений); построении градуировочных характеристик средств измерений; контроле показателей точности (правильности и прецизионности) методик (методов) измерений; контроле правильности результатов измерений, проведении межлабораторных сличений.

Техническая документация, в соответствии с которой произведен стандартный образец и форма (серийная/единичная) выпуска стандартного образца: выпускается согласно технической документации производителя; серийное производство.

Документы, определяющие необходимость применения стандартного образца:  
EN 13443-2:2005+A1:2007 Оборудование для кондиционирования воды внутри зданий. Механические фильтры. Часть 2. Номинальный размер частиц 1-80 мкм. Требования к эксплуатационным характеристикам, безопасность и испытания;  
ISO 21501-2:2019 Определение распределения размера частиц. Метод светового взаимодействия для одиночных частиц. Часть 2. Прибор светового рассеивания для счета частиц взвеси;  
Государственная фармакопея Республики Беларусь (ГФ РБ), том 1;  
методики (методы) измерений / поверки / калибровки анализаторов размера частиц, разработанные в установленном порядке.

Описание: образец представляет собой водную суспензию полимерных частиц (полистирол) в виде микросфер с калиброванными значениями диаметра. Суспензия по 25 мл фасована в специальные пластиковые бутылочки с капельницей.

Комплект поставки: экземпляр стандартного образца поставляется с сертификатом анализа и инструкцией по применению в картонной коробке с этикеткой.

Обязательные метрологические требования (сертифицированные значения метрологических характеристик):

Таблица 1

| Метрологическая характеристика,<br>ед. изм | Сертифицированное<br>значение | Абсолютная расширенная<br>неопределенность ( $k = 2$ , $P = 95 \%$ ) |
|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Размер частиц, мкм                         | 5,010                         | 0,035                                                                |

Срок годности (срок, в течение которого стандартный образец соответствует обязательным метрологическим требованиям): до 31 января 2024 г.

Условия хранения и транспортировки: образцы должны храниться при температуре от 4 °С до 30 °С, в вертикальном положении в плотно закрытой оригинальной упаковке. Требования к условиям транспортировки в сертификате анализа на стандартный образец не установлены.

Заключение о соответствии утвержденного типа требованиям технической документации производителя: установлено, что прошедший метрологическую экспертизу единственный экземпляр стандартного образца размера частиц 5 мкм COUNT-CAL™ (Count Precision Standard 5 µm), Lot № 266582 соответствует технической документации производителя.

Производитель стандартного образца: «Thermo Scientific» (завод-изготовитель «Microgenics Corporation»), Соединенные Штаты Америки.

Уполномоченное юридическое лицо, проводившее испытания/метрологическую экспертизу стандартного образца: БелГИМ, г. Минск, Старовиленский тракт, 93. Телефон: 8(017) 373-62-63; факс: 8(017) 242-31-92; e-mail: info@belgim.by.

Директор БелГИМ



А.В. Казачок