

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора ФГУП "УНИИМ" С.В. Медведевских

"15" 2004 г.

М.П.

Стандартный образец
коэффициента фильтруемости топлив
(КФ)

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

Регистрационный номер
ГСО 8612-2004

ИД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: Техническое задание на разработку ГСО
коэффициента фильтруемости топлив (КФ), утвержденное в 05.01.2004 г.
Форма выпуска: единичное повторяющееся производство

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО: партия КФ-1, дата выпуска - октябрь. 2004 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стандартный образец предназначен для
контроля погрешности результатов испытаний коэффициента фильтруемости топлив по
ГОСТ 19006-73.

Область применения - нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленности.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
СО: метод измерения по ГОСТ 19006-73.

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет собой дистиллятную углеводородную
фракцию.
Объем экземпляра СО в упаковке - 250 см³.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика - коэффициент фильтруемости.

Индекс СО	Интервал допускаемых значений аттестуемой характеристики СО	Границы допускаемых значений абсолютной погрешности аттестованного значения СО при $P = 0.95$
КФ	от 1,0 до 3,0	0,2

Срок годности экземпляра СО: 5 лет.

РАЗРАБОТЧИК СО

Орган ГССО -
Автономная некоммерческая организация "Научно-
производственное объединение по метрологическому обеспечению
контроля качества продукции на основе стандартных образцов
"ИНТЕГРСО"
(АНО НПО "ИНТЕГРСО")
450075, г. Уфа,
Пр. Октября, 149

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО

Орган ГССО -
Автономная некоммерческая организация "Научно-
производственное объединение по метрологическому обеспечению
контроля качества продукции на основе стандартных образцов
"ИНТЕГРСО"
(АНО НПО "ИНТЕГРСО")
450075, г. Уфа,
Пр. Октября, 149

Генеральный директор
АНО НПО "ИНТЕГРСО"
д.т.н., профессор
Мухамедзянов А.Х.

