

ОПИСАНИЕ ТИПА ГССО

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора ФГУП "УНИИМ"

И.Е. Добровинский

" 23 " 04 2004 г.

М.П.

Стандартный образец
коксуемости нефтепродуктов

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГССО

(КК-1)

Регистрационный номер ГССО 8069-94

ИД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГССО: Техническое задание от 15.06.1994 г. Изменение №1, утвержденное 05.03.2003 г.

Форма выпуска: единичное повторяющееся производство.

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГССО: партия №2, дата выпуска март 2004 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стандартный образец предназначен для контроля точности результатов испытаний коксуемости нефтепродуктов по ГОСТ 19932-99 (ИСО 6615-93).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ – нефтяная, газовая, химическая и нефтеперерабатывающая промышленности.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, определяющие необходимость применения СО на методику измерений (анализа): ГОСТ 19932-99 (ИСО 6615-93) и инструкция по применению СО.

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет собой нефтяное масло, расфасованное в ампуле или флаконе.

Объем материала СО в ампуле (флаконе) 20 см³.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Аттестуемая характеристика – коксуемость (массовая доля коксового остатка).

Индекс СО	Интервал допускаемого значения аттестованной характеристики СО,	Единица измерения	Границы допускаемых значений абсолютной погрешности аттестованного значения СО при Р=0,95
КК-1	от 0,010 до 0,050	%	0,005

Срок годности экземпляра СО: 5 лет.

РАЗРАБОТЧИК СО:

Орган ГССО - Автономная некоммерческая организация "Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов "ИНТЕГРСО" (АНО НПО "ИНТЕГРСО")

450075, г. Уфа,
Пр. Октября, 149

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО:

Орган ГССО - Автономная некоммерческая организация "Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов "ИНТЕГРСО" (АНО НПО "ИНТЕГРСО")

450075, г. Уфа,
Пр. Октября, 149

Генеральный директор
АНО НПО "ИНТЕГРСО",
д.т.н., профессор

Мухамедзянов А.Х.

