

ОПИСАНИЕ ТИПА ГССО

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора ФГУП "УНИИМ" С.В. Мелвелевских
" 06 " 07 2006 г.
М.П.

Стандартный образец
фракционного состава
нефтепродуктов

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГССО

(ФС-3)

Регистрационный номер
ГССО 7949-2001

ИД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГССО: Техническое задание, утвержденное 14.03.2001 г. с изм. №1, утвержденным 05.01.2003 г., №2, утвержденным 05.01.2005 г.

Форма выпуска: единичное повторяющееся производство

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГССО: партия ФС-3-3, дата выпуска: июнь 2005 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стандартный образец предназначен для контроля погрешности методов определения фракционного состава нефтепродуктов.

Область применения — нефтяная, газовая, химическая и нефтеперерабатывающая промышленности.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
СО: методы испытаний (анализа): ГОСТ 2177-99 (Метод А), ASTM D 86-04b.

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет собой смесь жидких углеводородов, герметично расфасованную в запаянную стеклянную ампулу или в флакон из темного стекла с уплотнительной пробкой и навинчивающейся крышкой.

Объем материала СО в упаковке — 110 см³.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика — температура начала кипения (НК), температура 50% отгона продукта и температура 96% отгона продукта, в градусах Цельсия.

Индекс СО	Интервал допускаемых значений аттестованной характеристики СО, °С				Границы допускаемых значений абсолютной погрешности аттестованного значения СО при Р=0,95, °С
	НК	от	до	до	
ФС-3	50% отгона	от	250,0	до	± 2,5
	96% отгона	от	300,0	до	± 2,5
					± 3,0

Срок годности экземпляра СО: 5 лет.

РАЗРАБОТЧИКИ СО,

Орган ГССО Автономная некоммерческая организация "Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов "ИНТЕГРСО" (АНО НПО "ИНТЕГРСО") 450075, г. Уфа, Пр. Октября, 149

Орган ГССО ОАО «Вероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» 111116, г. Москва, ул. Авиамоторная, 6 (ОАО «ВНИИ НП»)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СО, Орган ГССО Автономная некоммерческая организация "Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов "ИНТЕГРСО" (АНО НПО "ИНТЕГРСО") 450075, г. Уфа, Пр. Октября, 149

Генеральный директор АНО НПО "ИНТЕГРСО", д.т.н., профессор Мухамедзянов А.Х.

Генеральный директор ОАО "ВНИИ НП", д.т.н. Галиев Р.Т.

