


ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО



Стандартный образец
фракционного состава
нефтепродуктов

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

(ФС-1)

Регистрационный номер
ГСО 7947-2001

ИД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: Техническое задание, утв. 14.03.01 с изм.№1,
утв. 05.01.03, с изм.№2, утв. 05.01.05, с изм.№3, утв. 28.10.06 г.

Форма выпуска: единичное повторяющееся производство

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО: партия №5, дата выпуска: апрель 2007 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стандартный образец предназначен для контро-
ля точности результатов испытаний фракционного состава нефтепродуктов.

Область применения – нефтяная, газовая, химическая и нефтеперерабатывающая отрасли про-
мышленности.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
СО методы испытаний (анализа): Национальный стандарт РФ ГОСТ 2177-99 (Метод А), ASTM
D 86-04b.

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет собой смесь жидких углеводородов, герме-
тично расфасованную в запаянную стеклянную ампулу или во флакон из темного стекла с уп-
лотнительной пробкой и навинчивающейся крышечкой.

Объем материала СО в упаковке – 110 см³.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика – температура начала кипения (НК), температура 50% отгона про-
дукта и температура конца кипения (КК), в градусах Цельсия.

Индекс СО	Интервал допускаемых значений аттестованной характеристики СО, °C				Границы допускаемых значений абсолютной по- грешности аттестованного значения СО при Р=0,95, °C	
	НК	от	до	50,0		
ФС-1	50% отгона	от	75,0	до	120,0	± 2,5
	КК	от	160,0	до	205,0	± 3,0

Срок годности экземпляра СО: 5 лет.

РАЗРАБОТЧИКИ СО,

Орган ГССО Автономная некоммерческая организация «Научно-
производительное объединение по метрологическому обеспечению
контроля качества продукции на основе стандартных образцов
«ИНТЕГРСО»»
(АНО НПО «ИНТЕГРСО»)

450075, г. Уфа,
Пр. Октября, 149

Орган ГССО ОАО Всероссийский научно-исследовательский институт по перера-
ботке нефти»
(ОАО «ВНИИ НП»)

111116, г. Москва,
ул. Авиамоторная, 6

ИЗГОТОВИТЕЛИ СО:
Орган ГССО Автономная некоммерческая организация «Научно-
производительное объединение по метрологическому обеспечению
контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИН-
ТЕГРСО»»
(АНО НПО «ИНТЕГРСО»)

450075, г. Уфа,
Пр. Октября, 149

Орган ГССО ООО «Инжиниринговый центра стандартов и технологий «ИНТЕГ-
РСО»»
(ООО «ИНТЕГРСО»)

450075, г. Уфа,
Пр. Октября, 149

Генеральный директор АНО НПО «ИНТЕГРСО»,
д.т.н., профессор

Мухамедзянов А.Х.

Генеральный директор ОАО «ВНИИ НП»,
д.т.н., профессор

Галиев Р.Г.

