

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО



С. В. Медведевских
2006 г.

М.П.

Стандартный образец массовой доли серы
в нефти и нефтепродуктах

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

(СРФ-6)

Регистрационный номер
ГСО 6671-93

ВЫПУСКАЕТСЯ ПО НД: Техническое задание на разработку государственных стандартных образцов массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах, утвержденное 06.12.1991г. с изм. №1, утв. 15.05.2001г., с изм. №2, утв. 10.10.2005 г.

ФОРМА ВЫПУСКА: единичное повторяющееся производство.
НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО: СРФ-6, партия №4, дата выпуска: февраль 2006 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стандартный образец предназначен для контроля погрешности методов выполнения измерений массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах и градуировки рентгено-флуоресцентных анализаторов.
Область применения - нефтяная, газовая, химическая и нефтеперерабатывающая отрасли промышленности.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
СО: НА МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ (АНАЛИЗА): национальный стандарт РФ ГОСТ 50442-92, национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51947-2002, ASTM D 4294-2004, инструкция по применению СО.

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет собой жидкую смесь н-декана и диэтилсульфида, расфасованную в ампулу или флакон из темного стекла с уплотнительной пробкой и навинчивающейся крышкой.
Объем СО в ампуле (флаконе) - 5 (15) см³.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аттестуемая характеристика - массовая доля серы в процентах

Индекс СО	Интервал допускаемых аттестованных значений СО, %	Границы допускаемых значений абсолютной погрешности аттестованных значений СО при $P = 0.95, \%$
СРФ-6	от 2,90 до 3,10	$\pm 0,05$

Срок годности экземпляра СО: 5 лет.

РАЗРАБОТЧИКИ СО
Орган ГССО -

- Автономная некоммерческая организация «Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕГРСО»»
(АНО НПО «ИНТЕГРСО»)

Орган ГССО -
- Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти»
(ОАО «ВНИИ НП»)

ИЗГОТОВИТЕЛИ СО
Орган ГССО -



- Автономная некоммерческая организация «Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕГРСО»»
(АНО НПО «ИНТЕГРСО»)

- Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр стандартов и технологий «ИНТЕГРСО»»
(ООО «ИНТЕГРСО»)

Генеральный директор
АНО НПО «ИНТЕГРСО»
Мухамедзянов А.Х.

Генеральный директор
ОАО «ВНИИ НП»
Галиев Р.Г.

Исполнительный директор
ООО «ИНТЕГРСО»
Мухамедзянов Р.А.



304