

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО

Приложение к сертификату № 3357
(обязательное)



М.П.

Стандартный образец массовой доли серы
в нефти и нефтепродуктах

(СРФ-3)

Внесен в Государственный реестр
утвержденных типов ГСО
Регистрационный номер
ГСО 6668-93

Выпускается по НД: Техническое задание на разработку государственных стандартных образцов массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах, утв. 06.12.1991г. с изм. №1, утвержденным 15.05.2001г., с изм. №2, утвержденное 10.10.2005 г.

ФОРМА ВЫПУСКА: единичное повторяющееся производство.
НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО: СРФ-3, партия №4, дата выпуска: февраль 2006 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стандартный образец предназначен для контроля погрешности методик выполнения измерений массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах и градуировки рентгено-флуоресцентных анализаторов.
Область применения - нефтяная, газовая, химическая и нефтеперерабатывающая отрасли промышленности.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
СО: НА МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ (АНАЛИЗА): национальный стандарт РФ ГОСТ 50442-92, национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51947-2002, ASTM D 4294-2004, инструкция по применению СО.

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет собой жидкую смесь н-декана и диэтилсульфида, расфасованную в ампулу или флакон из темного стекла с уплотнительной пробкой и навинчивающейся крышкой.
Объем СО в ампуле (флаконе) - 5 (15) см³.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика - массовая доля серы в процентах

Индекс СО	Интервал допускаемых аттестованных значений СО, %	Границы допускаемых значений абсолютной погрешности аттестованных значений СО при P = 0.95, %
СРФ-3	от 0,58 до 0,62	± 0,02

Срок годности экземпляра СО: 5 лет.

РАЗРАБОТЧИКИ СО
Орган ГССО -

- Автономная некоммерческая организация «Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕРГССО»»
(АНО НПО «ИНТЕРГССО»)
450075, г. Уфа,
Пр. Октября, 149

Орган ГССО -
- Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти»
(ОАО «ВНИИ НП»)
111116, г. Москва,
ул. Авиамоторная 6

ИЗГОТОВИТЕЛИ СО
Орган ГССО -

- Автономная некоммерческая организация «Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕРГССО»»
(АНО НПО «ИНТЕРГССО»)
450075, г. Уфа,
Пр. Октября 149

- Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр стандартов и технологий «ИНТЕРГССО»»
(ООО «ИНТЕРГССО»)
450075, г. Уфа,
Пр. Октября 149



Генеральный директор
АНО НПО «ИНТЕРГССО»
Мухамедзянов А.Х.

Генеральный директор
ОАО «ВНИИ НП»
Галиев Р.Г.

Исполнительный директор
ООО «ИНТЕРГССО»
Мухамедзянов Р.А.



С.В.