

Приложение к сертификату № 3356
(обязательное)

ОПИСАНИЕ ТИПА ТСО



М.П.

2006 г.

Стандартный образец массовой доли серы
в нефти и нефтепродуктах

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ТСО

(СРФ-2)

Регистрационный номер
ТСО 6667-93

ВЫПУСКАЕТСЯ ПО НД: Техническое задание на разработку государственных стандартных образцов массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах, утвержденное 06.12.1991г. с изм. №1, утв. 15.05.2001г., изм. №2, утв. 10.10.2005 г.

ФОРМА ВЫПУСКА: единичное повторяющееся производство.

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ТСО: СРФ-2, партия №4, дата выпуска: февраль 2006 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стандартный образец предназначен для контроля погрешности методики выполнения измерений массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах и градуировки рентгено-флуоресцентных анализаторов.

Область применения - нефтяная, газовая, химическая и нефтеперерабатывающая отрасли промышленности.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СО: НА МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ (АНАЛИЗА): национальный стандарт РФ ГОСТ 50442-92, национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51947-2002, ASTM D 4294-2004, инструкция по применению СО.

ОПИСАНИЕ: Стандартный образец представляет собой жидкую смесь н-декана и дигексилсульфида, расфасованную в ампулу или флакон из темного стекла с уплотнительной пробкой и навешивающейся крышечкой.

Объем СО в ампуле (флаконе) - 5 (15) см³.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика - массовая доля серы в процентах

Индекс СО	Интервал допускаемых аттестованных значений СО, %	Границы допускаемых значений абсолютной погрешности аттестованных значений СО при $P = 0,95$, %
СРФ-2	от 0,280 до 0,320	СО при $P = 0,95$, % ± 0,006

Срок годности экземпляра СО: 5 лет.

РАЗРАБОТЧИКИ СО
Орган ГССО -

- Автономная некоммерческая организация «Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕРССО»»
(АНО НПО «ИНТЕРССО»)

450075, г. Уфа,
Пр. Октября, 149

Орган ГССО -
- Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти»
(ОАО «ВНИИ НП»)

111116, г. Москва,
ул. Авиамоторная 6

ИЗГОТОВИТЕЛИ СО
Орган ГССО -


- Автономная некоммерческая организация «Научно-производственное объединение по метрологическому обеспечению контроля качества продукции на основе стандартных образцов «ИНТЕРССО»»
(АНО НПО «ИНТЕРССО»)

450075, г. Уфа,
Пр. Октября 149

- Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр стандартов и технологий «ИНТЕРССО»»
(ООО «ИНТЕРССО»)

450075, г. Уфа,
Пр. Октября 149

Генеральный директор
АНО НПО «ИНТЕРССО»



Мухамедзянов А.Х.

Генеральный директор
ОАО «ВНИИ НП»



Галиев Р.Г.

Исполнительный директор
ООО «ИНТЕРССО»



Мухамедзянов Р.А.