

ОПИСАНИЕ ТИПА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА
для Государственного реестра средств измерений Республики Беларусь



УТВЕРЖДАЮ
Директор БелИИМ

Н.А. Жагора
4 " _____ 2008 г.

ГСО состава раствора глюкозы и лактата низкой концентрации	Внесен в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь (раздел "Государственные стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов") Регистрационный номер ГСО РБ 2032-08
---	--

ПУСКАЕТСЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИИ: DiaSys Diagnostic Systems GmbH, Германия.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяются для поверки/калибровки анализаторов глюкозы и лактата «SensoStar», Германия.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,

определяющие необходимость применения СО:
методика поверки МРБ.МП 1852-2008 «Анализаторы глюкозы и лактата».

ОПИСАНИЕ

Стандартный образец представляют собой водный раствор, содержащий глюкозу и лактат, расфасован в капсулы по 1,7 см³. Капсулы из полимерного материала упакованы в картонные коробки в количестве от 100 до 1000 шт.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Наименование параметра	Номинальное значение параметра	Расширенная неопределенность, k=2, P=95%
	мг/дл (ммоль/л)	мг/дл (ммоль/л)
Массовая (молярная) концентрация глюкозы	50,0 (2,70)	±0,5 (± 0,03)
Массовая (молярная) концентрация лактата	27,0 (3,00)	±0,5 (± 0,06)

Срок годности экземпляра СО: 12 месяцев при температуре (2-8) °С в защищенном от солнечных лучей месте.



ЗНАК ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

Знак Государственного Реестра наносится типографским способом на этикетку.

РАЗРАБОТЧИК

DiaSys Diagnostic Systems GmbH, Германия.

Адрес: Альте Штрассе 9 65558 Хольцхайм, Германия

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

DiaSys Diagnostic Systems GmbH, Германия.

Адрес: Альте Штрассе 9 65558 Хольцхайм, Германия

Доверенное лицо компании
«DiaSys Diagnostic Systems GmbH»

К.С. Лемешева