

ОПИСАНИЕ ТИПА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА
для Государственного реестра средств измерений Республики Беларусь

УТВЕРЖДАЮ

Директор БелИИМ

Н.А. Жагора

2008 г.

**ГСО состава раствора глюкозы и
лактата GL Standard FS**

Внесен в Государственный реестр средств
измерений Республики Беларусь
(раздел "Государственные стандартные образцы
состава и свойств веществ и материалов")

Регистрационный номер **ГСО РБ 2029-08**

ПУСКАЕТСЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИИ: DiaSys Diagnostic Systems GmbH, Германия.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяются для поверки/калибровки анализаторов глюкозы и лактата «SensoStar»,
Германия.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,

определяющие необходимость применения СО:

методика поверки МРБ.МП 1852-2008 «Анализаторы глюкозы и лактата».

ОПИСАНИЕ

Стандартный образец представляют собой водный раствор, содержащий глюкозу и лактат,
расфасован в капсулы по 1,7 см³. Капсулы из полимерного материала упакованы в картонные
робки в количестве от 100 до 1000 шт.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Наименование параметра	Номинальное значение параметра	Расширенная неопределенность, k=2, P=95%
	мг/дл (ммоль/л)	мг/дл (ммоль/л)
Массовая (молярная) концентрация глюкозы	216,0 (12,00)	±1,4 (± 0,08)
Массовая (молярная) концентрация лактата	90,0 (10,00)	±1,2 (± 0,13)

Срок годности экземпляра СО: 12 месяцев при температуре (2-8) °С в защищенном от
солнечных лучей месте.



ЗНАК ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

Знак Государственного Реестра наносится типографским способом на этикетку.

РАЗРАБОТЧИК

DiaSys Diagnostic Systems GmbH, Германия.

Адрес: Альте Штрассе 9 65558 Хольцхайм, Германия

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

DiaSys Diagnostic Systems GmbH, Германия.

Адрес: Альте Штрассе 9 65558 Хольцхайм, Германия

Доверенное лицо компании
«DiaSys Diagnostic Systems GmbH»

К.С. Лемешева