

ОПИСАНИЕ ТИПА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА
для Государственного реестра средств измерений Республики Беларусь

УТВЕРЖДАЮ

Директор БелИИМ

Н.А. Жагора

" 4 " 2008 г.



**ГСО состава раствора гемоглобина
низкой концентрации**

Внесен в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь
(раздел "Государственные стандартные образцы
состава и свойств веществ и материалов")

Регистрационный номер **ГСО РБ 2030-08**

ВЫПУСКАЕТСЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИИ: DiaSys Diagnostic Systems GmbH, Германия.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяются для поверки/калибровки анализаторов глюкозы и лактата «SensoStar», Германия.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,

определяющие необходимость применения СО:

методика поверки МРБ.МП 1852-2008 «Анализаторы глюкозы и лактата».

ОПИСАНИЕ


Стандартный образец представляют собой водный раствор, содержащий глюкозу и лактат, расфасован в капсулы по 1,7 см³. Капсулы из полимерного материала упакованы в картонные коробки в количестве от 100 до 1000 шт.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Наименование параметра	Интервал номинальных значений параметра	Расширенная неопределенность, k=2, P=95%	
		г/дл	ммоль/л
Массовая (молярная) концентрация гемоглобина	7,60 – 8,40 (4,73 – 5,23)	±0,23	± 0,14

Срок годности экземпляра СО: 12 месяцев при температуре (2-8) °С в защищенном от солнечных лучей месте.



ЗНАК ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

Знак Государственного Реестра наносится типографским способом на этикетку.

РАЗРАБОТЧИК

DiaSys Diagnostic Systems GmbH, Германия.

Адрес: Альте Штрассе 9 65558 Хольцхайм, Германия

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

DiaSys Diagnostic Systems GmbH, Германия.

Адрес: Альте Штрассе 9 65558 Хольцхайм, Германия

Доверенное лицо компании
«DiaSys Diagnostic Systems GmbH»

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'K.S. Lemeshova', written over a light blue grid background.

К.С. Лемешева