

ОПИСАНИЕ ТИПА ГСО



Стандартный образец состава раствора
ДДЭ в бензоле

ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ ГСО

Регистрационный номер ГСО 7301-96

ИД НА ВЫПУСК И ФОРМА ВЫПУСКА ГСО: Техническое задание, утвержденное 15.01.1996.

Форма выпуска – единичное повторяющееся производство.

НОМЕР И ДАТА ВЫПУСКА ПАРТИИ ГСО: партия № 2, выпущенная 12.03.2003

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: градуировка хроматографов, аттестация МВИ, контроль погрешности МВИ.

Область применения – охрана окружающей среды, санэпиднадзор, пищевая промышленность.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГСО:

ГОСТ Р 51209-98 Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией;

ПНД Ф 14.2:4.74-96 Методика выполнения измерений массовой концентрации хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов в питьевых и природных водах.

РД 52.18.180-89 Методика выполнения измерений массовой доли галогенорганических пестицидов п,п'-ДДТ, п,п'-ДДЭ, альфа-ГХЦГ, трифлуралина в пробах почвы методом газожидкостной хроматографии.

ОПИСАНИЕ: Материал ГСО представляет собой раствор ДДЭ (4,4'-дихлордифенилдихлорэтилена) в бензоле. Материал расфасован в запаянные стеклянные ампулы по 5 см³.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестованная характеристика	Интервал допускаемых аттестованных значений СО	Границы допускаемой относительной погрешности аттестованных значений СО при P=0,95
Массовая концентрация ДДЭ	От 0,090 мг/см ³ до 0,110 мг/см ³	± 3 %

Срок годности экземпляра ГСО: 1 год.

РАЗРАБОТЧИКИ ГСО:

Государственное научное учреждение "Научно-исследовательский институт малотоннажных химических продуктов и реактивов" (НИИРЕАКТИВ)
450029, г.Уфа, ул.Ульяновых, 75

Федеральное государственное унитарное предприятие "Уральский научно-исследовательский институт метрологии" (ФГУП "УНИИМ")
620219, Екатеринбург, Красноармейская, 4

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ГСО:

Государственное научное учреждение "Научно-исследовательский институт малотоннажных химических продуктов и реактивов" (НИИРЕАКТИВ)
450029, г.Уфа, ул. Ульяновых, 75

Директор НИИРЕАКТИВ
М.П.

Зам. директора ФГУП "УНИИМ"
М.П.



Копии выданы А.В.Беденко

